

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Маска кислородная	штука	1 000

2. Технические требования:

- 2.1. Наличие в составе маски небулайзера (распылителя) объемом 6-8мл;
- 2.2. Маска должна быть прозрачной;
- 2.3. Отсутствие латекса;
- 2.4. Атравматичный обод;
- 2.5. Наличие коннектора 22мм;
- 2.6. Наличие носового зажима;
- 2.7. Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.8. Наличие трубки (канюли) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м;
- 2.9. Изделие однократного применения;
- 2.10. Индивидуальная упаковка.

Примечание: предложение, которое не соответствует на 100% в части описания предмета закупки, не оценивается.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара:

- 3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.