Технические характеристики (описание)

тест-систем для выявления антител к возбудителю болезни Лайма и антигенов возбудителя болезни Лайма методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Кол-во</i>
<p>ЛОТ 1 Набор реагентов для выявления суммарных антител к возбудителю болезни Лайма в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ)</p>	<p>1.1 Тест-система должна выявлять суммарные антитела к возбудителю болезни Лайма в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ); 1.2. В состав тест-системы должны входить: стекла предметные 8-луночные с иммобилизованным антигеном, положительный контроль, конъюгат, цитратно-фосфатный буферный раствор; 1.3 Тест-система должна быть рассчитана на проведение не менее 240 скрининговых исследований;</p>	<p>20 наборов</p>
<p>ЛОТ 2 Набор реагентов для выявления антигена возбудителя болезни Лайма в иксодовых клещах методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ)</p>	<p>1.1 Тест-система должна выявлять антигены возбудителя болезни Лайма в иксодовых клещах методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ); 1.2. В состав тест-системы должны входить: стекла предметные 8-ми луночные, положительная сыворотка крови человека, содержащая антитела к возбудителю болезни Лайма, антиген возбудителя болезни Лайма. 1.3 Тест-система должна быть рассчитана на проведение не менее 150 скрининговых исследований;</p>	<p>10 наборов</p>

2. Технические требования

2.1 Наборы предназначены для исследования методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием люминесцентного микроскопа.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 11 месяцев. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности 12 месяцев или менее 12 месяцев, годность должна составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).

4. Требования о наличии технической документации и иной информации

4.1 Документы для подтверждения технических характеристик на русском языке;

4.2 Инструкция по эксплуатации (руководство по применению) наборов на русском языке при поставке.

4.3 Копия или выписка из реестра действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Технические характеристики (описание) диагностикумы и наборы для проведения исследований методом РНГА

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТa	Состав (комплектация) оборудования	Кол-во
ЛОТ № 3 набор для выявления антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (S.typhi) методом РНГА	1.1. В состав набора должны входить: планшет, диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный, сыворотка диагностическая сальмонеллезная, готовый разбавитель исследованных проб, готовый фосфатный буферный раствор. 1.2 Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 42 исследований, включая контроли.	1 набо р
ЛОТ № 4 диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный жидкий для РНГА	1.1. В состав набора должны входить: планшет, диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА жидкий, эритроциты человека формализированные жидкие, сыворотка диагностическая к риккетсиям Провачека для РНГА сухая, готовый фосфатно-солевой буферный раствор. 1.2 Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 50 исследований, включая контроли	1 набо р

2. Технические требования

2.1 Наборы предназначены для проведения исследований методом РНГА.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 11 месяцев. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности 12 месяцев или менее 12 месяцев, годность должна составлять не менее 60% от срока годности, установленного изготовителем (производителем).

4. Требования о наличии технической документации и иной информации

4.1 Документы для подтверждения технических характеристик на русском языке;

4.2 Инструкция по эксплуатации (руководство по применению) наборов на русском языке при поставке.

4.3 Копия или выписка из реестра действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**
Реагенты, реактивы и лабораторные принадлежности

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
5	Химические реагенты, реактивы, красители, диагностические наборы и другое	Мочевина ЧДА	1 кг ✓
		Сахароза ЧДА	1 кг ✓
		Глюкоза ЧДА	1 кг ✓
		Мальтоза ЧДА	1 кг ✓
		Крезол-рот	1 кг ✓
		Фенол-рот	1 кг ✓
		Индикатор андраде	1 кг ✓
		Глицерин	1 кг ✓

2. Технические требования:

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Реагенты, реактивы и лабораторные принадлежности

1. Состав (комплектация) ИМН:

<i>№ ЛОТ</i>	<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
------------------	----------------------------------	---	-------------------

6	Реагенты для диагностики аллергии с помощью системы RIDA qLine Allergy	<p>1.Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 аллергенам (Панель RIDA qLine4 UA1)или аналог</p> <p>2.Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 аллергенам (Панель RIDA qLine4 UA2) или аналог</p>	<p>3 наб.</p> <p>3 наб.</p>
---	--	--	-----------------------------

2.Технические требования:

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2.Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.