

105 12

**Приложение  
к заявке на закупку  
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электроды для электрокардиографа (комплект).	шт.	2

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".**

№ п.п.	Технические характеристики	Требование
1.	Электрод конечностный состоящий из 4 штук электродов прищепок.	наличие
2.	Электрод грудной состоящий из 6 штук электродов-присосок. Диаметр 24 мм.	наличие
3.	Диаметр подключения кабеля ЭКГ не более 4 мм	наличие

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

3.1. Гарантийный срок – не менее 6 месяцев.

3.2. Срок службы – не менее 2 лет.

Разработчики:

Заместитель главного врача по технике



А.А.Молош

Зав. отд. функциональной диагностики



С.В.Цецохо

Согласовано:

Главный внештатный специалист по  
функциональной диагностике ГУЗО  
Брестского облисполкома



С.Н.Семенюк