

**Технические характеристики (описание)
Принадлежности и инструменты для эндоскопии
для ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница №1» на 2017 год**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав / Размер</i>	<i>Технические характеристики</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Щипцы биопсийные автоклавируемые для гастроскопов	длина 1550мм, овальные бранши с иглой, отверстие Ø=2,8мм	FB модели 241 типа К или аналоги; из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию дезинфектантов и пара под давлением	5 штук
	длина 1550мм, овальные бранши с иглой, отверстие Ø=2мм		5 штук
ЛОТ №2 Инъектор эндоскопический разборный	длина 1550мм, Ø=2,8мм, длина иглы 5мм	проводник и игла – из нержавеющей стали; корпус – из прочной резины (силикона)	3 штуки
ЛОТ №3 Адаптор для подключения гастроскопов Olympus к моечной машине		из нержавеющей стали и прочной резины	1 штука
ЛОТ №4 Адаптор для подключения бронхоскопов Olympus к моечной машине		из нержавеющей стали и прочной резины	1 штука
ЛОТ №5 Силиконовое масло смягчающее для смазывания клапанов эндоскопа	3-5 мл		5 штук (флаконов)
ЛОТ №6 Мундштук (загубник)		МВ-142 (или аналог); из пластика	5 штук

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

3. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: -----

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.1. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

4.2. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь): копия сертификата соответствия Республики Беларусь;

4.3. документы, подтверждающие качество товара (сертификаты завода изготовителя или др.);

4.4. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

4.5. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.

Технические характеристики (описание)
Инструментария для эндоскопического кабинета на 2017 год

1. Состав (комплектация) оборудования:

	<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав / Размер</i>	<i>Количество</i>
Лот 7	ЛОТ 1 Биопсийные щипцы для гастродуоденоскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Биопсийные щипцы для гастродуоденоскопа	40 штук
Лот 8	ЛОТ 2 Биопсийные щипцы для колоноскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Биопсийные щипцы для колоноскопа	15 штук
Лот 9	ЛОТ 3 Инъектор для гастроскопа одноразовый (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Инъектор	5 штук
Лот 10	ЛОТ 4 Щетка для очистки канала гастроскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Щетка для очистки канала гастроскопа	5 штуки
Лот 11	ЛОТ 5 Щетка для очистки канала колоноскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Щетка для очистки канала колоноскопа	3 штуки
Лот 12	ЛОТ 6 Петля полипэктомическая (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	Петля полипэктомическая	10 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1	
Биопсийные щипцы для гастродуоденоскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	
1. Форма бранш овальная, с иглой 2. Для канала диаметром 2,6-2,8мм 3. Рабочая длина 1500 мм – 1900 мм 4. Многоразовые 5. Должны быть автоклавируемые	
ЛОТ №2	
Биопсийные щипцы для колоноскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)	
1. Форма бранш овальная, с иглой 2. Для канала диаметром 2,6-2,8мм 3. Рабочая длина 1800-2400 мм 4. Многоразовые 5. Должны быть автоклавируемые	

ЛОТ 3 Инъектор для гастроскопа одноразовый (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)
1. Для канала диаметром 2,8 мм 2. Рабочая длина 1650-1800 мм 3. Многоразовый
ЛОТ №4 Щетка для очистки канала гастроскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)
4. Для канала диаметром 2,8 мм 5. Рабочая длина 1500-2350 мм 6. Многоразовая
ЛОТ №5 Щетка для очистки канала колоноскопа (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)
1. Для канала с диаметром 2,0 мм диаметр щетки 3мм 2. Рабочая длина 2300 мм 3. Многоразовая
ЛОТ №6 Петля полипэктомическая (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий по видам 200.03.05.45.)
1. Форма овальная 2. Рабочая длина 2300-2400 мм 3. Для канала 2,8 мм 4. Многоразовая 5. Автоклавируемая

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: товар не нуждается в сервисном обслуживании

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

- 5.1. **(для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь):** копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения
- 5.2. РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);
- 5.3. **(для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь):** копия сертификата соответствия Республики Беларусь;
- 5.4. **(для стерильных товаров):** копия протокола испытаний на стерильность;
- 5.5. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых
- 5.6. изделий на белорусском либо русском языке;

5.5. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по

мере оплаты третьей стороной.

**Технические характеристики (описание)
принадлежностей к эндоскопам для Речицкой ЦРБ на 2017 год**

1. Состав (комплектация) оборудования

	Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Пом 13	ЛОТ № 1 Щипцы биопсийные с овальными браншами с иглой к гибким эндоскопам	Для канала 2,8 мм длиной 1550-1650 мм, многоразовые, автоклавируемые	16 шт.
		Для канала 2,8 мм длиной 2300-2350 мм, многоразовые, автоклавируемые	4 шт.
Пом 14	ЛОТ № 2 Щетка для очистки инструментального канала к гибким эндоскопам	Для канала 2,8 мм длиной 1700 мм, многоразовые	40 шт.
		Для канала 2,8 мм длиной 2300 -2350мм, многоразовые	10 шт.
Пом 15	Лот № 3 Многоразовые электрохирургические петли для эндоскопической полипэктомии к гибким эндоскопам	Овальные, длиной от 1800 мм, диаметром петли 25 мм, для канала 2,8 мм	2 шт.
		Овальные, длиной от 2300 мм, диаметром петли 25 мм, для канала 2,8 мм	2 шт.
Пом 16	Лот № 4 Одноразовые инъекционные иглы к гибким эндоскопам	для канала 2,8 мм, длиной от 1650 мм, с длиной иглы 4-6 мм с диаметром иглы 0,6 – 1,0 мм	20 шт.
Пом 17	Лот № 5 Многоразовый струнный папиллотом	Для канала 2,2 мм, длиной от 1950 мм, автоклавируемые	4 шт.

2. Технические требования:

2.1. Должен быть многоразовыми

2.2. Должен выдерживать многократные стерилизации в автоклаве.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: -----

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. подтверждение государственной регистрации предлагаемого товара (копия регистрационного удостоверения МЗ РБ);

5.2. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь): копия сертификата соответствия Республики Беларусь;

5.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

5.4. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.

**Технические характеристики (описание)
медицинской техники и изделий медицинского назначения:**

Инструментарий, расходные материалы для эндоскопического отделения

1. Состав (комплектация) оборудования.

Номера лотов	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот 18	1 Галогеновая лампа для источника света: - 15В/150Вт - совместимость с источником света Olympus CV70, CLK-4, PS2-HP	30 шт.
Лот 19	2 Ксеноновая лампа для источника света: - совместимость с источником света CLV-U20, CV-70	1 шт.
Лот 20	3 Инъекционная игла: - скос иглы обычный - длина иглы 4мм - диаметр иглы 21G - рабочая длина 1650мм - обозначение Olympus NM-400L-0421 или аналог	1 уп.(5шт)
Лот 21	4 Инъекционная игла: - скос иглы средний - длина иглы 3мм - диаметр иглы 23G - рабочая длина 2300мм - обозначение Olympus NM-400U-0323 или аналог	1 уп.(5шт)

2. Технические требования:

2.1. Инструменты должны обладать высокой износостойкостью к стерилизации автоклавированием или дезинфицирующими средствами, в сопроводительной документации должны быть указаны методы стерилизации и дезинфекции, число рабочих циклов инструмента до износа.

2.2. Материал, из которого изготовлены инструменты, должен быть защищенным и неподдающимся коррозии, должен соответствовать EN ISO.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. подтверждение стерильности каждой партии товара при поставке товара на склад Покупателя (для стерильных).

3.2. гарантийный срок не менее 12 месяцев.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: -

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

5.2. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь):

5.3. (для стерильных товаров): копия протокола испытаний на стерильность;

5.4. документы, подтверждающие качество товара (сертификаты завода – изготовителя или др.);

5.5. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском или русском языке;

5.6. условия оплаты: отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

Лот 1: Биопсийные щипцы

(наименование предмета государственной закупки)

Лот 22

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер	Наименование	Технические характеристики	Количество
1.	Биопсийные щипцы	1. Форма бранши – овальная 2. Заточка бранш - двухсторонняя 3. Внешний диаметр 1,7 мм, 4. Рабочая длина от 1050 до 1200 мм 5. Применение многократное 6. Совместимость с имеющимися аппаратами: Бронхоскопы: Олимпус BF type TE – 2, Олимпус BF type 3 C – 40, Фуджинон FB - 120 S; Фуджинон FB - 150 S; Олимпус BF type PE – 2; Pentax – FB- 15V Гастроскопы: Олимпус GF type E 3, Олимпус GF type XPE - 3	15
2.	Биопсийные щипцы	1. Форма бранши – овальная с отверстиями 2. Заточка бранш - двухсторонняя 3. Внешний диаметр 1,7 мм 4. Рабочая длина от 1050 до 1200 мм 5. Применение – многократное 6. Совместимость с имеющимися аппаратами: Бронхоскопы: Олимпус BF type TE – 2, Олимпус BF type 3 C – 40, Фуджинон FB - 120 S; Фуджинон FB - 150 S; Олимпус BF type PE – 2; Pentax – FB- 15V Гастроскопы: Олимпус GF type E 3, Олимпус GF type XPE - 3	15

3.	Биопсийные щипцы	1. Форма бранши – овальная удлинённая с отверстиями 2. Заточка бранш - двухсторонняя 3. Внешний диаметр 1,7 мм 4. Рабочая длина от 1050 до 1200 мм 5. Применение- многократное 6. Совместимость с имеющимися аппаратами: Бронхоскопы: Олипус BF type TE – 2, Олипус BF type 3 C – 40, Фуджинон FB - 120 S; Фуджинон FB - 150 S; Олипус BF type PE – 2; Pentax – FB- 15V Гастроскопы: Олипус GF type E 3, Олипус GF type XPE - 3	15
----	------------------	--	----

Лот 2: Стенты эзофагеальные

(наименование предмета государственной закупки)

Лот 23

1. Сетав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Технические характеристики.	Кол-во, шт.
1.	Стент нитиноловый саморасширяющийся пищеводный, покрытый, симметричный, сегментарный.	1.1. Диаметр 18 мм, общая длина 170 мм, активная длина 130 мм. 1.2. Стент должен иметь цилиндрическое расширение длиной 20 мм на обоих концах диаметром 24 мм – антимиграционный механизм. 1.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 1.4. *Стент должен иметь сегментарное строение. 1.5. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 700 мм. 1.6. Механизм отделения оливы.	2
2	Стент нитиноловый саморасширяющийся пищеводный, покрытый, симметричный, сегментарный.	2.1. Диаметр 22 мм, общая длина 150 мм, активная длина 120 мм. 2.2. Стент должен иметь цилиндрическое расширение диаметром 28 мм длиной 10 мм на проксимальном конце и 20 мм на дистальном – антимиграционный механизм. 2.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 2.4. *Стент должен иметь сегментарное строение. 2.5. Доставочное устройство диаметром 8 мм (24 Fr), длиной 700 мм. 2.6. Механизм отделения оливы.	4
3	Стент нитиноловый саморасширяющийся пищеводный, покрытый, для шейного отдела пищевода, сегментарный.	3.1. Диаметр 22 мм, общая длина 150 мм, активная длина 120 мм. 3.2. Стент должен иметь воронкообразное расширение диаметром 28 мм длиной 10 мм на проксимальном конце и цилиндрическое расширение диаметром 28 мм длиной 20 мм на дистальном – антимиграционный механизм. 3.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 3.4. *Стент должен иметь сегментарное строение. 3.5. Доставочное устройство диаметром 8 мм (24 Fr), длиной 700 мм. 3.6. Механизм отделения оливы.	2
4.	Стент нитиноловый саморасширяющийся пищеводный, покрытый, симметричный.	4.1. Диаметр 18 мм, общая длина 110 мм, активная длина 70 мм. 4.2. Стент должен иметь цилиндрическое расширение длиной 20 мм на обоих концах диаметром 24 мм – антимиграционный механизм. 4.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 4.4. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 700 мм. 4.5. Механизм отделения оливы.	2
5.	Стент нитиноловый саморасширяющийся	5.1. Диаметр 18 мм, общая длина 120 мм, активная длина 80 мм. 5.2. Стент должен иметь цилиндрическое расширение длиной 20 мм на	3

	пищеводный, покрытый, антирефлюксным клапаном.	с	обоих концах диаметром 24 мм – антимиграционный механизм. 5.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 5.4. *Трикуспидальный антирефлюксный клапан должен быть встроен внутрь стента и защищен от перегибания. 5.5. Доставочное устройство диаметром 8 мм (24 Fr), длиной 700 мм. 5.6. Механизм отделения оливы.	
--	--	---	---	--

Лот 3: Стенты трахеобронхиальные

(наименование предмета государственной закупки)

Лот 24

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Технические характеристики.	Кол-во, шт
1.	Стент нитиноловый саморасширяющийся трахеобронхиальный, покрытый.	1.1. Диаметр 12 мм, общая длина 40 мм, активная длина 24 мм. 1.2. Стент должен иметь воронкообразное расширение на обоих концах диаметром 14-15 мм – антимиграционный механизм. 1.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 1.4. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 900 мм.	1
2.	Стент нитиноловый саморасширяющийся трахеобронхиальный, покрытый.	2.1. Диаметр 12 мм, общая длина 50 мм, активная длина 34 мм. 2.2. Стент должен иметь воронкообразное расширение на обоих концах диаметром 14-15 мм – антимиграционный механизм. 2.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 2.4. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 900 мм.	1
3.	Стент нитиноловый саморасширяющийся трахеобронхиальный, покрытый.	3.1. Диаметр 12 мм, общая длина 60 мм, активная длина 44 мм. 3.2. Стент должен иметь воронкообразное расширение на обоих концах диаметром 14-15 мм – антимиграционный механизм. 3.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 3.4. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 900 мм.	2
4.	Стент нитиноловый саморасширяющийся трахеобронхиальный, покрытый.	4.1. Диаметр 12 мм, общая длина 70 мм, активная длина 54 мм. 4.2. Стент должен иметь воронкообразное расширение на обоих концах диаметром 14-15 мм – антимиграционный механизм. 4.3. Стент должен иметь полное кислотостойкое покрытие. 4.4. Доставочное устройство диаметром 6 мм (18 Fr), длиной 900 мм.	1

2. Технические требования: принадлежности для имеющихся аппаратов –

Принадлежности (многократные) стерилизация в сухожаровом шкафу t 120 / 45 мин

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Срок остаточный (годности, стерильности) на дату поставки – установленный изготовителем не менее 36 месяцев.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ

**Технические характеристики (описание)
Принадлежности к эндоскопам на 2016 год**

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования	Количество
ЛОТ №1 Набор принадлежностей педиатрический для манипуляций и операций на верхних отделах ЖКТ	1. Щипцы биопсийные: - диаметр канала не более 2.0мм; - длина не менее 1500 мм; - овальные бранши с иглой - атоклавируемые.	5 шт.
	2. Захватывающие корзины 4-х проволочной конструкции: - диаметр канала не более 2.0 мм; - длина не менее 1 500 мм; - диаметр корзины 32 мм; - 4-х проволочная конструкция; - атоклавируемая.	1 шт.
	3. Щипцы для извлечения инородных тел: - диаметр канала не более 1,8- 2,0 мм; - длина не менее 1200-1800 мм; - длина рабочей части -15-25 мм; - тип щипцов «сачок»; - атоклавируемые.	2 шт.
ЛОТ №2 Набор принадлежностей для оперативных вмешательств и манипуляций при панкреато- гепатобилиарной патологии	1.Многоразовые корзины для извлечения камней: - диаметр канала не более 2,8мм; - длина не менее 1950 мм; - диаметр корзины 20-22 мм; - 4-я проволочная конструкция; - тип проволоки- жесткий; - интегрированная ручка; - атоклавируемые.	1 шт.
	2.Многоразовые корзины для извлечения камней: - диаметр канала не более 2,8мм; - длина не менее 1950 мм; - диаметр корзины 20-22 мм; - 8-я проволочная конструкция; - интегрированная ручка; - атоклавируемые.	1 шт.
	3.Многоразовые корзины для извлечения камней: - диаметр канала не более 2,8мм; - длина не менее 1950 мм; - диаметр корзины 20-22 мм; - 4-я проволочная конструкция; - тип проволоки- жесткий; - интегрированная ручка; - атоклавируемые.	1 шт.
	4.Многоразовые канюли: - диаметр канал не более 2,2 мм; - длина не менее 1 950 мм; - диаметр дистальной части 4 Fr; - совместимость с проводником 0,035" ; - форма дистальной части – стандартный тип - атоклавируемые.	1 шт.

	5. Многоразовые катюли: - диаметр канал не более 2.2 мм; - длина не менее 1 950 мм; - диаметр дистальной части 3.5 Fr; - совместимость с проводником 0.025" ; - форма дистальной части – укороченный конусный тип; - атоклавируемые.	1 шт.
	6. Многоразовые катюли: - диаметр канал не более 2.2 мм; - длина не менее 1 950 мм; - диаметр дистальной части 4.5 Fr; - совместимость с проводником 0.035" ; - форма дистальной части – укороченный конусный тип; - атоклавируемые.	1 шт.
	7. Многоразовые катюли: - диаметр канал не более 2.2 мм; - длина не менее 1 950 мм; - диаметр дистальной части 2.5 Fr; - совместимость с проводником 0.035" ; - форма дистальной части – круглый с крестообразным разрезом; - атоклавируемые.	1 шт.
	8. Многоразовый нож для папилотомии трехпросветный: - канал не более 2.8 мм, - длина не менее 1950 мм, - диаметр дистальной части 4.5 fr, - длина дистальной части 7 мм, - длина режущей струны 20 мм, - три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны. - возможность видимости под рентгеном. - предварительно изогнутая конструкция. - совместимость с проводником 0.035". - автоклавируемый.	1 шт.
	9. Многоразовый нож для папилотомии трехпросветный: - канал не более 2.8 мм, - длина не менее 1950 мм, - диаметр дистальной части 4.5 fr, - длина дистальной части 3 мм, - длина режущей струны 20 мм, - три отдельных отверстия для впрыска, проводника и режущей струны. - возможность видимости под рентгеном. - предварительно изогнутая конструкция. - совместимость с проводником 0.035". - автоклавируемый.	1 шт.

	10. Нож для папилотомии трехпросветный: - канал не более 2,8 мм. - длина не менее 1950 мм. - диаметр дистальной части 4,5 fr. - длина дистальной части 7 мм. - длина режущей струны 20 мм. - возможность видимости под рентгеном. - предварительно изогнутая конструкция. - покрытие для безопасности: - совместимость с проводником 0,035".	1 шт.
	11. Многоцветный набор для установки стентов 8,5 Fr: - диаметр канала 2,8мм.: - длина не менее 1600мм: - совместимость с проводником 0,035"; - размер стента 8,5Fr.	2 шт.
	12. Многоцветный набор для установки стентов 8,5Fr: - диаметр канала 2,8мм.: - длина не менее 1550мм: - совместимость с проводником 0,035"; - размер стента 8,5Fr.	2 шт.
	13. Стент билиарный пластиковый прямой 8,5Fr: - под канал не более 3,2 мм; - длина не менее 1700 мм; - размер стента 8,5 Fr; - длина между лепестками 30 мм; - предзаряженный; - одноразовый стерильный	1 шт.
	14. Стент билиарный пластиковый прямой 8,5 Fr: - под канал не более 3,2 мм; - длина не менее 1700 мм; - размер стента 8,5 Fr; - длина между лепестками 50 мм - предзаряженный. - одноразовый стерильный	1 шт.
	15. Стент билиарный пластиковый прямой 8,5 Fr: - под канал не более 3,2 мм; - размер стента 8,5 Fr; - длина между лепестками 30 мм - одноразовый стерильный	1 шт.
	16. Стент билиарный пластиковый прямой 8,5Fr: - под канал не более 3,2 мм; - размер стента 8,5 Fr; - длина между лепестками 50 мм; - одноразовый стерильный.	1 шт.
	17. Стент билиарный пластиковый изогнутый 8,5 Fr: - под канал не более 3,2 мм; - размер стента 8,5 Fr; - длина между лепестками 50 мм; - тип: изогнутая проксимальная часть; - одноразовый стерильный.	1 шт.

Лот 27

ЛОТ №3

Лигатуры гемостатические:

18. Стент пластиковый билиарный прямой 8,5Fr:

- под канал не более 3,2 мм;
- размер стента 8,5 Fr;
- длина между лепестками 70 мм;
- одноразовый стерильный.

1 шт.

19. Стент пластиковый панкреатический изогнутый 8,5Fr:

- под канал не более 3,2 мм;
- размер стента 8,5 Fr;
- длина между лепестками 60 мм;
- одноразовый стерильный.

1 шт.

20. Стент пластиковый панкреатический изогнутый 8,5Fr:

- под канал не более 3,2 мм;
- размер стента 8,5 Fr;
- длина между лепестками 80 мм;
- одноразовый стерильный.

1 шт.

21. Стент назо-билиарный 7Fr:

- под канал не более 2,8 мм;
- длина не менее 2500 мм;
- размер стента 6 Fr;
- форма стента: «свиной хвостик альфа»
- одноразовый стерильный

1 шт.

22. Стент назо-билиарный 7Fr:

- под канал не более 2,8 мм;
- длина не менее 2500 мм;
- размер стента 7 Fr;
- форма стента: «укороченная альфа»
- одноразовый стерильный

1 шт.

23. Стент назо-билиарный 7Fr:

- под канал не более 2,8 мм;
- длина не менее 2500 мм;
- размер стента 7 Fr;
- форма стента: «свиной хвостик»
- одноразовый стерильный

1 шт.

24. Одноразовый проводник:

- диаметр проводника не более 0,035";
- длина 4500 мм;
- длина гидрофобного покрытия 70 мм;
- изогнутый дистальный конец;
- одноразовый стерильный.

1 шт.

25. Одноразовый проводник:

- диаметр проводника не более 0,035";
- длина 2700 мм;
- длина гидрофобного покрытия 70 мм;
- изогнутый дистальный конец;
- одноразовый стерильный.

1 шт.

- диаметр петли 12 мм;

- не менее 10 шт/уп.

2 уп.

Технические требования:

ЛОТ №1-3

Согласно технических характеристик указанных в приложении №1

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

2.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2.2. Подтверждение стерильности каждой партии товара при поставке товара на склад Покупателя (для стерильных).

2.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

3. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: -----

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ):

5.2. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь): копия сертификата соответствия Республики Беларусь:

5.3. (для стерильных товаров): копия протокола испытаний на стерильность:

5.4. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

5.5. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Эндоскопический контейнер для извлечения препарата с системой доставки ENDO CATCH (или аналог)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Количество
Лот №1	
1.1 Эндоскопический контейнер для извлечения препарата с системой доставки ENDO CATCH (или аналог)	200 шт.
1.2 Эндоскопический контейнер для извлечения препарата с системой доставки ENDO CATCH (или аналог)	30 шт.

Лот 28

2. Технические требования

2.1. Технические требования п. 1.1. - Диаметр 10 мм,
-размер 6,4 см* 15 см

2.2. Технические требования п. 1.2. - Диаметр 15 мм,
-размер 13 см*23 см, объем 1500 мл, длина штока системы доставки 29-30 см

3, Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Наличие регистрации в МЗ РБ. срок годности стерильности не менее 80%
срока годности заявленного производителем _____

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию

**Технические характеристики (описание)
Принадлежностей к эндоскопам для учреждения «Гомельская областная детская
клиническая больница» на 2017 год**

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав / Размер	Количество
ЛОТ №1 Биопсийные щипцы	Диаметр биопсийных щипцов не более 1,8 мм, длина не более 1550 мм, бранши эллипсовидные с удлиненными чашечками, окончатые, без иглы	2 штуки

2. Технические требования:

ЛОТ №1. Биопсийные щипцы		
№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
1.	Совместимость с гастроинтестинальным эндоскопом	внутренний диаметр канала – 2,0 мм
2.	Диаметр биопсийных щипцов	не более 1,8 мм
3.	Длина биопсийных щипцов	не более 1550 мм
4.	Бранши	эллипсовидные с удлиненными чашечками
5.	Наличие отверстий (окончатые)	да
6.	Наличие иглы	нет
7.	Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием	да
8.	Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами	да

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: нет

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ.

5.2. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь): копия сертификата соответствия Республики Беларусь;

5.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

5.4. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.

Технические характеристики (описание)

Принадлежности для эндоскопии на 2017 год

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав/ размер	Количество
Лот № 1 Петли пластиковые	Петли пластиковые, модель MAJ-339 (или аналог), диаметр 13мм	60 штук

2. Технические требования:

ЛОТ № 1 Петли пластиковые
2.1. Петли пластиковые должны подходить к лигирующему устройству модели НХ-212-1В
2.2. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

5.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

5.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

5.3. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.