

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контуры дыхательные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ЛОТА	Наименование	Состав	Кол-во
1	Контур дыхательный одноразовый	Трубка – 5 шт. У-адаптер – 1 шт Шарнирный угловой адаптер с портом для санации – 1 шт Влагосборник – 2 шт Фильтр дыхательный – 1 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	1200 шт
2	Контур дыхательный неонатальный	Трубка – 2 шт Дополнительный лимб – 1 шт Линия мониторинга – 1 шт У-адаптер с портом для санации – 1 шт Т-коннектор -1 шт Самозаполняющаяся камера увлажнения – 1шт Прямой адаптер - 5 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	30 шт
3	Контур дыхательный педиатрический	Трубка – 4 шт У-адаптер – 1 шт Шарнирный адаптер – 1 шт Прямой адаптер – 4 шт Т-коннектор -1 шт Фильтр дыхательный – 1 шт Увлажнитель – 1 шт Провод нагрева – 1 шт Влагосборник – 1 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	12

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТА	Технические требования:
Лот №1 Контур дыхательный одноразовый	Трубка гофрированная длиной от 1,5м до 1,8м с прямыми адаптерами 22F, диаметр 22мм Совместимость с аппаратами Hamilton Raphael/Galileo
Лот №2 Контур дыхательный неонатальный	Трубка длиной не менее 1,4м с проводом обогрева, диаметр 10 мм – 1 шт Трубка длиной не менее 1,4м с проводом обогрева с Т-коннектором (датчиком температуры), диаметр 10 мм – 1 шт Дополнительный лимб длиной не менее 45 см (с эластичным адаптером) У-адаптер с портом для санации Совместимость с дыхательными аппаратами SLE 5000
Лот №3 Контур дыхательный педиатрический	Трубка длиной не менее 1,6 м с прямыми адаптерами 22F, диаметр 15 мм Совместимость с аппаратом ИВЛ «Авента-М»

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. допуск незарегистрированных изделий медицинского назначения согласно Постановления МЗ РБ от 19.05.2021 г. №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**
(при необходимости с разделением на лоты)

Контур дыхательный одноразовый, стерильный
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) изделия медицинского назначения	Количество
Лот №4. Контур дыхательный одноразовый, стерильный с увлажнителем	Прозрачные конфигурируемые гофрированные трубки «Вдох- выдох» длиной 0,8 - 1 м – 4 шт.	500 шт.
	Y-образный адаптер с портом – 1 шт.	
	Прямой адаптер – 6 шт.	
	Дополнительная трубка 0,8-1 м - 1 шт.	
	Дыхательный фильтр – 3 шт.	
	Влагосборник – 2 шт.	
	Адаптер прямой с размерами выходов 22 (M;F)-1 шт.	
	Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.	
	Увлажнитель – 1 шт.	
	Переходник 22M/22M15F(или аналог) – 1 шт.	
Лот №5. Контур дыхательный одноразовый, стерильный с маской дыхательной	Прозрачные конфигурируемые гофрированные трубки «Вдох- выдох» длиной 0,8 - 1 м – 4 шт.	500 шт.
	Y-образный адаптер с портом – 1 шт.	
	Прямой адаптер – 6 шт.	
	Дополнительная трубка 0,8-1 м - 1 шт.	
	Дыхательный фильтр – 3 шт.	
	Влагосборник – 2 шт.	
	Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт.	
	Маска дыхательная – 1 шт.	
	Переходник 22M/22M15F(или аналог) – 1 шт.	

2.1. Технические требования по лоту №4:

2.1.1. Весь состав (комплектация) изделия медицинского назначения должен быть стерильным и упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

2.1.2. Длина дыхательного контура не менее 180 см, диаметр не более 22 мм.

2.1.3. Увлажнитель с самозаполнением должен находиться в индивидуальной стерильной упаковке и вложен в общий стерильный комплект.

2.1.4. Адаптер прямой однократного применения.

2.1.5. Допускается комплектация производителем дополнительными изделиями, не указанными в технических характеристиках.

2.2. Технические требования по лоту №5:

2.2.1. Весь состав (комплектация) изделия медицинского назначения должен быть стерильным и упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

2.2.2. Длина дыхательного контура не менее 180 см, диаметр не более 22 мм.

2.2.3. Маска дыхательная (размер 5) должна находиться в индивидуальной стерильной упаковке и вложена в общий стерильный комплект.

2.2.4. Допускается комплектация производителем дополнительными изделиями, не указанными в технических характеристиках.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или выписка из реестра;

3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

лот № 6

Приложение № 1
к заявке на закупку

Контур дыхательный однократного применения для взрослых
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контур дыхательный однократного применения для взрослых
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
1	Лот № 6 Контур дыхательный однократного применения для взрослых	Контур дыхательный однократного применения для взрослых (диаметр не менее 22 мм) в составе: - маска анестезиологическая №4 - 1 шт. - трубка (не менее 1,8 м)-4 шт.; - трубка (не менее 0,9 м)-1 шт.; - прямой адаптер -5 шт.; - Y-адаптер (с портами) -1 шт.; - угловой адаптер - 1 шт.; - угловой адаптер (шарнирный с портом для CO2) -1 шт.; - влагосборник- 2 шт.; - фильтр бактериальный -1 шт. - мешок дыхательный объем не менее 2000 мл. - 1 шт.	шт.	200

2. Технические требования ⁷:

2.1. Предназначены для наркозно-дыхательной аппаратуры ИВЛ МК-1-2.

2.2. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лет 7

Приложение № 1
к заявке на закупку
Контур дыхательный одноразовый неонатальный (детский) для
дыхательного аппарата ИВЛ
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контур дыхательный одноразовый неонатальный (детский) для
дыхательного аппарата ИВЛ
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
ЛОТ 7	Контур дыхательный одноразовый неонатальный (детский) для дыхательного аппарата ИВЛ	1. Трубки - не менее 1 шт. 2. У-образный соединитель – не менее 1 шт. 3. Влагосборник – не менее 1 шт. 4. Камера увлажнителя – не менее 1 шт. 5. Т-образный соединитель – не менее 1 шт. 6. Линия мониторинга – не менее 1 шт. 7. Ограничитель потока – не менее 1 шт. 8. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.	шт.	600

2. Технические требования ⁷:

2.1. Диаметр контура – не менее 10 мм.

2.2. Подогреваемая линия вдоха.

2.3. Самозаполняющаяся неонатальная камера увлажнителя.

2.4. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот № 8

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

(при необходимости с разделением на лоты)

контуры дыхательные одноразовые для аппарата SLE 5000

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТa	Состав (комплектация) оборудования	Количество
№ 8 Контур дыхательный одноразовый для аппарата SLE 5000	- трубки диаметром 10 мм, соединяющиеся в дыхательный контур длиной не более 1,6 м; с температурным портом; - Y-образный соединитель с портом; - влагосборник; - провод нагрева; - линия мониторинга; - ограничитель потока; - самозаполняющаяся камера увлажнителя; - дополнительный шланг не более 0,8м, диаметр 10мм. - дополнительные адаптеры и/или переходники в количестве необходимом для обеспечения функционирования контура	100 компл.

2. Технические требования: однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лсг № 9

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

(при необходимости с разделением на лоты)

контур дыхательный одноразовый без влагосборника с Т-образным коннектором

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
№ 9 контур дыхательный одноразовый без влажсборника с Т-образным коннектором	- трубка длиной не более 1,2 м, диаметром 10 мм, - Т-образный коннектор; - дополнительные адаптеры и/или переходники в количестве необходимом для обеспечения функционирования контура	50 компл.

2. Технические требования: 1. однократного применения,

2. Совместимость с аппаратом вспомогательной вентиляции «Поток»

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лот №10

Приложение 1
к заявке на закупку
контур дыхательный
одноразовый стерильный

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий
контур дыхательный одноразовый стерильный (ЛОТ 10)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование, состав	Ед. изм.	Количество
лот №10	Контур дыхательный одноразовый стерильный 1. Трубка дыхательная диаметром 22 мм – 5 шт., 2. У-адаптер – 1 шт., 3. Прямой адаптер – 5 шт., 4. Адаптер шарнирный с размерами выходов 22Т-22м/15F. – 1 шт., 5. Влагосборник – 2 шт., 6. Фильтр (бактериальный) – 1 шт., 7. Увлажнитель – 1 шт., 8. Мешок дыхательный – 1 шт., 9. Маска дыхательная (размер: 4) – 1 шт.	Шт.	205

2. Технические требования:

- 2.1. Длина контура дыхательных не менее 1,8 м. Контур гофрированный, конфигурируемый.
- 2.2. Длина трубок не менее 0,9 м.
- 2.3. Объем дыхательного мешка не менее 3000 мл.
- 2.4. Все расходные материалы: стерильные, одноразового применения.
- 2.5. Все расходные материалы должны быть упакованы в упаковку, позволяющую их складировать при хранении.
- 2.6. В комплект контура могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации.

- 4.1. Регистрационные удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Беларусь;
- 4.2. Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемого изделия на русском языке.

Лоб 8 М

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

Лоб 8 М: Контур дыхательный одnorазовый анестезиологический специальный

1. Состав: (комплектация)

№	Наименование	Кол-во на ед.	Общее кол-во
1.	У-образный адаптер	1	1020 шт
2	Прямой адаптер	5	
3	Угловой адаптер	1	
4	Фильтр	1	
5	Трубки (не менее 1,6м) с коннекторами 22мм	4	
6	Влагосорбник	1	
7	Резервный дыхательный мешок (не менее 2л)	1	

В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура

2. Технические требования:

2.1. стерильный

2.2. для одnorазового применения

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и(или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документов по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лот №12.

187

Приложение №1
к заявке на закупку

Контуров дыхательных одноразовый для транспортного
аппарата ИВЛ Drager oxylog 3000

(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Контуров дыхательных одноразовый для транспортного
аппарата ИВЛ Drager oxylog 3000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
Лот №12	<u>Контуров</u> <u>дыхательных</u> <u>одноразовый для</u> <u>транспортного</u> <u>аппарата ИВЛ Drager</u> <u>oxylog 3000</u>	1. Защитный колпачок-1шт 2. Соединитель угловой с портом-1шт 3. Дыхательный шланг-1шт 4. В комплект могут включены дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	шт	50

2. Технические требования:

Лот №12:

- Совместим с аппаратом ИВЛ Drager oxylog 3000
- Наличие датчика потока с линией мониторинга
- Соединение к аппарату 22F
- Соединение к пациенту 22M (15F)
- Длина контура – от 1500 до 2000мм
- Однократного применения, должны быть стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора:

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лёт №13.

-13

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ лота	Наименование лота	Состав (комплектация) оборудования	Потребность
13	Контур дыхательный одноразовый для транспортного аппарата WEINMANN Medumat Standard 2 или аналог	1) дыхательный шланг 2) клапан пациента выдыхательный отвод 3) штуцер 4) клапан пациента вдыхательный отвод 5)штуцер 6) система измерительных трубок 7) соединительный штекер измерительных трубок 8) трубка ПДКВ 9) трубка измерения давления 10) клипса- держатель трубок 4 шт. 11) адаптер для измерения CO2 12) датчик потока	100 шт.

2. Технические требования:

Лот №13«Контур дыхательный одноразовый для транспортного аппарата WEINMANN Medumat Standard 2 или аналог»

- 1) дыхательный шланг не менее 1,6 и не более 2,0 метра;
- 2) клапан пациента выдыхательный отвод 15 мм
- 3) штуцер 22 мм.;
- 4) клапан пациента вдыхательный отвод штуцер 30 мм
- 5) система измерительных трубок не менее 1,6 и не более 2,0 метра
- 6) наличие индивидуальной упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4.Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

П

Контуры дыхательные однократного применения, стерильные

ЛОТ № 14

(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**
Контуры дыхательные однократного применения, стерильные
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))*1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:*

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
ЛОТ 14	<u>Контуры дыхательные однократного применения, стерильные в составе:</u> -трубка гофрированная - 4шт -У-адаптер-1 шт., -адаптер прямой-6 шт., -адаптер прямой (переходник к мешку дыхательному 22М/22М15F)-1 шт., -адаптер угловой (с портом CO ₂)-1 шт., -адаптер шарнирный (угловой)-1 шт., -фильтр с теплообменом-1 шт., (бактериально-вирусный), -мешок дыхательный -1 шт., -маска дыхательная (размер: №5)-1 шт.	штука	600

2. Требования, предъявляемые к товару:

- 1.1. трубка гофрированная не менее 1,8 м-2 шт., (диаметр дыхательной трубки- не менее 22 мм)
- 1.2. трубка гофрированная не менее 0,9 м-2 шт., (диаметр дыхательной трубки- не менее 22 мм)
- 1.3. адаптер прямой (переходник к мешку дыхательному не менее 22М/22М15F)
- 1.4. маска дыхательная, размер 5
- 1.5. мешок дыхательный не менее 2 л
- 1.6. Материал трубки – медицинский имплантационно-нетоксичный ПВХ, не содержит фталатов.
- 1.7. Упакован в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸*4. Требования о наличии технической документации и иной информации:*

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.