

ПРОТОКОЛ № 1

от 21.06.2019 г.

11-20

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе **AU20190520170893/ 2019-710655 БарМТ №283/19 – Реагенты для гематологических анализаторов «МЕК-7220 К», "МЕК - 6410К" производства «Nihon konden» (Япония), Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора «MICROS-60T», Реагенты для гематологического анализатора BC 3000 plus, Mindray Китай, Реагенты для анализаторов сухой химии " DUS" пр-во Корея (закрытая система), Реагенты для экспресс-анализатора мочи АМ 2100., Реагенты для анализатора SelexON производство Корея.** Комиссия создана на основании приказа №01-01-07/14 от 22.05.2019.

Состав комиссии:

Председатель

комиссии:

Директор УП «Медтехника» г. Барановичи

Бреслав Э.М.

Заместитель

председателя

комиссии:

Буденкова Д.В.

Заместитель директора УП «Медтехника» г. Барановичи

Члены комиссии:

Михайловская Т.Б.

Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Кучура Т.Ю.

Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Королько Т.В.

Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лойко Е.А.

Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Севрюк Я.Л.

Специалист отдела маркетинга и организации закупок, с исполнением обязанностей секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Харитонов О.В.

Начальник отдела маркетинга и организации закупок УП «Медтехника» г. Барановичи

Путинцева И.В.

Начальник экономического сектора УП «Медтехника» г. Барановичи

Хмелевская И.С.

Главный бухгалтер УП «Медтехника» г. Барановичи

Волынец В.С.

Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника» г. Барановичи

Василько Ж.Н.

Ведущий инженер лаборатории метрологии УП «Медтехника» г. Барановичи

Председательствовал(а): Бреслав Э.М.

члены комиссии:

Харитонов О.В.

Лойко Е.А.

Хмелевская И.С.

Путинцева И.В.

Волынец В.С.

Кучура Т.Ю.

Михайловская Т.Б.

Повестка дня:

1. О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион **AU20190516170669/ 2019-709136 БарМТ №273/19 – Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на анализаторы серии "BS" пр-ва MINDRAY. Китай**, объявленный 16.05.2019 г. по закупке:

Лот 89 - Реагенты для гематологических анализаторов «МЕК-7220 К», "МЕК - 6410К" производства «Nihon konden» (Япония)

Лот 90 - Реагенты для гематологических анализаторов «МЕК-7220 К», "МЕК - 6410К" производства «Nihon konden» (Япония)

Лот 91 - Реагенты для гематологического анализатора «MICROS-60T»

Лот 92 - Реагенты для гематологического анализатора «MICROS-60T»

Лот 93 - Реагенты для гематологического анализатора BC 3000 plus, Mindray Китай

Лот 99 - Реагенты для анализаторов сухой химии " DUS" пр-во Корея(закрытая система)

Лот 100 - Реагенты для экспресс-анализатора мочи AM 2100.

Лот 176 - Расходные материалы для гематологического анализатора Micros ES 60 OT, производства HORIBA ABX SAS, Франция (закрытая система)

Лот 188 - Реагенты для анализатора SelexON производство Корея.

СЛУШАЛИ:

1. О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот 89 - №О20190611199877

Лот 90 - №О20190611199877

Лот 91 - №О20190611199833; №О20190530198705

Лот 92 – предложений не поступило

Лот 93 - №О20190611199860

Лот 99 - предложений не поступило

Лот 100 - предложений не поступило

Лот 176 - предложений не поступило

Лот 188 - предложений не поступило

2. Участники, заявившее право на преференциальную поправку 15%: -

4. В период подачи предложений поступили следующие запросы и размещены на

Запрос	Дата поступления	Разъяснение	Дата размещения
<i>Уважаемый Заказчик! В технических требования некоторых лотов, в частности 89-93,176,188 есть п.2.1 , который гласит: "Предлагаемые реагенты и контрольные материалы не должны противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования, указанным в "Руководстве пользователя". В руководстве пользователя указаны реагенты , разработанные производителем данного анализатора. Из этого вытекает, что на данные лоты могут быть предложены только оригинальные реагенты. Если это не так, то какой документ нужно запросить у производителя и представить для участия в данном аукционе?</i>	03.06.2019	Добрый день. В ответ на Ваш запрос главный внештатный специалист сообщает, что закупка реагентов производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 «Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах», в соответствии с которым адаптационные методики предполагаются для систем с открытыми и частично открытыми системами, для которых производитель оборудования изначально предполагал применение реагентных компонентов различных производителей. По лотам 89, 99, 176 и 188 в соответствии с руководствами пользователя, применение реагентов других производителей не предполагается. Дополнительно поясняем, что даже если производитель один, то поставщиков реагентов может быть несколько.	05.06.2019
<i>Уважаемый заказчик и организатор!</i> <i>По лоту 89. Заказчиком объединены в один лот реагенты к двум различным моделям анализаторов серии МЕК.</i> <i>На сегодняшний день имеется не менее трех отечественных</i>	03.06.2019	Добрый день. В ответ на Ваш запрос главный внештатный специалист сообщает, что по лоту 89 предметом закупки являются реагенты, которые подходят к ряду анализаторов производства «Nihon	05.06.2019

производителей реагентов к гематологическим анализаторам, каждый из которых изготавливает продукцию для определенных моделей анализаторов, согласно установленным требованиям. Объединение в один лот разных приборов ведет к прямому нарушению принципов статьи 4 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», ограничению участия потенциальных участников, в первую очередь отечественных производителей. С целью обеспечения соответствия требованиям статей 4 и 20 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», исключения лоббирования интересов определенной фирмы-поставщика, исключения препятствий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков, просим внести изменения в технические требования и разделить лот 89 на два самостоятельных лота отдельно для каждой модели анализаторов серии МЕК – отдельный лот для анализатора МЕК 6410К и отдельный лот для анализатора МЕК 7220К. Спасибо.		Kohden Corporation» (Япония), и соответственно объединение в один лот закупаемых реагентов, которые технологически и функционально связанные друг с другом (однородные товары), не противоречит требованиям статьи 20 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». С целью бесперебойного снабжения реагентами, функционально связанными друг с другом, и в целях обеспечения совместимости с ранее закупленными реагентами, не видим необходимости в разъединении по каждой позиции применяемых реагентов в отдельные лоты.	
Уважаемый заказчик и организатор! Технические требования лота 89 и 91 содержат требования, изложенные следующим образом: «2.2. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы не должны противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования, указанным в	03.06.2019	Добрый день. В ответ на Ваш запрос главный внештатный специалист сообщает, что в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 «Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-	05.06.2019

«Руководстве пользователя».

2.3. Поставщик должен предоставить оригинальные инструкции по применению к наборам на языке производителя (с обязательным переводом на русский язык, если язык производителя не русский), адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных материалов».

Данные требования не совсем однозначны и позволяют заказчику двоякую их трактовку при проведении экспертной оценки, т.к. отсутствуют ссылки на возможность предлагать аналоги и адаптационные методики на основании приказа МЗРБ от 18.02.2014 № 145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

Также производители реагентов проходят в полном объеме процедуры государственной регистрации, которые никак не предусматривают переправку «Руководства пользователя» заказчика для внесения в него каких-либо дополнений (иначе как понимать требование 2.2?).

Указанные требования в имеющемся изложении нарушают требования статьи 4 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

С целью обеспечения соответствия требованиям статей 4 и 20 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», исключения лоббирования интересов определенной фирмы-

диагностических системах», адаптационные методики предполагаются для систем с открытыми и частично открытыми системами, для которых производитель оборудования изначально предполагал применение реагентных компонентов различных производителей.

По лоту 89, в соответствии с руководствами пользователя реагенты для закупаемых анализаторов производства «Nihon Kohden Corporation» (Япония) не предполагается применение реагентов других производителей.

По лоту 91 в части 1. «Состав (комплектация)» четко прописано, «или аналог» и для участников, которые предлагают аналоги, необходимо предоставить документы в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 «Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах», требуемые пунктом 6.1 (Адаптационная программа) и 6.2. (Аналитические характеристики).

Дополнительно поясняем, что если производитель один, то поставщиков реагентов может быть несколько. Так в 2018г. по

поставщика, исключения препятствий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков, просим внести изменения в технические требования лота 89 и 91 и дополнить их четко и однозначно читающейся информацией о применении аналогов на основании действующей документации, исключить ссылки в технических требованиях (пункт 2.2) на применение только оригинала (Руководство пользователя). Спасибо.		данным электронной площадки http://www.icetrade.by/ в соответствии с разделом «Реестр сведений о договорах», реагенты производства «Nihon Kohden Corporation» в Республику Беларусь поставляли минимум две компании.	
Уважаемый заказчик и организатор! Просим внести изменения в состав лота 93 и выделить из состава реагентов контрольный и калибровочный материал (гематологический контроль и калибратор), позиции №№ 6-7 лота. Включение в состав лота реагентов контрольного и калибровочного материала, который вряд ли зарегистрирован на сегодняшний день и не может быть предложен участниками, предлагающими реагенты, создает препятствия к участию в процедуре закупки. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что в других аналогичных лотах этой процедуры контрольный и калибровочный материал выделены в отдельные лоты. Следует отметить, что гематологический контроль имеет отличную от указанной в процедуре (20.59.52.100) кодировку ОКРБ - это не реагент. С целью обеспечения соответствия требованиям статей 4 и 20 Закона Республики Беларусь от	03.06.2019	Добрый день. В ответ на Ваш запрос главный внештатный специалист сообщает, что выделение в отдельный лот калибратора и контрольных материалов считаем некорректным, т.к. на сегодняшний день имеют место неоднократные случаи поставки организатором (МТ г. Барановичи) реагентов без контрольных материалов. При вышеизложенной ситуации применение реагентов недопустимо, т.к. отсутствует возможность проведения внутриабораторного контроля качества и применение реагентов для проведения лабораторных исследований не предоставляется возможным.	05.06.2019

13.07.2012 N 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», исключения лоббирования интересов определенной фирмы-поставщика, исключения препятствий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков, просим внести изменения в технические требования и выделить из состава лота 93 в отдельный лот позиции 6-7 (гематологический контроль и калибратор). Спасибо.			
--	--	--	--

РЕШИЛИ:

1.1. По лотам 89, 90, 93 электронный аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что поступило менее двух аукционных предложений.

1.2. По лотам 92, 99, 100, 176, 188 электронный аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что предложений не поступило.

1.3. По лотам 89, 90, 92, 93, 99, 100, 176, 188 рекомендовать проведение процедуры закупки – повторный электронный аукцион.

1.4. Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии по лабораторной диагностике вх. №5808 от 19.06.2019г. (Приложение 1).

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100 % в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
Лот 91		
№О20190611199833	100%	соответствует
№О20190530198705	100%	соответствует

1.5. Установить, что

№ п/п	Аукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот 91		
1	№О20190611199833	
2	№О20190530198705	

1.6. Отклонить предложения участников, не соответствующих аукционным документам:-

1.7. Допустить к торгам участников:

1.8. Начальная цена аукциона (наименьшая цена из предложений участников):

Лот 91 – 135 967,06 BYN

Голосовали:




«За» 8 чел. «Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии: _____

Секретарь комиссии: _____

Члены комиссии: _____

	Э.М. Бреслав
	Е.А. Лойко
	О.В. Харитонов
	И.В. Путинцева
	И.С. Хмелевская
	В.С. Волынец
	Т.Б. Михайловская
	Т.Ю. Кучура