

и. 38.14



Заявка на закупку медицинских изделий

- Заявка на закупку: **комплект для отсасывания операционного поля**
(наименование предмета государственной закупки)
- Заказчик: Учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр» поручает УП «Медтехника» г. Витебска провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиям к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.
- Заявка на закупку медицинских изделий направляется: на электронный почтовый ящик info@vitmt.by

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	210027, г. Витебск, ул. Чкалова, дом №14В
УНП	1449 391640253
Адрес электронной почты	priem@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

- Область применения: в хирургической практике.
- Сведения о государственной закупке:

Лот №1	
Наименование товара	Комплект для отсасывания операционного поля
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.13.100
Объем (количество)	3100 штук
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	29500,0
Срок (график) поставки товаров	с января по декабрь 2022г.
Источник финансирования государственной закупки	областной бюджет

Приложение

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Комплект для отсасывания операционного поля с диаметром наконечника 2мм	штук	1000
2	Комплект для отсасывания операционного поля с диаметром наконечника 6мм	штук	1600
3	Комплект для отсасывания операционного поля с диаметром наконечника 8мм	штук	500

2. Технические требования:

- 2.1. Наконечник изготовлен из твердого прозрачного медицинского ПВХ.
- 2.2. Наконечник с контролем отсасывания.
- 2.3. Наконечник стандартный изогнутый.
- 2.4. Наконечник с атравматичными отверстиями.
- 2.5. Наконечник мягко окончен.
- 2.6. Отсасывающая соединительная трубка изготовлена из профилированного мягкого ПВХ.
- 2.7. Диаметр отсасывающей соединительной трубки 6мм.
- 2.8. Длина отсасывающей соединительной трубки не более 2100мм.
- 2.9. Трубки предохраняемые от надлома.
- 2.10. Неперегибающийся коннектор.
- 2.11. Одноразового использования.
- 2.12. Стерильные.

6. Специалист для осуществления контактов с организатором:

Гисаренко С.Т.

(Ф.И.О.)

Ирина

(должность)

+37528 8889039

(номер телефона)

7. Специалист для включения в состав экспертной комиссии организатора:

Мовсесов А.А.

(Ф.И.О.)

А.А.

(должность)

888 28 5 918 919

(номер телефона)

8. Заключение договора государственной закупки возложить на УП «Медтехника» г. Витебска.

Разработчики технических требований:

Мовсесов А.А.

(Ф.И.О.)

Зав. м. Витебска

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Инженер А.А.

(Ф.И.О.)

Зав. м. Витебска

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Согласовано: _____

[Подпись]

Зав. м. Витебска главный внештатный специалист.

Лом №2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор аспирационный хирургический, тип Янкувер	шт.	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Набор для хирургического отсасывания тип «Янкувер» TRO-ASPISET
YANKAUER или аналог используется для сбора, удаления жидкостей методом
вакуумной аспирации.

2.2. Технические характеристики:

Параметр	Значение
Длина трубки	210 см -215см
Внешний диаметр трубки	11,5мм -12мм
Внутренний диаметр трубки	8 мм- 8,5мм
Тип наконечника	кроун / стандартный
Вакуум-контроль	+

2.3. Набор для хирургического отсасывания тип «Янкувер» должен быть
одноразового использования, стерильный.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и
(или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на
эксплуатацию товара.

3.1. Срок годности контейнера при поступлении к потребителю должен быть не
менее 80% от срока, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-травматолог-ортопед (заведующий)
операционного отделения УЗ «НЦГБ»


подпись Б.Я.Сосновик

Медицинская сестра операционная (старшая)
операционного отделения УЗ «НЦГБ»


подпись О.А.Боярин

Согласовано:

Главный внештатный хирург
Главного управления по здравоохранению
Витебского облисполкома


подпись С.М.М.