

STEON LIMITED COMPANY

Reg.Nr. 6892759
UK London
3rd Floor, 49 Farringdon Road
EC1M3JP

Date: June 08 2015

Исх. 011/2015.

Министерство торговли
Республики Беларусь
Ул. Кирова 6 , корп.1
220030 г. Минск

Заявитель:

Steon Limited Company
Регистрационный номер 06892759
Великобритания Лондон
3 этаж, 49 Фарингтон роуд
EC1M3JP

Директор Линди Равиния
Ответственное лицо в РБ:
Ковалев Леонид Кузьмич,
действующего на основании доверен-
ности от 07.01.2015.
Контактный телефон +375 2 33 37 88
+375 29 6198788

Организатор:

ПТРУП «Белмедтехника»
220007, г. Минск,
ул. Могилевская, 16, корп. 4
УНН 100027309
Контактное лицо: Лазарев Юрий
Витальевич
Тел. +375 17 224 14 80


Копия:

Заместителю Министра здраво-
охранения Республики Беларусь
Лосицкому Игорю Геннадьевичу
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
г. Минск, 220048,
ул. Мясникова, 39
Первому заместителю
генерального директора
УП «Белмедтехника»
Жукову С.С

Subject: Относительно электронного аукциона № AU20150129023968 по закупке БелМТ № 034/15-ЭА - Реагенты для иммунологических исследований методом проточной цитометрии ВИЧ-инфицированным", лот 1.

Источник финансирования
государственной закупки:

Республиканский бюджет



STEON LIMITED COMPANY

Reg.Nr. 6892759
UK London
3rd Floor, 49 Farringdon Road
EC1M3JP

ЖАЛОБА

Выражаем категорическое несогласие относительно результатов и самой процедуры рассмотрения жалобы, исх. №005/2015 от 24.04.2015 без нашего участия в частности, а также последующих результатов проведения электронного аукциона № AU20150129023968 государственной закупки БелМТ №034/15-ЭА «Реагенты для иммунологических исследований методом проточной цитометрии ВИЧ-инфицированным», Лот №1. (Протокол №4 от 14.05.2015 Минторга РБ, Протокол №23-034/15 от 03.06.2015 ПТРУП «Белмедтехника»)

Компания Steon Limited, поставщик продукции авторитетных европейских производителей в области диагностических клинических реагентов для проточной цитометрии в Республику Беларусь, приняла участие в закупке БелМТ №034/15-ЭА «Реагенты для иммунологических исследований методом проточной цитометрии ВИЧ-инфицированным», Лот №1 на основании аукционного приглашения № AU20150129023968.

В соответствии с Приложением №1 закупки - Технические характеристики заявляемых изделий медицинского назначения - наша компания предоставила продукцию компании EXBIO Praha a.s., Чехия, которая полностью соответствует техническим требованиям продукции по Лоту №1.

Так, четырехцветные моноклональные антитела CD45/CD4/CD3/CD8 должны по флуоресцентным меткам соответствовать техническим возможностям цитометра марки FACS Calibur производства фирмы Becton Dickinson. Нашей компанией по позиции 1.1 Лота №1 были предложены антитела КОМБИТЕСТ™ CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC производства EXBIO, каталожный номер ED7045, которые в соответствии с п.1,2 инструкции по эксплуатации изделия (английский и русский вариант) соответствуют указанному требованию. Одна упаковка КОМБИТЕСТ™ CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC предназначена на 50 исследований (20 мкл/тест) и в соответствии с необходимыми по п. 1.1. Лота №1 9 000 исследованиями по спецификации было предложено 180 упаковок моноклональных антител (180 x 50 = 9 000 исслед.). Обращаем Ваше внимание на то, что моноклональные антитела КОМБИТЕСТ™ CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC является полной копией четырехцветных моноклональных антител производства фирмы Becton Dickinson BD Multitest™ CD3 FITC/ CD8 PE/CD45 PerCP/CD4 APC Reagent на основании п.1 и результатов исследований инструкции по применению изделия.

Для проведения пробоподготовки был предложен лизирующий раствор фирмы EXBIO EXCELLYSE Easy, каталожный номер ED7066, который полностью

STEON LIMITED COMPANY

Reg.Nr. 6892759
UK London
3rd Floor, 49 Farringdon Road
EC1M3JP

Совместим в моноклональными антителами фирмы EXBIO, в том числе с КОМБИТЕСТ™ CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC, и специально адаптирован для проведения клинических исследований на оборудовании фирмы Becton Dickinson и является прямым аналогом BD FACSTM Lysing Solution производства фирмы Becton Dickinson, что подтверждается п. 1 инструкции по применению изделия и справочной информацией по лизирующим растворам от фирмы EXBIO.

Согласно инструкции по применению (русский и английский варианты) для проведения одного исследования при мониторинге состояния иммунной системы ВИЧ-инфицированных по безотмывочной технологии методом проточной цитометрии требуется 450 мкл лизирующего раствора, упаковка EXCELLYSE Easy позволяет выполнить 2 000 - 2 200 исследований. Согласно предложенной нами спецификации по аукциону было предложено 5 упаковок лизирующего раствора EXCELLYSE Easy, что позволяет как минимум выполнить 10 000 исследований (согласно ТЗ необходимое количество исследований - 9 000) .

Просим отметить также, что реагенты компании EXBIO имеют длительный срок использования, последние поставки реагентов в Республику Беларусь указывают на сроки годности не хуже 2017-18 гг.

Таким образом, продукция компании EXBIO, представленная нашей компанией в рамках Лота №1 закупки БелМТ №034/15-ЭА «Реагенты для иммунологических исследований методом проточной цитометрии ВИЧ-инфицированным», полностью соответствует всем пунктам технических требований закупаемым за республиканские бюджетные средства изделиям медицинского назначения, что подтверждается официальными документами фирмы-производителя EXBIO в английском и русском вариантах.

Однако на этапе оценки предложений экспертной комиссией МЗ РБ во главе с председателем комиссии Рогачевой Т.А. к предложению нашей компании были выставлены дополнительные технические требования, которые не представлены в техническом задании закупки по Лоту №1, а именно, были основательно проработаны переводы на русский язык инструкций по применению предложенной продукции и найдены некоторые разногласия. Для подготовленного пользователя, а тем более эксперта в области проточной цитометрии данные разногласия были бы рассмотрены как досадные недоразумения перевода, которыми грешат практически все компании. Но для г-жи Рогачевой Т.А. это оказалось весомой зацепкой чтобы не допустить нашу компанию к торгам и мотивы поступков г-жи Рогачевой Т.А. здесь более чем прозрачны.

STEON LIMITED COMPANY

Reg.Nr. 6892759
UK London
3rd Floor, 49 Farringdon Road
EC1M3JP

Г-жа Рогачева Т.А. является заведующей диагностической лабораторией инфекционной больницы г. Минска, где в начале 2014 года был установлен проточный цитофлуориметр FACS Calibur производства фирмы Becton Dickinson (США) для мониторинга ВИЧ-пациентов и по настоящее время не эксплуатируется по причине отсутствия реагентов и расходных материалов (закупка реагентов и расходных материалов для исследований осуществляется за счет государственных бюджетных средств). Проточный цитофлуориметр FACS Calibur по настоящее время находится на гарантийном обслуживании, которое в РБ осуществляет компания ООО «БиоЛайн-БС», представленной в лице г-на Михайлова А.С. Компания ООО «БиоЛайн-БС» представляет в РБ продукцию фирмы Becton Dickinson, в том числе реагенты для проточной цитометрии (моноклональные антитела), которые имеют хорошее качество, но, к сожалению, высокую стоимость на рынке РБ. Компания ООО «БиоЛайн-БС» в лице г-на Михайлова А.С., являясь постоянным нашим оппонентом на аукционных торгах, за последние 2 года не выиграла ни одного значимого проекта. Поэтому в рамках настоящего аукциона целью и задачей г-на Михайлова А.С. было недопущение нашей компании до торгов, что было успешно выполнено с участием председателя экспертной комиссии г-жи Рогачевой Т.А.

В данной ситуации при проведении процедуры закупки был грубо нарушен п.3 Статьи 19 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 13 июля 2012 г. № 419-З О государственных закупках товаров (работ, услуг), а именно,

«Членами комиссии не могут быть... физические лица, на которых способны оказывать влияние потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители)».

Кроме того, г-жа Рогачева Т.А. имеет незначительный опыт работы в области практической проточной цитометрии, что ставит под сомнение ее заключение по настоящей закупке.

Хотелось бы отметить, что после отстранения нас от процедуры закупки, 27.05.2015 состоялись электронные торги, в которых участвовали две компании, представляющие продукцию Becton Dickinson. Электронные торги были остановлены на 2 шаге, победителем была признана компания ООО «БиоЛайн-БС» и вся процедура закупки, по нашему мнению, не без участия «авторитетных» экспертов превратилась в фарс и имеем следующие результаты:

- стоимость одного исследования ВИЧ-инфицированного в результате состоявшейся процедуры закупки № AU20150129023968 увеличилась почти в 2 раза, с 15 \$/тест по данным 2012-2013 годов до 25 \$/ тест (2015 г) с

STEON LIMITED COMPANY

Reg.Nr. 6892759
UK London
3rd Floor, 49 Farringdon Road
EC1M3JP

учетом полного набора для исследований (Лот №1 и пробирки с контрольными частицами из Лота№2), т.е. прослеживается увеличение стоимости исследования в среднем на 35-40%;

- согласно документально подтвержденным данным при полноценно проведенном электронном аукционе с участием нашей компании стоимость закупки по Лоту №1 может быть снижена на 25-30% от настоящей стоимости, т.е. в результате закупки реально просматривается экономия бюджетных средств в пределах **40 000 – 45 000 ЕВРО.**

Поскольку электронный аукцион № AU20150129023968 проведен с нарушением законодательства Республики Беларусь предлагаем аннулировать процедуру закупки, объявить новый аукцион с привлечением в качестве экспертов ведущих специалистов Республики Беларусь в области проточной цитометрии и оценки иммунного статуса. Мы считаем, что такое решение по аукциону №AU20150129023968 было бы оптимальным, поскольку позволит сэкономить **государственные бюджетные средства на сумму не менее 40 000 ЕВРО.**

С уважением,



Исп. Ковалев Л.К.,
Тел/факс. +375 233 37 88
Моб.Тел. +375 29 6198788.