



ООО "БМ МЕДИКАЛ"

УНП 192806241

220007 г. Минск, ул. Володько, д.20, каб.24

р/с BY71ALFA30122226570140270000

в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск,

Тел./факс: (+375 17) 389 73 39

office@bm-medical.by

Исх.19/08-060 от 12.08.2019

**Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь**
ул. Кирова, 8, корп. 1
220030, г. Минск

Участника процедуры закупки:
Общества с ограниченной
ответственностью
"БМ МЕДИКАЛ"


УНП 192806241
Адрес: 220007, г. Минск, ул.
Володько, д.20, каб.24
Тел. 223-53-41, факс 298-54-81
e-mail: office@bm-medical.by

ЖАЛОБА

ООО "БМ МЕДИКАЛ" обращается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь с жалобой на действия заказчика в рамках процедуры закупки № AU20190628173490 (2019-728082) на основании ст.52,53 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Вид процедуры закупки	Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку	www.zakupki.butb.by
Сведения об операторе	
УНП	190542056
Полное наименование	Открытое акционерное общество "Белорусская универсальная товарная биржа"
Место нахождения	220099 г.Минск, ул.Казинца, 2, 200
Адрес электронной почты	zakupki@butb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	www.butb.by
Сведения о заказчике	
УНП	192399556
Полное наименование (для организации) либо фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)	Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской хирургии"
Место нахождения (для организации) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя)	220013, г. Минск, пр-т Независимости, д.64А
Адрес электронной почты	director@dhc.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	www.dhc.by
Сведения о контактных лицах	
Фамилия, имя, отчество	Шабатько Андрей Николаевич
телефон	375172902106
факс	375172902106
адрес электронной почты	mt0@dhc.by
иные сведения	

Сведения об аукционе



Вид закупки	государственная (полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов)
Повторный аукцион	нет
Отрасль	Медицина > Расходные материалы
Наименование закупки	32/19 закупка расходного инструментария для диагностических катетеризаций сердца и эндоваскулярной хирургии ВПС

Суть обжалуемых действий заказчика

- 1) Отклонение предложения ООО «БМ МЕДИКАЛ» по лоту № 6 и допуск иных участников, предложения которых не соответствуют требованиям технического задания.
- 2) Отклонение предложения ООО «БМ МЕДИКАЛ» по лоту №7.
- 3) Отклонение предложения ООО «БМ МЕДИКАЛ» по лоту № 28.

Сведения, подтверждающие обоснованность жалобы

Согласно протокола № АУ20190628173490 (2019-728082) от 31 июля 2019 г. заседания комиссии по государственным закупкам РНПЦ детской хирургии, созданной приказом директора от 24.06.2019 № 62, по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион № АУ20190628173490 (2019-728082) и допуска к торгам предложение ООО «БМ МЕДИКАЛ» (рег.номер предложения О20190722203091) было отклонено по лотам №6, №7 в связи с «отсутствием покрытия», по лоту №28 – в связи с тем, что «радиус загиба кончика 3 мм при требуемом 6 мм». В то же время, по лоту №6 были допущены участники, предложения которых не соответствуют требованиям технического задания.

Полагаем, что решение заказчика в данной части является незаконным, необоснованным и подлежащим отмене на основании следующего.

- 1) Предметом закупки по лоту №6 являлись окклюдеры для окклюзии открытого артериального протока (ОАП), описание технических характеристик которых указаны в пунктах 1-2. Согласно заявке на закупку для товара установлены следующие требования: окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из нескольких дисков и цилиндров для аорты и лёгочной артерии. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием. Предложенный к поставке ООО «БМ МЕДИКАЛ» товар полностью соответствует предъявляемым требованиям, в том числе и в части наличия покрытия. В подтверждение этого обществом были приложены спецификация, каталог производителя и таблица соответствия (с указанием страниц каталога, подтверждающих характеристики предлагаемого к поставке товара).

На данный момент в Республике Беларусь существует 2 (два) зарегистрированных производителя, имеющих действующие РУ на окклюдеры из нитинола-это Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., КИТАЙ и Occlutech GmbH, ГЕРМАНИЯ (помимо AGA Medical Corporation, продукцию которых предлагала к поставке наша компания). Ни у одного из этих производителей нет окклюдера для ОАП, соответствующего техническим требованиям данной процедуры закупки. В частности, окклюдеры для ОАП ни одной из вышеуказанных компаний, не имеют конфигурации из нескольких дисков и цилиндров для аорты и легочной артерии, в отличие от нашего предложения, которое соответствует данному техническому заданию полностью, в том числе и по части наличия покрытия (соответствующие сведения из открытых источников, каталогов, данные официальных сайтов этих производителей с переводом прилагаем).

Обращаем внимание, что необоснованный недопуск нашей стороны к участию в торгах привел к отсутствию конкуренции и, как следствие, к тому, что цена накупаемый товар была завышена более чем в 3 раза!!! Цена закупки по данному лоту за 1 шт. составила 8682,05 бел руб (4214,5 USD). Цена по аукционам в Российской Федерации составляет: продукция компании Lifetech Scientific: 59 550 рос. руб. (963 USD), продукция компании Occlutech GmbH: 98 144 рос.руб (1741 USD).

- 2) Предметом закупки по лоту №7 являлись окклюдеры для окклюзии мышечных ДМЖП. Согласно заявке на закупку, окклюдер должен иметь сетчатое строение, конфигурацию из трёх дисков - большего диаметра для левого и правого желудочков и среднего диска (цилиндра) для дефекта. Окклюдер должен быть изготовлен из нитиноловой проволоки с покрытием. Предложенный к поставке ООО «БМ МЕДИКАЛ» товар полностью соответствует предъявляемым требованиям, в том числе и в части наличия покрытия. В подтверждение этого обществом были приложены спецификация, каталог производителя и таблица соответствия (с указанием страниц каталога, подтверждающих характеристики предлагаемого к поставке товара).

Обращаем внимание, что необоснованный недопуск нашей стороны к участию в торгах привел к отсутствию конкуренции и, как следствие, тому, что цена накупаемый товар оказалась завышена более чем в 8 раз!!! (цена закупки по лоту за 1 шт. 34 900,00 бел руб (17 107,8 USD). Цена по аукционам в Российской Федерации составляет: продукция компании Lifetech Scientific: 116 000 рос. руб. (2058 USD), продукция компании Occlutech GmbH: 115 000 рос.руб (2040 USD)

- 3) Предметом закупки по лоту №28 являлись ангиографические жесткие проводники. Согласно заявке на закупку, проводник должен быть жестким типа Amplatz для VSD 0.035 inch, длина 260 - 300 см, Soft tip, fixed core, радиус загиба кончика 6 мм. Предложенный проводник с каталожным номером 9-GW-004 (Производитель: AGA Medical Corporation, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) имеет радиус загиба кончика в 6 мм.

На основании изложенного, руководствуясь ст.53, 55 Закона №419-3, п.17 Инструкции о порядке рассмотрения жалоб при осуществлении государственных закупок, просим:

- приостановить проведение процедуры государственной закупки;
- отменить незаконные решение Заказчика по лотам 6, 7, 28, выдав Заказчику предписание совершить действия, соответствующие законодательству о государственных закупках.

Приложение: - копия протокола № AU20190628173490 (2019-728082) от 31 июля 2019 г.

- копии спецификаций, листов каталога производителя и таблица соответствия (с указанием страниц каталога, подтверждающих характеристики предлагаемого к поставке товара).

- официальные ссылки на открытые сайты итогов закупок Российской Федерации:

• <https://star-pro.ru/region/chelyabinskaya-oblast/c1745321598418000070--postavka-instrumentariva-dlya-ehndovaskulyarnogo-lecheniya-vrozhdennykh-porokov-serdca-dlya-nuzhd-fgbu-fcsskh-minzdrava-rossii-g>

• <http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0373100037218000109>

• <http://rostender.info/region/tyumenskaya-oblast/tyumen/23316113-tender-postavka-ustrojstva-dlya-maloinvazivnogo-zakrytiya-defektov-meipredserdnoj-peregorodki-occlutech-figulla-flex-v-nabore-s>

• <http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=21403272>

- официальные данные с сайтов производителей Lifetech Scientific и Occlutech GmbH о технических характеристиках окклюдеров для ОАП с переводом;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия документа, подтверждающего полномочия.

всего документы на 59 листах.

С уважением,

Директор



Бурбо Ольга Петровна