

Технические характеристики (описание)

Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	раствор глюкоза/лактат гемолизирующий в микропробирках ,фасовка не более 1000 шт	10 000 шт
2	раствор глюкоза/лактат системный, фасовка не более 5л	5 л
3	чип-сенсор глюкоза I типа ,фасовка не более 1 шт	2 шт

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе глюкозы «Biosen» производства компании EKF-diagnostic GmbH, Германия, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности реагентов на момента поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

 Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)
Комплекта реагентов для автоматического гематологического
анализатора «Micros -60»

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Реагент изотонический раствор, фасовка не более 20л	300 л.
2	Реагент промывающий раствор, фасовка не более 1 л	20 л
3	Реагент очищающий раствор, фасовка не более 1 л	1 л

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на гематологических анализаторах «Micros -60», производства HORIBA ABX SAS Франция, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции лота согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80%, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий
клинико-диагностической лабораторией

Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.Н.Лунская

 Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание)
Комплекта реагентов для автоматического гематологического
анализатора Sysmex XP 300**

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Реагент вспомогательный-CELLPACK или аналог, фасовка не более 20л	40 л

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на гематологических анализаторах Sysmex XP 300, производства Sysmex Corporation, Япония, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80%, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:
Заведующий
клинико-диагностической лабораторией
Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.Н.Лунская
Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)
Комплекта реагентов для автоматического гематологического
анализатора «Micros ES -60»

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Реагент изотонический раствор, фасовка не более 20л	200 л.
2	Реагент промывающий раствор, фасовка не более 1 л	12 л

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на гематологических анализаторах «Micros ES-60», производства HORIBA ABX SAS Франция, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции лота согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).


3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80%, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий
клинико-диагностической лабораторией

 Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)
Комплект реагентов для анализатора физических свойств мочи
«URISKAN-PRO-2»

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Количество
1	Тест-полоски UriscanGEN, либо аналог не менее чем на 11 анализируемых параметров, фасовка не менее 100 шт	20 000 шт

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе физических свойств мочи (сухая химия) «URISKAN-PRO-2», YD Diagnostics CORP, Республика Корея, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»


3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.Н.Лунская
 Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание)
Реагентов для анализатора физических свойств мочи**

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Количество
1	Тест-полоски на не менее 11 анализируемых параметров, фасовка не менее 100 шт	1000 шт

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе физических свойств мочи (сухая химия) «Dirui H -100» производства Dirui INDUSTRIAL CO.,LTD, Китай с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку(годности, стерильности):

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория



Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)



Л.П.Сорока

Приложение 7

Технические характеристики (описание) Комплекта контрольных материалов для автоматического гематологического анализатора Sysmex XP 300

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Материал контрольный, нормальный уровень, фасовка не менее 1,5 мл	1,5 мл
2	Материал контрольный, высокий уровень, фасовка не менее 1,5 мл	1,5 мл
3	Материал контрольный, низкий уровень, фасовка не менее 1,5 мл	1,5 мл

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на гематологических анализаторах Sysmex XP 300, производства Sysmex Corporation, Япония, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).


3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80%, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий

клинико-диагностической лабораторией

Фельдшер – лаборант (старший)



Л.Н.Лунская

Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)

Контрольного материала для проведения контроля качества биохимических исследований .

1.Состав (комплектация):

№	Наименование	Количество
1	Контрольный материал (контрольная сыворотка) с биохимическими параметрами в диапазоне нормальных значений, фасовка не менее 5мл.	60 мл
2	Контрольный материал (контрольная сыворотка) с биохимическими параметрами в диапазоне патологических значений, фасовка не менее 5мл.	60 мл

2. Технические требования:

2.1. Материал должен быть предназначен для контроля определения минимум следующих параметров: субстраты (глюкоза), липиды (общий холестерин), ферменты (альфа-амилаза).

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)
Контроль качества для гематологических исследований
«Micros -60», «Micros ES-60»

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Контроль качества для гематологических исследований-нормальный уровень, фасовка не более 2 мл	7,5 мл
2	Контроль качества для гематологических исследований -низкий уровень, фасовка не более 2 мл	7,5 мл
3	Контроль качества для гематологических исследований -высокий уровень, фасовка не более 2 мл	7,5 мл

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на гематологических анализаторах «Micros -60», «Micros ES-60», производства HORIBA ABX SAS Франция, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80%, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий
 клинико-диагностической лабораторией

Фельдшер – лаборант (старший)



Л.Н.Лунская

Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание)
комплекта контрольных материалов для анализатора физических
свойств мочи «Dirui H -100»**

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Количество
1	Контрольный материал негативный, фасовка не менее 8мл	16 мл
2	Контрольный материал позитивный, фасовка не менее 8мл	16 мл

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе физических свойств мочи (сухая химия) «Dirui H -100» производства Dirui INDUSTRIAL CO.,LTD, Китай с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку(годности, стерильности):

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

Л.П.Сорока

Технические характеристики (описание)

Контрольные материалы для анализатора глюкозы

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Количество
1	Набор контрольный раствор для глюкозы - норма , фасовка не более 6 мл	24 мл
2	Набор контрольный раствор для глюкозы -патология фасовка не более 6 мл	24 мл

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе глюкозы «Biosen» производства компании EKF-diagnosticGmbh, Германия, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах»

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности реагентов на момента поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.


Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория



Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)



Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание)
реагентов для общеклинических исследований.**

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Кол-во
1	Набор для определения белка в моче методом с пирогаллоловым красным, с калибратором, фасовка не менее 200 мл	1500 мл
2	Реагенты для определения холестерина в биологических жидкостях ферментативным колориметрическим методом, фасовка не менее 200 мл, с калибратором объёмом не менее 3 мл	400 мл

2. Технические требования:

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к использованию

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание)
экспресс –тестов**

1.Состав (комплектация)

№	Наименование	Кол-во
1	Экспресс –тест для качественного определения гемоглобина, трансферина в кале, фасовка не менее 1 шт	500 шт

2.Технические требования:

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к использованию.

3.Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности:


3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем

Разработчики технических требований:

Врач лабораторной диагностики (заведующий)
Клинико-диагностическая лаборатория

 Л.Н.Лунская

Фельдшер – лаборант (старший)

 Л.П.Сорока

**Технические характеристики (описание) дозатора пипеточного
механического одноканального переменного объема.**

1. Состав

№	Наименование	Кол-во
1	Дозатор пипеточный механический одноканальный переменного объема	1 шт

2. Технические требования к предмету закупки :

2.1. Дозатор предназначен для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

2.2. Диапазон пипетки, мкл: 100-1000 мкл; Шаг, мкл : 5,0; Точность, мкл: ± 1,5;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий

клинико-диагностической лабораторией

Фельдшер – лаборант (старший)



Л.Н.Лунская

Л.П.Сорока