

Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)

Периодичность и порядок технического обслуживания (далее – ТО) проводится в соответствии с Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 и технической и (или) эксплуатационной документации производителя.

Условия выполнения работ (услуг):

выполнение работ по техническому обслуживанию направлено на обеспечение безопасной эксплуатации медицинской техники, предупреждение сбоев в ее работе, поддержание параметров медицинской техники в пределах, определенных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя. *(Периодичность выполнения ТО-1 согласовывается с владельцем (пользователем) медицинской техники и выполняется не реже чем один раз в месяц (Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78));*

при восстановлении работоспособности медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, дополнительной оплате подлежит: стоимость израсходованных запасных частей, материалов, поверка средств измерений, техническое освидетельствование стерилизаторов паровых, контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского диагностического оборудования *(в соответствии с требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности);*

возможность выполнения остальных видов работ по мере поступления письменных заявок (техническое освидетельствование, поверка средств измерений и т.д.);

работы (услуги) выполняются по месту нахождения организации здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя).

При этом должно обеспечиваться:

своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники *в соответствии с*

требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 г. № 78;

своевременное устранение аварийных ситуаций (субъект хозяйствования, осуществляющий техническое обслуживание медицинской техники, обязан в случае возникновения ее неисправности направить своего представителя для проведения текущего ремонта медицинской техники с момента письменного извещения владельца (пользователя) медицинской техники, с которым заключен договор на техническое обслуживание, в следующие сроки: в пределах населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования или его филиал (представительство), - в течение двух суток; вне пределов населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования или его филиал (представительство), - в течение четырех суток) в соответствии с требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 г. № 78.

При наличии пункта технического обслуживания медицинской техники и осуществлении дежурства на территории Заказчика для систем подачи медицинских газов – (далее СПМГ):

своевременное устранение аварийных ситуаций (в течение 1 (одного) часа);

проведение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение баллонов на территории Заказчика (для СПМГ);

подача медицинских газов непосредственно потребителю от баллона с его доставкой и подключением, в экстренных случаях, при отказе СПМГ;

замена баллонов на соответствующем оборудовании в здании заказчика с последующим подключением и проверкой на герметичность соединений и отсутствие утечек газов (для СПМГ);

наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов соответствующей медицинской техники на территории Заказчика (для СПМГ).