

СДК 777/16-ЭА

Лот 1

**Технические характеристики
Механоаппарата для разработки всех суставов конечностей
в количестве 1 единицы.**

1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1	Весовые стеки	Наличие	3
1.2	Платформа для приседаний	Наличие	1
1.3	Гриф/лямка	Наличие	3
1.4	Гриф для тяги сверху	Наличие	1
1.5	Гриф гнутый	Наличие	2
1.6	Рукоятка для гребли	Наличие	1
1.7	Блок для гребли сидя	Наличие	1
1.8	Опоры для тяги сверху	Наличие	2

2. Технические требования

- 2.1. Набор грузов на каждый стек не менее 95 кг.
- 2.2. Регулировка сидений дискретная.
- 2.3. Количество выполняемых упражнений – не менее 27.
- 2.4. Количество стеков – 3.
- 2.5. Система нагрузки блочная.
- 2.6. Размеры, см – 310х230х210.

3. Дополнительные требования

- 3.1. Необходимые области воздействия для использования тренажера:
 - мышцы голени, бедер, ягодиц;
 - спина;
 - мышцы верхнего плечевого пояса;
 - мышцы брюшного пресса.
- 3.2. Максимальный вес пользователя – не более 160 кг.

СДК 777/16-ЭА

Лот 2

**Технические характеристики
Биостимулятор механический (БМС)
в количестве 1 единицы**

1. Состав (комплектация) оборудования на 1 единицу:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
1.	Биостимулятор механический (БМС, тренажер-стимулятор биомеханический)	1
1.1.	Корпус	наличие
1.2.	Блок управления	наличие

2. Технические требования:

№	Техническое требование	Параметр
2.1.	Напряжение	220 В
2.2.	Частота	50 Гц
2.3.	Амплитуда механических колебаний	4 мм±0,5
2.4.	Частота вибрации	20-30 Гц
2.5.	Габаритные размеры	400х300х400

СДК 777/16-ЭА
Лот 3

**Технические характеристики
Стола для механотерапии верхних конечностей
в количестве 1 единицы**

1. Состав (комплектация) оборудования на 1 единицу:

№ п/п	Наименование.	Кол-во
1.	Стол для механотерапии верхних конечностей	1 шт.
1.1.	Тренажер «Штурвал» с утяжелителями и антенной	наличие
1.2.	Тренажер ротационный для упражнений пронации и супинации кистевого сустава, с регулируемым сопротивлением	наличие
1.3.	Винты с различной формой головки с сопротивлением в виде пружины для упражнений вкручивания, на специальной подставке (регулировка по высоте)	наличие
1.4.	Валики для упражнений сгибания-разгибания (кистевой тренажер), 2 диаметра, с регулируемым сопротивлением	наличие
1.5.	Тренажер для развития координации движений верхних конечностей с отверстиями	наличие
1.6.	Тренажер для развития координации движений верхних конечностей с парными фигурами	наличие
1.7.	Тренажер «Сгибание-разгибание пальцев»	наличие

2. Технические требования:

2.1 Габариты не более 1000х600х800

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;

СДК 777/16-ЭА
Лот 4

Технические характеристики
Угломер для определения подвижности суставов

1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Угломер для определения подвижности суставов (с линейкой)	2

2. Технические требования

2.1. Угломер для определения подвижности суставов (медицинский с линейкой) должен быть выполнен из нержавеющей стали

3. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:

3.1. устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в республике санитарными правилами и нормами;

3.2. гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев