

Технические характеристики (описание)
Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог для инжектора SinoPower-D для
учреждений здравоохранения Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
ЛОТ №1 Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог	Шприц-колба 2 шт. Трубка соединительная 1 шт. Трубка заполняемая 2 шт.	9 750 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог
2.1. совместимость с инжектором SinoPower-D для введения рентгеноконтрастных препаратов для компьютерной томографии 2.2. каждый набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку 2.3. шприц-колба 200 мл 2.4. трубка соединительная не менее 1500 мм

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».