

Общество с ограниченной ответственностью «БиоЛайн-БС»

Исх. № 264 от 04.12.2015г.

Министерство торговли
Республики Беларусь
Ул. Кирова 6, корп. 1
220030 г. Минск

ООО «Биолайн-БС»
ул. Мележа 1, ном. 1518, каб. 12
220113 г. Минск
УНП 192146480
директор Михайлов Алексей Сергеевич
Тел. +375 29 6966640

Республиканское дочернее
торговое унитарное предприятие
«Медтехника»
ул. Челюскинцев, 59 а
г. Могилев, 212003
УНН 70052446
Наконечный В.И.
Тел. (0222) 25 - 29 - 59, 25 - 31 - 34

Электронный аукцион № AU20151023044972 «МогМТ №154/15 – ЭА «Устройства для
взятия капиллярной крови»

Источник финансирования - местный бюджет

ЖАЛОБА

03.12.2015 16:46 Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие "Медтехника", г. Могилев разместило протокол допуска к торгам аукциона № AU20151023044972 МогМТ №154/15 – ЭА «Устройства для взятия капиллярной крови» на электронной торговой площадке www.zakupki.butb.by с текстом сообщения «Комиссией организатора рассмотрены первые разделы аукционных предложений и принято решение о допуске участников к торгам электронного аукциона рег. № AU20151023044972. Протокол размещен на электронной торговой площадке в списке протоколов электронного аукциона». Дата проведения торгов по данному аукциону – 07.12.2015 12:00.

ООО «БиоЛайн-БС» участвовало в аукционе № AU20151023044972 по лоту № 7 (участник № O20151117064424).

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки лота 7 заявки на закупку устройств для взятия капиллярной крови на 2016 год аукциона № AU20151023044972 содержит следующие характеристики: «Устройства для взятия капиллярной крови с антикоагулянтом K(2)- EDTA типа Microvette 200 или аналог. Должно включать калиброванный по принципу "end-to-end" капилляр на 200 мкл, обработанный K(2)-EDTA; пробирку. 2. пробирка должна быть рассчитана для сбора 200 мкл. Цельной крови и содержать K(2) EDTA из расчета конечной концентрации антикоагулянта 1,2-2 мг/мл крови (согласно рекомендациям Республиканского центра по контролю качества РБ). 3. пробирка должна быть градуированной с указанием типа реагента для четкой идентификации типа пробирки и объема проб».

Согласно поданным аукционным документам первого раздела для участия в аукционе №AU20151023044972 ООО «БиоЛайн-БС», технические характеристики предлагаемой продукции ООО «БиоЛайн-БС» по лоту 7 содержит все заявленные требования (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).

В соответствии с п. 1.8 результатов оценки квалификационных данных протокола №2 от 3 декабря 2015 года заседания комиссии республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» по подготовке и проведению процедур государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения МогМТ№154/15 - ЭА "Устройства для взятия капиллярной крови" по вопросу рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион AU20151023044972 (2015-285354) (далее - Протокол) предложение ООО «БиоЛайн-БС» по лоту 7 не допущено к торгам с формулировкой «Не соответствует по лоту 7, согласно экспертного заключения (п.18 аукционных документов)» и п. 2.2 таблицы результатов рассмотрения первых разделов предложений Протокола по лоту 7 со ссылкой на п.3, ст.38 Закона РБ от 13.07.2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

На основании вышеизложенного ООО «БиоЛайн-БС» предполагает, что комиссией республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» по подготовке и проведению процедур государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения МогМТ№154/15 - ЭА "Устройства для взятия капиллярной крови" оценка представленных документов по рассмотрению первых разделов предложений по лоту 7 проведена неквалифицированным экспертом либо допущено невнимательное изучение предложенных на аукцион документов, так как заявленная к закупке продукция ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям технического задания на закупку.

На основании вышеизложенного ООО «БиоЛайн-БС» просит провести повторное рассмотрение представленных документов по первому разделу лота 7 аукциона AU20151023044972, отменить данный аукцион и провести его повторно.

С уважением,
директор ООО «Биолайн-БС»

 А.С. Михайлов


Приложение:

1. Приложение 1 на 1-м л., в 1-м экз.;
2. Приложение 2 на 1-м л., в 1-м экз.;
3. Приложение 3 на 1-м л., в 1-м экз.