

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	320 100

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	10-12	градуированная	круглодонное	штука	290 900
2.1.2	Пробирка с крышкой	4-6	---	круглодонное	штука	29 200

2.2. Наличие закручивающейся крышки;

2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	144 000

2. Показатели (характеристики):**2.1 Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	4-6	---	коническое	штука	144 000

2.2 Наличие завинчивающейся крышки;**2.3 Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	397 600

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	10-12	градуированная	коническое	штука	397 600

2.2. Наличие завинчивающейся крышки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	511 300

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуировка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	10-12	---	круглодонное	штука	224 300
2.1.2	Пробирка с пробкой	4-6	---	круглодонное	штука	287 000

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	317 300

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	10-12	градуированная	коническая	штука	317 300

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	10 500

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	4-6	---	коническое	штука	10 500

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок без пробки/крышки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	278 400

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуировка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка без пробки/крышки	10-12	---	коническое	штука	278 400

2.2. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок без пробки/крышки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	470 700

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка без пробки/крышки	10-12	градуированные	коническое	штука	470 700

2.2. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с активатором свертывания**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирка с активатором свертывания	штука	584 500

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Объем -10-12мл;
- 2.2. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик;
- 2.3. Наличие гранул с активатором свертывания крови;
- 2.4. Наличие крышки или пробки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок типа «Фалькон»**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки типа «Фалькон»	штука	256 100

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Объем - 50 (± 10) мл;
- 2.2 Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик;
- 2.3 Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;
- 2.4 Завинчивающаяся крышка;
- 2.5 Градуированная;
- 2.6 Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок типа «Эппендорф»**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки типа «Эппендорф»	штука	1 995 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Объем пробирки – 1,5мл;
- 2.2. Крышка прикреплена к пробирке;
- 2.3. Коническая;
- 2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;
- 2.5. Градуированная.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	16 900

2. Показатели (характеристики):**2.2. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	10-12	градуированная	круглодонное	штука	15 300
2.1.2	Пробирка с крышкой	4-6	---	круглодонное	штука	1 600

2.4. Наличие завинчивающейся крышки;**2.5. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	8 000

2. Показатели (характеристики):**2.4 Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуировка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	4-6	---	коническое	штука	8 000

2.5 Наличие завинчивающейся крышки;

2.6 Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с крышкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	21 200

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с крышкой	10-12	градуированная	коническое	штука	21 200

2.2. Наличие завинчивающейся крышки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	26 900

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	10-12	---	круглодонное	штука	11 800
2.1.2	Пробирка с пробкой	4-6	---	круглодонное	штука	15 100

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	16 700

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	10-12	градуированная	коническая	штука	16 700

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с пробкой**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	500

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуировка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка с пробкой	4-6	---	коническое	штука	500

2.2. Наличие защелкивающейся пробки;**2.3. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок без пробки/крышки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	14 600

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуировка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка без пробки/крышки	10-12	---	коническое	штука	14 600

2.2. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок без пробки/крышки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки	штука	24 800

2. Показатели (характеристики):**2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки следующих пробирок:**

пп	Наименование	Объем, мл	Градуйровка	Тип дна	Единица измерения	Количество
2.1.1	Пробирка без пробки/крышки	10-12	градуированные	коническое	штука	24 800

2.2. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок с активатором свертывания**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирка с активатором свертывания	штука	30 800

2. Показатели (характеристики):

2.5. Объем -10-12мл;

2.6. Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик;

2.7. Наличие гранул с активатором свертывания крови;

2.8. Наличие крышки или пробки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок типа «Фалькон»**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки типа «Фалькон»	штука	13 500

2. Показатели (характеристики):

- 2.7 Объем - 50 (± 10) мл;
- 2.8 Материал изготовления пробирки - прозрачный пластик;
- 2.9 Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;
- 2.10 Завинчивающаяся крышка;
- 2.11 Градуированная;
- 2.12 Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
пробирок типа «Эппендорф»**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Пробирки типа «Эппендорф»	штука	105 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Объем пробирки – 1,5мл;
- 2.2. Крышка прикреплена к пробирке;
- 2.3. Коническая;
- 2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;
- 2.5. Градуированная.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Пробирка полистирольная для проточного цитофлюориметра	Штука	2 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Длина 75 мм, диаметр 12 мм с насечкой.

2.2 Круглое дно.

2.3 Совместимость с проточными цитофлюориметрами моделей Navios, FC-500, DxFLEX (Beckman Coulter).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Пробирка полистирольная для проточного цитофлюориметра	Штука	18 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Длина 75 мм, диаметр 12 мм с насечкой.

2.2 Круглое дно.

2.3 Совместимость с проточными цитофлюориметрами моделей Navios, FC-500, DxFLEX (Beckman Coulter).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Плашки для ПЦР в реальном времени	шт	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Планшет 96 – луночный для ПЦР низкопрофильный с «полной юбкой»

2.2 Степень чистоты: без ДНКаз/РНКаза/ДНК/ингибиторов ПЦР;

2.3 Совместим с ПЦР- амплификатором CFX96 Touch Real-Time PCR;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Плашки для ПЦР в реальном времени	шт	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Планшет 96 – луночный для ПЦР низкопрофильный с «полной юбкой»

2.2 Степень чистоты: без ДНКаз/РНКаз/ДНК/ингибиторов ПЦР;

2.3 Совместим с ПЦР- амплификатором CFX96 Touch Real-Time PCR;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 50 мл (без юбки)	шт	500
2	центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 15 мл	шт	500
3	пробирки типа эппендорф, с крышкой, 2 мл	шт	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 50 мл, без юбки, что значит коническое основание

2.2. центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 15 мл

2.3. пробирки типа эппендорф, с крышкой, 2 мл

2.4. Нетоксичный полипропилен высокой плотности

2.5. Стерильные

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 50 мл (без юбки)	шт	4500
2	центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 15 мл	шт	4500
3	пробирки типа эппендорф, с крышкой, 2 мл	шт	9000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

- 2.1. центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 50 мл, без юбки, что значит коническое основание
- 2.2. центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, 15 мл
- 2.3. пробирки типа эппендорф, с крышкой, 2 мл
- 2.4. Нетоксичный полипропилен высокой плотности
- 2.5. Стерильные

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	криопробирки, 2 мл	шт	200
2	криопробирки, 1,5 мл	шт	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Криопробирки 1,5-1,7 мл и 1,8-2,0 мл с закручивающейся герметичной крышкой;

2.2. Предназначенные для хранения биоматериала в жидком азоте

2.3. Диаметр пробирки 10-12 мм

2.4. Нетоксичный полипропилен высокой плотности

2.5. Стерильные

2.6. Снабжены белой матовой поверхностью сбоку для подписи

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	криопробирки, 2 мл	шт	1800
2	криопробирки, 1,5 мл	шт	1800

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Криопробирки 1,5-1,7 мл и 1,8-2,0 мл с закручивающейся герметичной крышкой;

2.2. Предназначенные для хранения биоматериала в жидком азоте

2.3. Диаметр пробирки 10-12 мм

2.4. Нетоксичный полипропилен высокой плотности

2.5. Стерильные

2.6. Снабжены белой матовой поверхностью сбоку для подписи

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация):

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пробирка для микропроб	штук	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Пробирка для микропроб:

2.1.1. Морозоустойчивые

2.1.2. Для криохранения

2.1.3. Полипропилен

2.1.4. Завинчивающаяся крышка с внешней резьбой.

2.1.5. На крышке уплотнительное кольцо.

2.1.6. Размер 12,5*49 мм

2.1.7. Наличие юбки

2.1.8. Матовая полоса для записи

2.1.9. Стерильные

2.1.10. Упаковка 50 шт

2.1.11 Для малого и среднего бизнеса

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности указанных реагентов на момент поставки должен быть не менее 60% от срока, установленного заводом-изготовителем

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация):

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пробирка для микропроб	штук	9000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Пробирка для микропроб:

2.1.1. Морозоустойчивые

2.1.2. Для криохранения

2.1.3. Полипропилен

2.1.4. Завинчивающаяся крышка с внешней резьбой.

2.1.5. На крышке уплотнительное кольцо.

2.1.6. Размер 12,5*49 мм

2.1.7. Наличие юбки

2.1.8. Матовая полоса для записи

2.1.9. Стерильные.

2.1.10. Упаковка 50 шт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности указанных реагентов на момент поставки должен быть не менее 60% от срока, установленного заводом-изготовителем

МТ №599/23

лот 33

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~ , качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Пробирка пластиковая объемом 50 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объемом 50 мл	шт.	3600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть с градуировкой, с коническим дном.

2.2. Винтовая крышка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 34

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Пробирка пластиковая объемом 50 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объемом 50 мл	шт.	400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть с градуировкой, с коническим дном.

2.2. Винтовая крышка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 35

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Пробирка пластиковая объёмом 15 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объёмом 15 мл	шт.	7740

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть с градуировкой, с коническим дном.

2.2. Винтовая крышка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 36

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
**(Пробирка пластиковая объёмом 15 мл с градуировкой, с винтовой
крышкой, с коническим дном)**

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объёмом 15 мл	шт.	860

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Пробирки должны быть с градуировкой, с коническим дном.
- 2.2. Винтовая крышка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 37

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Изделия полимерные для лабораторных исследований

(Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра	шт.	27000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть полистироловые прозрачные.

2.2. Объем 5 мл.

2.3. Размеры 12х75 мм.

2.4. Пробирки должны быть совместимы с имеющимся анализатором FACSCanto, производства BectonDickinson, США.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 38

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирки круглодонные для проточного цитофлуориметра	шт.	3000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть полистироловые прозрачные.

2.2. Объем 5 мл.

2.3. Размеры 12x75 мм.

2.4. Пробирки должны быть совместимы с имеющимся анализатором FACSCanto, производства BectonDickinson, США.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 39

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Криопробирки)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Криопробирки, объемом не менее 4,5 мл	шт.	900
1.2.	Криопробирки, объемом до 1,6 мл	шт.	180

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Криопробирки должны быть стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 40

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Криопробирки)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Криопробирки, объёмом не менее 4,5 мл	шт.	100
1.2.	Криопробирки, объёмом до 1,6 мл	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Криопробирки должны быть стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 41

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Изделия полимерные для лабораторных исследований
(Пробирка пластиковая)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объёмом 8-12 мл	шт.	90000
1.2.	Пробка к пробирке объёмом 8-12 мл	шт.	9000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть круглодонные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

МТ №599/23

лот 42

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~, качественных и эксплуатационных показателей ~~(характеристик)~~
Изделия полимерные для лабораторных исследований

(Пробирка пластиковая)

1. Состав (комплектация) изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1.1.	Пробирка пластиковая объёмом 8-12 мл	шт.	10000
1.2.	Пробка к пробирке объёмом 8-12 мл	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пробирки должны быть круглодонные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
одноразовых пробирок с покрытием для быстрого получения сыворотки
крови 10 мл**

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Одноразовая пробирка с покрытием для быстрого получения сыворотки крови 10 мл	штук	40500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. пробирка одноразовая, рассчитана для забора 10,0 мл венозной крови и содержит разделительные полимерные гранулы для быстрого получения сыворотки крови;

2.2. материал пробирки – пластик;

2.3. пробка пластиковая, герметично укупоривает пробирку;

2.4. пробирка прозрачная, что позволит выполнить визуальную оценку образца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

- не менее 60% при сроке годности (стерильности) более 1 года, установленного производителем;
- не менее 80% при сроке годности (стерильности) 1 год или менее 1 года, установленного производителем.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
одноразовых пробирок с покрытием для быстрого получения сыворотки
крови 10 мл**

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Одноразовая пробирка с покрытием для быстрого получения сыворотки крови 10 мл	штук	4500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. пробирка одноразовая, рассчитана для забора 10,0 мл венозной крови и содержит разделительные полимерные гранулы для быстрого получения сыворотки крови;

2.2. материал пробирки – пластик;

2.3. пробка пластиковая, герметично укупоривает пробирку;

2.4. пробирка прозрачная, что позволит выполнить визуальную оценку образца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

- не менее 60% при сроке годности (стерильности) более 1 года, установленного производителем;

- не менее 80% при сроке годности (стерильности) 1 год или менее 1 года, установленного производителем.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
одноразовых пробирок 12*86 с цитратом натрия**

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Одноразовая пробирка 12х86 мм с цитратом натрия	штук	27360

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. пробирка одноразовая, рассчитана для забора 5,0 мл венозной крови и содержит жидкий дигидрат цитрата натрия концентрацией 3,8% объемом 0,5 мл;
- 2.2. размер пробирки: длина – 86 мм, диаметр 12 мм;
- 2.3. материал – полипропилен;
- 2.4. пробка пластиковая, желтого цвета;
- 2.5. наличие этикетки для маркировки и возможности визуальной оценки качества образца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

- не менее 60% при сроке годности (стерильности) более 1 года, установленного производителем;
- не менее 80% при сроке годности (стерильности) 1 год или менее 1 года, установленного производителем.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
одноразовых пробирок 12*86 с цитратом натрия**

..... (только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Одноразовая пробирка 12х86 мм с цитратом натрия	штук	3040

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. пробирка одноразовая, рассчитана для забора 5,0 мл венозной крови и содержит жидкий дигидрат цитрата натрия концентрацией 3,8% объемом 0,5 мл;
- 2.2. размер пробирки: длина – 86 мм, диаметр 12 мм;
- 2.3. материал – полипропилен;
- 2.4. пробка пластиковая, желтого цвета;
- 2.5. наличие этикетки для маркировки и возможности визуальной оценки качества образца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

- не менее 60% при сроке годности (стерильности) более 1 года, установленного производителем;
- не менее 80% при сроке годности (стерильности) 1 год или менее 1 года, установленного производителем.