

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	14G	штука	15 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	16G	штука	55 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	17G	штука	15 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	18G	штука	328 300

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	20G	штука	546 400

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	22G	штука	620 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	24G	штука	369 600

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
катетеров внутривенных периферических**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры внутривенные периферические	26G	штука	105 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы для обеспечения контроля расположения катетера;
- 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови для обеспечения контроля правильного расположения иглы;
- 2.3. Наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
- 2.4. Наличие клапана и заглушки порта для предотвращения контакта с кровью пациента;
- 2.5. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер;
- 2.6. Наличие съемного винтового колпачка;
- 2.7. Наличие фиксирующих крылышек;
- 2.8. Цветная маркировка изделий для быстрого определения размера катетера;
- 2.9. Стерильно;
- 2.10. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Катетер периферический артериальный лучевой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во штук
1.1	Катетер периферический артериальный лучевой	наборов	2500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Катетер должен быть выполнен из рентгенконтрастного полиуретана, без латекса. Должен устанавливаться методом Сельдингера.

2.2.* В состав набора должны входить: катетер, игла-проводник, проволочный проводник.

2.3. Длина катетера от 5 см до 7 см, размера 20G

Не рассматриваются предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*»

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**Периферически вводимый центральный венозный катетер
двухпросветный по типу PICC**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Периферически вводимый центральный венозный катетер двухпросветный по типу PICC	6Fr	набор	40
1.2	В каждом наборе должны присутствовать металлический стилет, безопасная проводниковая игла, прямой нитиновый проводник, расширитель, шприц, зажим, измерительная лента, устройство для фиксации катетера, коннектор			

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Полностью рентгеноконтрастный катетер (длиной 55 см) из биостабильного полиуретана с сантиметровой маркировкой и числовой маркировкой каждые 5 сантиметров, с импрегнацией антибиотиком.

2.2. "Т" проксимальный разъем

2.3. Безопасная проводниковая игла 21G

2.4. Нитиновый проводник 67 см

2.5. Расширитель с расщепляемой оболочкой длиной 7 см

2.6. Возможность введения контрастного вещества через катетер, со скоростью не менее 6мл/с.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Периферически вводимый одноканальный центральный венозный катетер	5 Fr	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. В комплект с катетером должны входить: интродьюсерная игла, проводник, скальпель, шприц.

2.2. Катетер должен быть выполнен из рентгенконтрастного материала и иметь длину 50 – 70 см.

2.3. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Катетеры центральные венозные периферически вводимый одноканальный 5Fr, длина 50-70 см	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. В состав набора катетера должны входить: катетер с зажимом и фиксирующими крыльями, игла пункционная, проводочный проводник, разрывной интродьюсер, шприц, скальпель, фиксирующая наклейка.
- 2.2. Катетер должен быть выполнен из рентгенконтрастного полимерного материала, без латекса и устанавливаться методом Сельдингера.
- 2.3. Набор должен обеспечивать совместимость с Luer-Lock.
- 2.4. Продолжительность использования катетера не менее 30 дней.
- 2.5. Максимально допустимое давление введения препарата не менее 300 PSI.
- 2.6. Все составляющие должны быть в одной стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наборы для катетеризации крупных сосудов по методу Сельдингера 3- канальные 5,5F	шт.	150
2	Наборы для катетеризации крупных сосудов по методу Сельдингера 3- канальные 8,5F	шт.	1310

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Техника установки: по методу Сельдингера (по проводнику).

2.2.На поверхности катетера должна быть маркировка длины для облегчения определения глубины установки.

2.3.Набор должен содержать Y- образный коннектор или проводниковый шприц, модифицированный для введения проводника через поршень.

2.4.Набор должен обеспечивать совместимость с Luer-Lock.

2.5.Наборы должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, стерильны, для одноразового использования.

2.6. Рентгеноконтрастный катетер.

2.7. В состав набора должны входить: 3- канальный катетер; игла пункционная (проводниковая), длиной не менее 70 мм; проводник проволоочный («J» проводник); сосудистый расширитель; скальпель хирургический ; фиксатор; заглушка Луер-Лок 3 шт.; зажим на каждый канал.

2.8. Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для катетеризации крупных сосудов по методу Сельдингера: 4- канальный катетер с антимикробным покрытием 8-8,5 F 20 см, игла пункционная (проводниковая), длиной не менее 70 мм; проводник проволочный («J» проводник) не менее 60 см; сосудистый расширитель; скальпель хирургический ; фиксатор; заглушка Луер-Лок 3 шт.; зажим на каждый канал.	шт.	1550

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Техника установки: по методу Сельдингера (по проводнику).

2.2.На поверхности катетера должна быть маркировка длины для облегчения определения глубины установки.

2.3.Набор должен содержать Y- образный коннектор или проводниковый шприц, модифицированный для введения проводника через поршень.

2.4.Набор должен обеспечивать совместимость с Luer-Lock.

2.5.Наборы должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, стерильны, для одноразового использования.

2.6. Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Катетер центральный венозный периферически вводимый одноканальный 4Fr, длина 50-70 см	шт.	150
2.	Катетер центральный венозный периферически вводимый одноканальный 5Fr, длина 50-70 см	шт.	210

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 В состав набора катетера должны входить: катетер с зажимом и фиксирующими крыльями, игла пункционная, проволочный проводник, разрывной интродьюсер, шприц, скальпель, фиксирующая наклейка.

2.2 Катетер должен быть выполнен из рентгенконтрастного полимерного материала, без латекса и устанавливаться методом Сельдингера.

2.3 Набор должен обеспечивать совместимость с Luer-Lock.

2.4 Продолжительность использования катетера не менее 30 дней.

2.5 Максимально допустимое давление введения препарата не менее 300 PSI.

2.6 Все составляющие должны быть в одной стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетеры периферические с портом для инъекций 18 G	шт.	200
2	Катетеры периферические с портом для инъекций 16 G	шт.	200
3	Катетеры периферические с портом для инъекций 14 G	шт.	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Подсоединение Luer-Lock.

2.2. Рентгеноконтрастный.

2.3. Наличие заглушки Луер.

2.4. Длина катетера 80-105 мм.

2.5. Все расходные материалы – стерильные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Единица измерения	Кол-во
1.	Одноходовой катетер 22G (набор)	Размер 22G, длина 10-15см, диаметр катетера наружный 0.8-1.0, внутренний 0.5-0.6 мм.	шт.	20
2.	Одноходовой катетер 18G (набор)	Размер 18G, длина 15-20 см, диаметр катетера наружный 1,2-1,4, внутренний 0.7-0,9 мм.	шт.	500
3.	Одноходовой катетер 16G (набор)	Размер 16G, длина 20-22 см, диаметр катетера наружный 1,6-1.8 мм, внутренний 1.1-1.2 мм.	шт.	400
4.	Двухходовой катетер 7F длина 20 см (набор)	Катетер 7F, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 2,3-2,5 мм, внутренние 16G и 16G.	шт.	300
5.	Двухходовой детский катетер 4F (набор)	Катетер 4F, длина 15-20 см, диаметр катетера наружный 1,1-1,4 мм, внутренние 22G и 22G.	шт.	150
6.	Двухходовой детский катетер 5F (набор)	Катетер 5F, длина 20-22 см, диаметр катетера наружный 1,6-1,8 мм, внутренние 18G и 20G.	шт.	200
7.	Трехходовой катетер 7F длина 20 см (набор)	Катетер 7F, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 2,3-2,5 мм, внутренние 16G, 18G, 18G.	шт.	60
8.	Трёхходовой катетер 12 F длина 20см (набор) (HF высокоскоростной)	Катетер 12F, длина 20-25 см, наружный диаметр 3-5 мм, внутренний диаметр портов 16G, 12G, 12G.	шт.	10
9.	Трёхходовой катетер детский длина 20см (набор)	Катетер детский, длина 20-25 см, диаметр катетера наружный 1,6-1,8 мм, внутренние 20G, 22G, 22G.	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка.
- 2.2. В набор входит: катетер, проводник, игла, расширитель (дилататор), шприц Луер-лок.
- 2.3. Катетер полиуретановый с мягким кончиком.
- 2.4. Катетер рентген контрастный.
- 2.5. Наличие нитилонового изгиб устойчивого проводника с гибким J – наконечником для катетеризации вен по Сельдингеру.

2.6. Наличие двух пар фиксирующих крыльев – подвижные и неподвижные – обеспечивают надежную фиксацию катетера и позволяет выбрать длину установки катетера в зависимости от возраста ребенка.

2.7. Наличие кабеля ЭКГ – контроля - позволяет контролировать постановку катетера путем наблюдения изменений на ЭКГ, без применения рентгеновского излучения.

2.8. Наличие скользящего зажима на удлинительной линии для кратковременного прерывания инфузии.

2.9. Для поз.2-4, 7 - наличие V-образной иглы с непроницаемым клапаном и боковым портом для предотвращения воздушной эмболии, защиты от контакта с кровью пациента, снижения риска инфицирования и кровопотери. Для поз.5-6 – наличие самоклеющегося фиксатора катетера и съемной насадки направителя для проведения тонкого проводника.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Поз.	Наименование	Базовые параметры	Единица измерения	Количество
1.	Наборы центральных катетеров для длительного венозного доступа Broviac 4F	Размер 4,0-4,2F	шт.	10
2.	Наборы центральных катетеров для длительного венозного доступа Broviac 5F	Размер 5,0-5,2F	шт.	5
3.	Наборы центральных катетеров для длительного венозного доступа Broviac 7F	Размер 6,6-7,0F	шт.	15
4.	Наборы центральных катетеров для длительного венозного доступа Broviac 9F	Размер 9,0-9,6F	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Стерильность, индивидуальная упаковка.

2.2. Антимикробный силиконовый катетер Broviac с ионами серебра для длительного венозного доступа – дает возможность катетеру находиться в вене длительное время за счет антибактериальных свойств ионов серебра, которые являются не поверхностным покрытием, а введены в материал, из которого изготавливается трубка катетера. Таким образом, снижается риск катетер ассоциированных инфекций. Срок стояния в вене 2-6 месяцев.

2.3. Катетер силиконовый, рентген контрастный.

2.4. Наличие подкожной манжеты для фиксации катетера в мягких тканях обеспечивает защиту катетера от самопроизвольного извлечения, адекватный кровоток в обоих направлениях; уменьшает риск тромб-образования.

2.5. Длина общая – 75-90 см, используемая – не менее 50 см.

2.6. В набор входит: катетер, 1 туннельная игла, 2 туннельных стержня (пластиковый и металлический), проводник с отслаиваемой оболочкой, скальпель.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1.	Периферически имплантируемый центральный венозный катетер однопросветный размером 4Fr	шт	30
2.	Периферически имплантируемый центральный венозный катетер однопросветный размером 5Fr	шт	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1.Стерильность, индивидуальная упаковка

2.2.Периферически имплантируемый центральный венозный катетер для длительного венозного доступа. Срок стояния в вене более 30 дней.

2.3.Катетер должен изготовлен из рентген-контрастного биостабильного полиуретана.

2.4.В набор входит: 1) антимикробный биостабильный полиуретановый катетер с возможностью проксимального укорочения. 2. сосудистая входящая канюля для пункции периферической вены. 3. Нитиноловый проводник. 4. интродьюсер, полностью извлекаемый (расщепляемая конструкция) после установки катетера; 6. Измерительная лента. 7. Фиксирующее устройство

2.5.Для катетера 4Fr: наружный диаметр1,35мм, внутренний диаметр 4Fr, длина 55-75см.

Для катетера 5Fr: наружный диаметр1.65-1,75мм. внутренний диаметр 5Fr, длина 55-75см.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Набор для катетеризации центральных вен через периферические сосуды у новорожденных (эпикутанно-кавальный катетер 24G длиной до 30 см)	штук	800
2	Набор для катетеризации центральных вен через периферические сосуды у новорожденных (эпикутанно-кавальный катетер 24G длиной до 50 см)	штук	100
	Всего	штук	900

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. предназначен для парентерального питания и введения лекарственных средств недоношенным и новорожденным детям;

2.2. периферически вводимый катетер для долгосрочного венозного доступа;

2.3. рентгенконтрастный силикон;

2.4. интродьюсер с крылышками

2.5. наличие градуированной сантиметровой шкалы;

2.6. наличие съёмного коннектора с удлинительной трубкой;

2.7. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Набор для катетеризации центральных вен у новорожденных по методу Сельдингера (однопросветный размером 1 - 2 Fr)	штук	150
2	Набор для катетеризации центральных вен у новорожденных по методу Сельдингера (однопросветный размером 3 Fr)	штук	150
3	Набор для катетеризации центральных вен у новорожденных по методу Сельдингера (двухпросветный размером 2 Fr)	штук	100
4	Набор для катетеризации центральных вен у новорожденных по методу Сельдингера (трехпросветный размером 3 Fr)	штук	50
	Всего	штук	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. длина катетера не менее 80 мм;
- 2.2. рентгенконтрастный;
- 2.3. катетер с интегрированной удлинительной трубкой;
- 2.4. предназначен для катетеризации по методу Сельдингера;
- 2.5. наличие проводниковой иглы;
- 2.6. наличие проводника с гибким кончиком;
- 2.7. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора