

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий по лоту №1:

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	Ед. измерения	Количество
1.	<i>Лампа бестеневая передвижная</i>	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Лампа бестеневая передвижная однокупольная должна состоять из:

2.1.1. Передвижного штатива с мобильным основанием на четырех колесах с системой тормозов.

2.1.2. Наличие одного несущего штатива (со смещенным центром тяжести), с высотой (с учетом мобильного основания) не менее 170 см.

2.1.3. Наличие одного шарнирного рычага с регулировкой по высоте и углом вращения не менее 180 градусов в горизонтальной плоскости.

2.1.4. Съёмной стерилизуемой ручкой.

2.2. Световой поток светильника должен быть не менее 120 000 Люкс на расстоянии не менее 1м.

2.3. Возможность выбора цветовой температуры 4500К и 5000К.

2.4. Индекс цветопередачи не менее 96Ra.

2.5. Механическая фокусировка при помощи колеса распложенного в центре купола светильника.

2.6. Регулировка интенсивности света при помощи клавиш, находящихся на куполе светильника в диапазоне от 20-100%.

2.7. Источник света –светодиоды (с продолжительностью работы не менее 50 000 часов).

2.8. Купол должен иметь круглую или овальную форму без полостей и рифлений для удобной и быстрой обработки дезинфекционными средствами.

2.9. Наличие боковых ручек на куполе для удобства перемещения светильника в операционном поле.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, сроку годности (стерильности) изделий медицинского назначения:

3.. . В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.