

ПРОТОКОЛ №1
от 02.02.2024 г.
12-00

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе AU20231229293130/2609139 по закупке БарМТ №48/24 - Лампа бестеневая передвижная. Комиссия создана на основании приказа № 01-01-09/ 6 от 15.01.2024.

Состав комиссии:

**Председатель
комиссии:**

Буденкова Д.В.

Заместитель директора УП «Медтехника»
г. Барановичи

**Заместитель
председателя комиссии:**

Харитонов О.В.

Начальник отдела маркетинга и организации закупок
УП «Медтехника» г. Барановичи

Члены комиссии:

Королько Т.В.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением обязанностей
секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лойко Е.А.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением обязанностей
секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Михайловская Т.Б.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением обязанностей
секретаря комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Кучура Т.Ю.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Сеглюк Е.Г.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Бубен Д.И.

Начальник экономического отдела
УП «Медтехника» г. Барановичи

Вольнец В.С.

Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника»
г. Барановичи

Маланчик Т.Н.

Начальник отдела оптовой торговли
УП «Медтехника» г. Барановичи

Председательствовал(а): Буденкова Д.В.

члены комиссии:

Харитонов О.В.

Королько Т.В.

Лойко Е.А.

Михайловская Т.Б.
Кучура Т.Ю.
Сеглюк Е.Г.
Маланчик Т.Н.
Бубен Д.И.

Повестка дня:

1.О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион AU20231229293130/2609139 по закупке БарМТ №48/24 - Лампа бестеневая передвижная, объявленный 29.12.2023 г. по закупке:

Лот №1 - Лампа бестеневая передвижная

СЛУШАЛИ:

1.О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот №1 - №O20240116333704; №O20240122334227

2.Участники, заявившее о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках его аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 (в редакции постановления Совета Министров от 17.08.2016 № 645), является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация: -

3. В период рассмотрения предложений направлены следующие запросы участникам и размещены на них ответы: -

РЕШИЛИ:

1.1.Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертных комиссий (вх.№1414 от 31.01.2024г.)

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100 % в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
Лот №1		
№O20240116333704	100%	Соответствует
№O20240122334227	75%	Соответствует

1.2. Установить, что:

№ п/п	Аукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот №1		

1	№O20240116333704	
2		№O20240122334227

1.3. Отклонить предложения участников, не соответствующих аукционным документам:

- Участника №O20240122334227 в связи с несоответствием аукционным документам:

* по лоту 1 т.к. согласно оценки экспертной комиссии предложение участника по техническим характеристикам соответствует заявке на закупку на 75 % (Аукционное предложение отклоняется, если соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов). Предложение участника не соответствует пунктам технического задания: 2.2. Световой поток светильника должен быть не менее 120 000 Люкс на расстоянии не менее 1м; 2.6. Регулировка интенсивности света при помощи клавиш, находящихся на куполе светильника в диапазоне от 20 – 100%; 2.9. Наличие боковых ручек на куполе для удобства перемещения светильника в операционном поле.

* согласно Главы 2 пункта 8 аукционных документов: сведения, содержащиеся в листе технической комплектации предоставляемом участником в соответствии с аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В листе технической комплектации предоставленном участником содержится позиция (аккумуляторная батарея) не входящая согласно регистрационного удостоверения в состав предлагаемого светильника операционного.






1.4. По лоту 1 процедуру закупки признать не состоявшейся в связи с тем, что после отклонения предложения участника не соответствующего аукционным документам, осталось менее двух аукционных предложений.

1.5. По лоту 1 рекомендовать заказчику уведомить организатора о дальнейших действиях:

- проведение процедуры закупки – повторный электронный аукцион;
- проведение процедуры закупки – закупка из одного источника с согласованием с вышестоящей организацией.

Голосовали:

«За» 9 чел. «Против» __-__ чел. «Воздержались» __-__ чел.

Председатель комиссии:		Д.В. Буденкова
Заместитель председателя комиссии:		О.В. Харитоновна
Секретарь комиссии:		Т.Ю. Кучура
Член комиссии:		Т.Н. Маланчик
		Т.В. Королько
		Е.Г. Сеглюк
		Д.И. Бубен
		Т.Б. Михайловская
		Е.А. Лойко