

Приложение к заявке

Технические требования (характеристики) к предмету закупки:

Набор аспирационный хирургический тип Янкувера

1.Состав (комплектация) Набор аспирационный хирургический тип Янкувера

– 300 штук.

2. Технические параметры и потребность:

| Наименование                        | Параметры                           | потребность<br>кол-во (штук) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Система<br>отсасывающая<br>Янкувера | не менее 24 см/<br>не менее 3000 мм | 300                          |

3.Технические требования:

3.1.материал трубки: термопластичный имплантационно – нетоксичный медицинский ПВХ, не содержащий фталатов;

3.2. стерильно, апирогенно;

3.3. индивидуальная стерильная упаковка.

Срок стерильности не менее 80% от даты стерилизации