

1. Описание предмета закупки: стоматологическая установка.
2. Область применения: стоматология
3. Сведения о государственной закупке

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Стоматологическая установка
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков)	32.50.11.300
Объем (количество)	2 шт
Срок (график поставки) товаров	
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	32000 бел. руб.
Источник финансирования государственной закупки	местный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором главная медсестра Карнацевич А.В. тел. 425072, МТС 8(025)7077084.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора Заведующий стоматологической поликлиникой Кернога Юрий Александрович тел.423522, (29)2225122

6. Заключение договора поставки возложить на УП «Медтехника» г.Барановичи.

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

стоматологическая установка

1. описание предмета закупки:

1. Общйй параметры:

- корпусные элементы и крышки обтекаемой формы (для сохранения чистоты поверхностей и упрощения обработки)

- автоматический сепаратор влажности (влияет на работоспособность пневмосистемы и долговечность наконечников)
- фильтры в водяной и воздушной линиях на входе в установку
- стул врача в комплекте

Кресло пациента:

- кресло пациента несущее, электрогидравлическое программируемое с бесшовной обивкой
- 2 поворотных подлокотника
- выдвижной подголовник с двумя осями вращения
- перемещение спинки синхронизированное с движением ножной части сидения
- четыре предустановленных программируемых положения кресла
- управление креслом – сенсорная панель на модуле врача
- возможность комплектации ножной педалью подъема-опускания кресла и спинки
- у спинки кресла зона плеч уже, чем у основания (для оптимального доступа стоматолога к пациенту, оптимальная эргономика)

Модуль врача:

- регулируемый по высоте с пантографическим механизмом
- нижний подвод под 5 инструментов – автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей, 3 рукава под инструменты, свободное место для дополнительного инструмента
- управление инструментами с ножной педали с переключателем «влажный/сухой»
- большой столик для дополнительного инструмента
- держатели наконечников, как врача, так и ассистента, с поворотным механизмом (каждый инструмент можно расположить под удобным для использования углом)
- сенсорная панель управления креслом, светильником, плевательницей и наполнением стакана
- масляный коллектор отработанного воздуха
- система промывки рукавов

Гидроблок и модуль ассистента:

- поворотная керамическая плевательница с фильтром твердых частиц
- автономная система подачи "чистой" воды (система автономного водоснабжения) с емкостью 2 литра
- система подачи воды на смыв плевательницы

- подача воды в стакан из системы автономного водоснабжения
- слюноотсос, пылесос
- телескопический рычаг для модуля ассистента с поворотными держателями

Светильник:

- лампа осветительная бестеневая с двумя уровнями интенсивности освещения на пантографическом рычаге; с тремя осями вращения, позволяющий направлять свет под углом, удобным для врача и пациента

2. На комплектующие для стоматологической установки

2.1. Накопечник турбинный

- корпус из нержавеющей стали или титанового сплава
- диодная подсветка
- керамические подшипники
- кнопочный зажим бора
- четырехточечный спрей
- система очистки головки
- скорость не менее 320 000 об/мин

2.2. Наконечник угловой

- с оптикой
- кнопочный зажим бора
- шариковые подшипники
- макс.скорость 40 000 об/мин

2.3. Наконечник прямой

- с оптикой
- корпус из нержавеющей стали
- макс.скорость 40 000 об/мин

2.4. Микромотор пневматический

- диодная подсветка
- регулировка скорости вращения
- реверс
- максимальная скорость 20000 об/мин

2.5. Скейлер ультразвуковой

- с оптикой
- частота колебаний 28-32 кГц
- три насадки и в комплекте

2.6. Апекслокатор

- мгновенные точные измерения
- большой удобный для восприятия дисплей с графическим и цифровым отображением
- звуковая система оповещения

2.7. Лампа для фотополимеризации

- светодиодная

2.8. Систем для полировки зубов

- высокая очищающая способность
- компактное исполнение

2.7. Компрессор стоматологический

- безмасляный
- производительность не менее 70л/мин
- шумность не более 65 дБ

2. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара. В полном объеме, простота в обслуживании, длительный срок эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

3. Требования предъявляемые к сервисному обслуживанию: возможность сервисного обслуживания в РБ, регистрация в РБ.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации. Обязательное наличие ТД на русском языке.

Разработчики технических требований:

Карнацевич Алла Васильевна

42-50-72

Заведующий городской
стоматологической поликлиникой

Ю.А. Кернога