

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования: кресло пациента; столик врача на пантографическом плече на четыре инструмента с нижним подводом шлангов и автоматическим выбором инструментов при снятии с держателя; панель управления функциями установки; педаль включения инструмента; модуль ассистента с плевательницей на поворотной консоли и панелью управления функциями установки, снотососом; автономная подача дистиллированной воды на инструмент; бестеневой светильник на пантографическом плече; энергоблок с выключателем, воздушным фильтром с влагоотделителем, включателем подачи воздуха, регулятором давления воздуха в пневмосистеме установки; трехфункциональный шприц воздух-вода-спрей; наконечник турбинный; микромотор пневматический, наконечник прямой; наконечник угловой; скейлер ультразвуковой; компрессор безмасляный; стул врача стоматолога.
2. Технические требования: кресло пациента с электромеханическим приводом и подголовник кресла с двойной артикуляцией; бестеневой светильник - мощность лампочки 50В, уровень освещенности 8000 – 22000 Лк; наконечник турбинный – 300 000 оборотов в минуту; микромотор пневматический – 22 000 оборотов в минуту, реверс; скейлер ультразвуковой -- частота колебаний 28-32кГц, 8Вт; компрессор безмасляный -- производительность не менее 50л/мин, рабочее давление 0.45 – 0.8 Мпа, объем ресивера не менее 24 литров, энергоблок работа от сети переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением сети 220 В + 22 В
3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; гарантийные срок не мене 1 года.
4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: фирма-производитель должна иметь эффективную систему сервисного обслуживания в Республике Беларусь.

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации: паспорт на русском или белорусском языке, сертификат регистрации в РБ.

Разработчики технических требований:

Ковалевич Ю.П.

Зав.
стоматологическим
отд.

Мошко А.А.

зам. главврача по
медчасти

Согласовано:

специалист по стоматологии

А.В. Шейда

