

Технические характеристики (описание) Пакеты для стерилизации для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Размер *	Количество
Пакеты автоклавируемые для стерилизации (комбинированные, самоклеющиеся, плоские)		
ЛОТ №1	размер 100*200мм	1 250 штук
ЛОТ №2	размер 100*250мм	18 100 штук
ЛОТ №3	размер 150*280мм	20 700 штук
ЛОТ №4	размер 150*400мм	300 штук
ЛОТ №5	размер 200*330мм	21 350 штук
ЛОТ №6	размер 230*280мм	600 штук
ЛОТ №7	размер 250*320мм	2 200 штук
ЛОТ №8	размер 300*400мм	4 500 штук
ЛОТ №9	размер 300*500мм	2 400 штук

* - Допустимое отклонение в размерах +/-10%.

2. Технические требования:

ЛОТ №1-ЛОТ №9
Пакеты автоклавируемые для стерилизации (комбинированные, самоклеющиеся, плоские)
2.1. Пакеты должны быть самоклеющиеся однократного применения. 2.2. Пакеты должны представлять собой прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми швами, на выступающей части обратной стороны пакета должен быть нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. 2.3. Пакеты должны быть комбинированные и изготовлены из синтетической многослойной пленки и влагопрочной бумаги плотностью 60-70 гр/м². 2.4. На лицевой стороне пакета должен быть химический индикатор 1 класса для паровой, этиленоксидной стерилизации, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся. 2.5. Пакеты должны обеспечивать эффективную проницаемость стерилизующих сред и гарантированный микробный барьер после стерилизации (срок хранения стерильных изделий) в течение не менее 360 суток.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

- 3.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.