

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Система одноразовых компонентов для инъектора Spectris Solaris EP MR производства MEDRAD (Нидерланды) (Шприц-колба на 65мл для контраста, шприц-колба на 115мл для физраствора, 1 большая игла для заполнения физраствором, 1 маленькая игла для заполнения контрастом, 96" трубка низкого давления с обратным клапаном и Т-образным соединителем)	500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Совместимость с инъектором Spectris Solaris EP MR
2.2	Герметичная
2.3	Стерильная

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) набора для автоматических КТ-инъекторов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Единица измерения	Кол-во
Набор для автоматических КТ-инъекторов			
1	Шприц-колба ELS 200 мл или аналог для автоматических КТ-инъекторов	штука	200 шт.
2	Система шланговая MRS-22 или аналог для автоматических КТ-инъекторов	штука	200 шт.
3	Линия для пациента 150 см с обратным клапаном для автоматических КТ-инъекторов	штука	200 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

№	Наименование	Наличие функции, величина параметра
1.	Совместимость с имеющимся в учреждении КТ-инжектором Accutron CT-D (MEDTRON)	соответствие
2.	Стерильность	соответствие
3.	Наличие индивидуальной упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах	соответствие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): в соответствии с аукционными документами организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Комплект/набор для введения источника пациенту (PAS) инфузионной системе для позитронно-эмиссионной томографии Medrad Intego с встроенным фильтром	шт.	8 000

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Комплект/набор для введения источника пациенту (PAS) инфузионной системе для позитронно-эмиссионной томографии Medrad Intego с встроенным фильтром -

2.1.2 Однократное применение - Соответствие

2.1.3 упаковка - Стерильная апиrogenная

2.1.4 Съёмная трубка для заправки - наличие

2.1.5 Односторонний обратный клапан - наличие

2.1.6 Совместимость с комплектом/набором для введения источника (SAS) - наличие

2.1.7 Совместимость с инфузионной системой Medrad Intego - наличие

2.1.8 наконечник: вентилируемый соединитель Луэра - наличие

2.1.9 Соединитель Луэра на обоих концах капилляра шприца поворотный - наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Комплект/набор для введения источника (SAS) к инфузионной системе для ПЭТ Medrad Intego	шт.	500

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Применение - Однократное

2.1.2 Упаковка - Стерильная апиrogenная

2.1.3 Игла для подачи физиологического раствора - Наличие

2.1.4 Трубка для подачи физиологического раствора – участок, расположенный внутри направляющего желоба SAS и ведущий к насосу для подачи физиологического раствора - Наличие

2.1.5 Длина трубки от иглы для подачи физиологического раствора до Луэровского разъема, мм - 600

2.1.6 Длина трубки от Луэровского разъема до смесителя, мм - 810

2.1.7 Трубка для подачи (RP), мм - 250

2.1.8 Картридж для игл - (2 иглы: 9 см и 8 см)

2.1.9 Катушка SAS - Наличие

2.1.10 Докатушечный сегмент трубки, мм - 285

2.1.11 Послекатушечный сегмент трубки, мм - 295

2.1.12 Полная совместимость набора с инфузионной системой для ПЭТ Medrad Intego - Наличие

2.1.13 Контейнер для отходов, мл - 375

2.1.14 Т-образный разъем - Наличие

2.1.15 Трубка для отведения отходов, мм - 141

2.1.16 Трубка пациента, мм - 145

2.1.17 Предохранительный клапан, обеспечивающий асептичность соединения между SAS и PAS - Наличие

2.1.18 Луэровский разъем для отсоединения системы подачи физиологического раствора - Наличие

2.1.19 Смеситель - Наличие

2.1.20 Совместимость системы с канюлей венфлона (периферического катетера) - Наличие

2.1.21 Защитные колпачки на иглах - Наличие

2.1.22 Наконечник ЛУЭРА - Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Набор одноразовый стерильный DDK-KARL 100 или аналог	шт.	500

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Совместимость с системой автоматического дозирования KARL 100 и системой RAD inject - наличие

2.1.2 Дозирующий комплект - соответствие

2.1.3 Однократное использование - соответствие

2.1.4 Двойная стерильная упаковка - наличие

2.1.5 Игла для забора радиофарм-препарата длинна мм. - 130

2.1.6 Двухнаправленный клапан на монопластине - наличие

2.1.7 Материнский флакон - наличие

2.1.8 Однонаправленный клапан - наличие

2.1.9 Измерительный флакон - наличие

2.1.10 Фильтр 0,22 мкм - наличие

2.1.11 Игла - наличие

2.1.12 Без игольный соединитель - наличие

2.1.13 Элемент датчика давления - наличие

2.1.14 Защитные колпачки на иглах - наличие

2.1.15 Полная совместимость со шприцами RAD-INJECT - соответствие

2.1.16 Полная совместимость с портативной автоматической системой управления и распределения дозы KARL 100 - соответствие

2.1.17 Совместимость с соединителем Луера - соответствие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Шприц медицинский / Материал расходный к инъектору портативному RAD-INJECT для введения радиофармпрепарата или аналог	шт.	3 000

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Шприц к портативному инъектору RAD-INJECT шт. - 1

2.1.2 применение - Однократное

2.1.3 упаковка - Стерильная апиrogenная

2.1.4 плунжер с резьбой - извлекаемый

2.1.5 Резиновый поршень на штоке с внутренней резьбой - наличие

2.1.6 Совместимость с комплектом RAD-INJECT DEFLUX - наличие

2.1.7 Полная совместимость с Набором инфузионным типа RAD-INJECT - соответствие

2.1.8 Совместимость с системой управления и распределения дозы (типа KARL 100) - наличие

2.1.9 Емкость шприца - 10 мл

2.1.10 Диаметр шприца - не более 25 мм

2.1.11 Капилляр канюли шприца - наличие

2.1.12 Наконечник: вентилируемый соединитель Луэра (мама) - соответствие

2.1.13 Соединитель Луэра на обоих концах капилляра шприца мама/поворотный папа) - соответствие

2.1.14 Вентилируемый колпачок с мембраной - наличие

2.1.15 Длина капилляра - не менее 75 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Набор одноразовый стерильный Rad-INJECT DEFLUX или аналог	шт.	3 000

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Совместимость с системой автоматического дозирования KARL 100 и системой RAD INJECT - соответствие

2.1.2 Однократное применение - соответствие

2.1.3 Стерильная апиrogenная упаковка - соответствие

2.1.4 Полная совместимость набора с шприцами RAD INJECT - соответствие

2.1.5 Обратный клапан - наличие

2.1.6 Перфоратор для подключения к емкости с физраствором - наличие

2.1.7 Капельная камера - наличие

2.1.8 Воздушный фильтр - наличие

2.1.9 Роликовый регулятор потока - наличие

2.1.10 Трубка PVC - наличие

2.1.11 Трубка удлинитель (между шприцем и катетером) - наличие

2.1.12 Безыгольное конусное соединение - наличие

2.1.13 Безыгольный обратный клапан - наличие

2.1.14 Соединение с катетером конус Луера - наличие

2.1.15 Наконечник Луера для соединения удлинителя со шприцем - наличие

2.1.16 Наконечник Луера для соединения удлинителя со шприцем - наличие

2.1.17 Совместимость вилкообразного тройника с соединителем Луера - наличие

2.1.18 Совместимость системы с канюлей Венфлона (периферического катетера)

- наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
шприц-колбы ELS 200 мл (для инжектора Accutron CT-D)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Шприц-колба ELS 200 мл (для инжектора Accutron CT-D)	шт	3 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Совместимость с автоматическим инжектором ACCUTRON CT-D;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №441/24

лот 9

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
системы шланговой MR с обратным клапаном (для инжектора Accutron CT-D)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Система шланговая MR с обратным клапаном (для инжектора Accutron CT-D)	шт	2 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Совместимость с автоматическим инжектором ACCUTRON CT-D;

2.2. Система шланговая MR двойная с обратным клапаном

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
линии для пациента длиной 250 см с 2-мя встроенными
клапанами безопасности 2040 (для инжектора Accutron CT-D)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Линия для пациента длиной 250 см с 2-мя встроенными клапанами безопасности 2040 (для инжектора Accutron CT-D)	шт	3 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. совместимость с автоматическим инжектором ACCUTRON CT-D;

2.2. длина 250 см, объем заполнения 4.4 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	количество
1	Шприц для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора в устройстве для внутривенного введения	набор	5000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Шприц для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора в устройстве для внутривенного введения, в наборе

№ п/п	Наименование	примечание
	<u>Состав 1 набора:</u>	
2.1.1	шприц 200мл,	2шт
2.1.2	Т – образная соединительная трубка низкого давления,	1шт
2.1.3	трубка для забора рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора.	2шт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционных документов

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Материалы расходные для автоматического инжектора, комплекты C-200/200-01 REF: 10- H93466E (8.10.189761) (или аналог)	штуки	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

2.1. Полная совместимость с автоматическим инжектором модели SinoPower-D производителя Sino Medical-Device Technology Co., Ltd (Китай);

2.2. Поставляемое изделие должно быть стерильным, для одноразового использования;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на изделие медицинского назначения: не менее 60 % срока, установленного изготовителем.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Количество
1.1.	Шприц-колба для автоматического инъектора Accutron CT-D или аналог	1200 шт
1.2.	Система шланговая для автоматического инъектора Accutron CT-D или аналог	600 шт
1.3.	Линия для пациентов 150 - 250 см с обратным клапаном для автоматического инъектора Accutron CT-D или аналог	600 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

2.1. Согласно аукционных документов организатора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей(характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор одноразовый с проводниками заполнения для автоматической инъекционной системы Stellant Dual CT	штука	120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Объем шприц-колбы для контрастного вещества 200 мл.

2.2 Объем шприц-колбы для физиологического раствора 200 мл.

2.3 Т или Y -образная соединительная магистраль низкого давления с обратным клапаном, длиной не менее 150 см.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Срок годности (хранения) должен составлять не менее одного года;

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей(характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор одноразовый с проводниками заполнения для автоматической инъекционной системы Sino Power D CT	штука	125

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Объем шприц-колбы для контрастного вещества 200 мл.

2.2 Объем шприц-колбы для физиологического раствора 200 мл.

2.3 Т или Y -образная соединительная магистраль низкого давления с обратным клапаном, длиной не менее 150 см.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Срок годности (хранения) должен составлять не менее одного года;

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей(характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор одноразовый для автоматической инъекционной системы для MPT Spectris Solaris EP	штука	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1- Объем шприц-колбы для контрастного вещества 200 мл.

2.2 Объем шприц-колбы для физиологического раствора 200 мл.

2.3 Т или Y - образная соединительная магистраль низкого давления с обратным клапаном, длиной не менее 150 см.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Срок годности (хранения) должен составлять не менее одного года;

БелМТ №441/24

лот 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Трубка пациента для инжектора модели Ulricheasy INJECT Max 2М в составе: - Устройство SafeConnect; - Защитные колпачки для концов трубок; - Штекерная часть коннектора Люэра, с первым обратным клапаном (XD 10701) или аналог; - Второй обратный клапан; - Герметичность максимально 22 бар; - Материал ПВХ (без DEHP и латекса) (или аналог); - Максимальное допустимое время применение 12 часов для одного пациента (одноразовое изделие); - Длина трубки 2,5м (не менее).	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся внутривенным инъектором Ulricheasy INJECT Max 2M;

2.2. Трубка пациента должна быть защищена от случайного прикосновения;

2.3. Наличие микрочипа с данными об эксплуатации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №441/24

лот 18

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Easy-Click-Кассеты для инжектора модели Ulricheasy INJECT Max 2М или аналог в составе: - Инъекционная игла с держателем для подачи контрастного вещества (средний); - Инъекционная игла для подачи NaCl; - Защитные колпачки для концов трубок; - Зажимы для герметизации трубок подачи среды; - Сегмент трубки для роликового насоса; - Защелка; - Сажевый фильтр; - Устройство SafeConnect с защитным колпачком; - RFID чип; - Герметичность максимально 22 бар; - Материал поликарбонат, ППУ, ПВХ (без ДЕНР и латекса); - Максимальное допустимое время применение 24 часа для нескольких пациентов.	шт.	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся внутривенным инъектором Ulricheasy INJECT Max 2M;

2.2. Наличие микрочипа с данными об эксплуатации;

2.3. Возможность использования в течении 24 часов;

2.4. Протыкающие иглы с держателем для ёмкостей с диаметром горловины S 21 мм наличие (XD 10712) или аналог.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №441/24

лот 19

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Магистраль высокого давления для автоматического шприца-инжектора для выполнения КТ-ангиографий в составе: - Инъекционная игла для подачи контрастного вещества; - Инъекционная игла для подачи NaCl; - W-образный элемент (XD8003) или аналог; - Отрезок трубки для роликового насоса; - Блок датчика давления; - Фильтр мелких частиц и обратный клапан; - Штекерная часть коннектора Люэра, с обратным клапаном (XD 8003) или аналог; - Защитные колпачки для концов трубок; - Герметичность максимально 20 бар; - Материал полиуретан, ПВХ (без ДЕНР и латекса) (или аналог); - Максимальное допустимое время применение 24 часа для нескольких пациентов.	шт.	160

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся внутривенным инжектором Ulrich Inject CT motion XD 8000.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).