




ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ферментное)

Техническое задание

В соответствии с планом закупок на 2017 год подлежит закупке средство для автоматической очистки (ферментное) в машин фирмы Belimed WD - 425 эндоскопического отделения УЗ «9-я городская клиническая больница» г.Минск

1. Общие требования

1.1 Предмет закупки - средство для автоматической очистки (ферментное) эндоскопов:

№п/п	Наименование и дозировка	Ед.измерения	Количество
1.	СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ферментное) (BELIZYME-203) или аналог	10 литров	40 штук

2.Требования, предъявляемые закупке средства для автоматической очистки (ферментное) :

2.1 СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЭНДОСКОПОВ (ферментное)

- 1.Препараты должны быть предназначены для обработки гибких эндоскопов. жидкость (для автоматизированной дозировки);
2. Моющие свойства должны быть основаны на объединенной деятельности ферментов и сурфактантов.
- 2.1 Препараты для дезинфекции должны быть отдельным средством;
3. Указание в инструкции машины Belimed WD 425 на возможность использования средства или письмо от Belimed о совместимости данного средства с машиной Belimed WD 425.
- 4.Форма выпуска – концентрат, так как машина откалибрована по жидкому канцентрату плотностью около 1,07 г/мл.

- . Значения pH в пределах 8,5-9
- 5. Не должны требовать нейтрализации;
- 6. Препараты однокомпонентные, без отдельных средств активации (полностью готовый к использованию концентрат);
- 7. Должны быть совместимы со всеми материалами эндоскопа.

3. Участник должен представить:

3.1 Инструкцию на русском языке

РАЗРАБОТАНО:

Зав отделением эндоскопии



А.В.Савченко

Старшая медсестра

Н.В.Судник

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного врача
по медицинской части



В.А.Матюшко