

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор УП «Медтехника» г. Витебск
Е.А.Усачева.
2020г.

**ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ прибор для измерения артериального давления,
стетифонендоскоп**

УП «Медтехника» г. Витебск в соответствии постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2013 №31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения» и приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.06.2013 №724 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения» проводит процедуру закупки изделий медицинского назначения в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару, предусмотренными в настоящей заявке.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждения Здравоохранения Витебска и Витебской области
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	
УНП	
Адрес электронной почты	
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

1. Описание предмета закупки: прибор для измерения артериального давления, стетифонендоскоп;
2. Область применения: функциональная диагностика
3. Сведения о государственной закупке:

Лот № 1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Стетифонендоскоп двухсторонний терапевтический
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно Приложения №1 (лот №1)
Код по ОКРБ (9 знаков)	
Объем (количество)	351 шт
Срок поставки товара	Согласно аукционным документам
Условия поставки товара	В течение 30 календарных дней, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия

	финансирования
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	12 365,73 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	местный бюджет

Лот № 2

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Стетофонендоскоп педиатрический
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно Приложения №1 (лот №2)
Код по ОКРБ (9 знаков)	
Объем (количество)	336 шт
Срок поставки товара	Согласно аукционным документам
Условия поставки товара	В течение 30 календарных дней, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	3 951,36 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	местный бюджет

Лот № 3

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Прибор для измерения артериального давления механический
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно Приложения №1 (лот №3)
Код по ОКРБ (9 знаков)	
Объем (количество)	1 414 шт
Срок поставки товара	Согласно аукционным документам
Условия поставки товара	В течение 30 календарных дней, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	49 490,00 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	местный бюджет

Лот № 4

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Прибор для измерения артериального давления автоматический с адаптером
--	---

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно Приложения №1 (лот №4)
Код по ОКРБ (9 знаков)	
Объем (количество)	120 шт
Срок поставки товара	Согласно аукционным документам
Условия поставки товара	В течение 30 календарных дней, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	10 200 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	местный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, ответственных за проведение данной закупки: Бабенчук Е.С., т/ф (0212) 67-44-27

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

6. Заключение договора поставки возложить на УП «Медтехника» г. Витебск.

Разработчики технических требований:

1. Специалист по ВЭД 2 кат отдела организации торговли
УП «Медтехника» г. Витебск
2. Товаровед 1 кат отдела организации торговли
УП «Медтехника» г. Витебск

 Жук М.С.

 Субоч М.В.

Согласовано:

Главный внештатный специалист главного управления
здравоохранения Витебского облисполкома

 Павлович Е.В.

Технические характеристики

Наименование лота	Технические характеристики	Кол-во, шт
Лот 1 Стетофонендоскоп двухсторонний терапевтический	Технические требования: 1.1. Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. 1.2. Двухсторонняя алюминиевая головка. 1.3. Съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной. 1.4. Прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида. 1.5. Ушные оливы из мягкого материала.	351
Лот 2 Стетофонендоскоп педиатрический	Технические требования: 1.1. Двухсторонняя головка с уменьшенными диафрагмой и открытым колоколом. 1.2. Материал головки – металл. 1.3. Прочная звукопроводящая труба, трубка длиной не менее 56 см. 1.4. Трубка одноканальная. 1.5. Ушные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.	336
Лот 3 Прибор для измерения артериального давления механический	1. Состав изделий медицинского назначения (комплекта): 1.1. Мамометр с металлическим корпусом 1.2. Манжета стандартного размера 1.3. Чехол для хранения 1.4. Фонендоскоп (стетоскоп) 1.5. Нагнетатель давления (груша) 2. Технические требования 2.1. Предназначен для измерения артериального давления 2.2. Должен состоять из: мамометра, манжета стандартного размера, чехол для хранения, стетофонендоскоп, нагнетатель давления (груша) 2.3. Тип тонометра – механический 2.4. Диапазон измерения: - 0 – 300 мм рт. ст.	1 414
Лот 4 Прибор для измерения артериального давления автоматический с адаптером	1. Состав изделий медицинского назначения (комплекта): 1.1. прибор для измерения 1.2. манжета стандартного размера 1.3. сетевой адаптер 1.4. элемент питания (батарейки) 1.5. футляр для хранения 2. Технические требования 2.1. Тип тонометра – автоматический. 2.2. Возможность работы от сети переменного тока и элементов питания (батареек) 2.3. Обязательное отображение на дисплее следующих параметров: систолическое давление, диастолическое давление, пульс. 2.4. Диапазон измерения: - 0 – 300 мм рт. ст.	120