

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) одной единицы**

| № п/п | Наименование                                                     | Единица измерения | Количество |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.1   | Машина для мойки и дезинфекции подкладных суден и мочеприемников | Шт.               | 1          |
| 1.2   | Внутренняя вставка для размещения 2-3 суден или иных предметов   | Шт.               | 1          |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

2.1. Машина должна быть компактной (габариты в пределах ширина -560-600 мм, глубина – 400-450 мм, высота – 1650х1800 мм), монтироваться на полу, иметь одну открывающуюся вперед дверь для фронтальной загрузки.

2.2. Корпус машины, камера и передние панели должны быть выполнены из нержавеющей стали.

2.3. Блокировка двери во время процесса мойки. Двери с двойной изоляцией.

2.4. Нижний край камеры должен быть на уровне 70 - 85 см от пола.

2.5. Внутренний накопительный бак для воды с уровнемером.

2.6. Электрический способ нагрева. Встроенный парогенератор.

2.7. Дезинфекция паром с электронным автоматическим контролем, наличие вращающихся и неподвижных инжекторов, подающих воду на наружные и внутренние

поверхности. Подача пара через сопла для полной дезинфекции моющей системы в ходе рабочего цикла.

- 2.8. Удобная панель управления, понятная для пользователя.
- 2.9. Микропроцессорная система управления с автоматической диагностикой, проверкой хода текущей программы, отображением состояния и возможных сбоев.
- 2.10. Короткий цикл мойки и дезинфекции, не более 3 минут.
- 2.11. Возможность загрузки более чем одного предмета за один цикл мойки.
- 2.12. Наличие не менее 4 программ мойки и дезинфекции, в том числе стандартной, для сильно и слабозагрязнённых предметов и программа самоочистки.
- 2.13. Меню ручного управления и диагностики компонентов судномоечной машины.
- 2.14. Встроенное дозирующее устройство подачи средства удаления накипи. Возможность использования средств различных производителей.
- 2.15. Подключение к холодной горячей воде, канализации.
- 2.16. Русифицированное управление.
- 2.17. Входное напряжение для инсталляции 380 В, 50 Гц.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1 Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №388/24

лот 2

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Наименование: Машина для мойки суден

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

| №   | Наименование                                               | Ед. изм. | Количество |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.1 | Машина для мойки суден                                     | шт.      | 1          |
| 1.2 | Внутренняя вставка для размещения суден или иных предметов | шт.      | 1          |

2. Технические требования.

| №    | Наименование                                                                                             | Базовые параметры |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1  | Размеры, не более, мм:                                                                                   | 600x450x1650      |
| 2.2  | Одна откидывающаяся вперёд дверь для фронтальной загрузки                                                | наличие           |
| 2.3  | Блокировка двери во время процесса мойки                                                                 | наличие           |
| 2.4  | Дверь с двойной изоляцией                                                                                | Наличие           |
| 2.5  | Педаль для открытия двери                                                                                | Наличие           |
| 2.6  | Расстояние от нижнего края камеры до пола, см                                                            | 70-85             |
| 2.7  | Входное напряжение для инсталляции                                                                       | 380 В             |
| 2.8. | Все части устройства должны быть устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств                         | Наличие           |
| 2.9. | Материал корпуса                                                                                         | Нержавеющая сталь |
| 2.10 | Материал камеры                                                                                          | Нержавеющая сталь |
| 2.11 | Микропроцессорное управление                                                                             | Наличие           |
| 2.12 | Возможность свободного программирования по желанию пользователя, наличие не менее четырех программ мойки |                   |
| 2.13 | Встроенный бойлер/парогенератор                                                                          | Наличие           |
| 2.14 | Электрический способ нагрева                                                                             | Наличие           |
| 2.15 | Длительность цикла мойки и дезинфекции, не более, мин.                                                   | 3                 |
| 2.16 | Возможность загрузки более чем одного предмета за один цикл мойки                                        | Наличие           |
| 2.17 | Внутренняя система подачи воды не должна быть требовательна к входному давлению (саморегулирующаяся)     | Наличие           |

|      |                                                                                    |                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.18 | Автоматический контроль уровня воды                                                | Наличие                  |
| 2.19 | Встроенное дозирующее устройство вещества для декарлцификации.                     | Наличие                  |
| 2.20 | Возможность использовать вещества различных производителей                         | Наличие                  |
| 2.21 | Наличие внутреннего отсека для размещения канистры с веществом для декарлцификации | Наличие                  |
| 2.22 | Дезинфекция паром, с электронным автоматическим контролем                          | Наличие                  |
| 2.23 | Подключение к холодной и горячей воде, канализации                                 | Наличие                  |
| 2.24 | Потребляемая мощность:                                                             | не более<br>3,6 кВт, ЭЗФ |

### 3. Требования качества и срока годности товара.

3.1 Гарантийное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт, без осуществления пользователем дополнительных платежей.