

Приложение №1
**Технические характеристики (описание) изделий медицинского
назначения**

БелМТ №128/14-ЭА лот 12

1.1. Состав: агар Эндо сухой.

1.2. Технические характеристики:

- должен иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должен быть пригоден к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должен быть сухим, сыпучим, однородным;
- должен быть стерильным;
- должен обеспечивать обильный рост референс-штаммов энтеробактерий (АТСС или другие коллекции) через 18-24 часа при 35-37°C.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 13

1.1. Состав: среда Гисса с маннитом для культивирования стафилококков сухая.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть сухим, сыпучим, однородным;
- должна быть стерильным;
- должна содержать D-маннит для дифференциации различных видов стафилококков;
- концентрация хлорида натрия не менее 75 г/л;
- должна обеспечивать обильный рост референс-штаммов стафилококков (АТСС или другие коллекции) через 18-48 часов при 35-37°C.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 14

1.1. Состав: сыворотка нормальная лошадиная.

1.2. Технические характеристики:

- сыворотка должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности; должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивой к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должна быть стерильной.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.4. Тара

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 15

1.1. Состав: плазма кроличья цитратная сухая.

1.2. Технические характеристики:

- плазма должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;

- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивой к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна обеспечивать образование сгустка с референс-штаммом *S.aureus* (АТСС или другие коллекции).

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 16

1.1. Состав: среда Гисса с глюкозой.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;

- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть сухой, сыпучей, гомогенной;
- должна быть стерильной;

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 17

1.1. Состав: среда Гисса с лактозой.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть сухой, сыпучей, гомогенной;
- должна быть стерильной;

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 18

1.1. Состав: среда Гисса с мальтозой.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть сухой, сыпучей, однородной;
- должна быть стерильной;

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов

Лот № 19

1.1. Состав: среда Гисса с сахарозой.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть сухой, сыпучей, однородной;
- должна быть стерильной;

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 21

1.1. Состав: цитратный агар Симонса.

1.2. Технические характеристики:

-должна быть предназначена для дифференциации энтеробактерий по их способности использовать натрия цитрат в качестве единственного источника углерода.

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;

-должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;

- упаковка должна обеспечить сохранность качества;

- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;

- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;

- должна быть сухой, сыпучей, однородной;

- должна быть стерильной;

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 23

1.1. Состав: основа среды для культуральной диагностики гонококковой инфекции.

1.2. Технические характеристики:

- должна иметь гарантию эпидемиологической безопасности;

- должна быть пригодна к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивым к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника;
- должна быть стерильной;
- находиться в готовом к использованию виде, удобном для практического применения;
- сохранять свои свойства в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения;
- быть расфасованной в герметично закрытые флаконы, которые впоследствии беспрепятственно вскрываются в асептических условиях;
- фасовка товара не должна превышать 200 мл;
- флаконы должны находиться в картонных коробках.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку: иметь гарантийный срок хранения не менее 4-х месяцев;

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 24

1.1. Состав: диски микробиологические с ампициллином 10мкг.

1.2.Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть

устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;

- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация ампициллина в диске – 10 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 25

1.1. Состав: диски микробиологические с цефенимом 30 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;

- концентрация цефепима в диске – 30 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 26

1.1. Состав: диски микробиологические с цефтриаксоном 30 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключающим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация цефтриаксона в диске – 30 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 27

1.1. Состав: диски микробиологические с бензпенициллином G 10 ME.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация бензпенициллина G в диске – 10 ME.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 28

1.1. Состав: диски микробиологические с хлорамфениколом 30 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация хлорамфеникола в диске – 30 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

1.1. Состав: диски микробиологические с клиндамицином 2 мг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация клиндамицина в диске – 2 мг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

1.1. Состав: диски микробиологические с левофлоксацином 5 мг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть

устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;

- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация левофлоксацина в диске — 5 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 31

1.1. Состав: диски микробиологические с ципрофлоксацином 5 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;

- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация ципрофлоксацина в диске – 5 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 32

1.1. Состав: диски микробиологические с амикацином 30 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация амикацина в диске – 30 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 33

1.1. Состав: диски микробиологические с гентамицином 10 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация гентамицина в диске – 10 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 34

1.1. Состав: диски микробиологические с доксициклином 30 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация доксициклина в диске – 30 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

БелМТ № 428/14-ЭА лот 35

1.1. Состав: диски микробиологические с оксациллином 1 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация оксациллина в диске — 1 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 36

1.1. Состав: диски микробиологические с флуконазолом 100 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация флуконазола в диске — 100 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 37

1.1. Состав: диски микробиологические с амфотерицином В 20 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;

- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаящим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;

- концентрация амфотерицина В в диске – 20 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.4. Требования о наличии документации:

- подтверждение государственной регистрации предлагаемых изделий (копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь);

- свидетельство о государственной регистрации предприятия (копия);

- документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий (паспорт, сертификат, протоколы и т.п.);

- инструкция по использованию на русском языке;

- подтверждение принадлежности предлагаемых изделий к продукции собственного производства (копия сертификата продукции собственного производства);

- сертификат соответствия на систему менеджмента качества.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

БелМФ №128/14-ЭА лот 38

1.1. Состав: диски микробиологические с линкомицином 15 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;

- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;

- упаковка должна обеспечить сохранность качества;

- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;

- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаящим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;

- концентрация линкомицина в диске – 15 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 39

1.1. Состав: диски микробиологические с эритромицином 15 мкг.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация эритромицина в диске – 15 мкг.

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот № 40

1.1. Состав: диски микробиологические с нистатином 100МЕ.

1.2. Технические характеристики:

- диски должны иметь гарантию эпидемиологической безопасности;
- должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь и быть устойчивыми к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке;
- упаковка должна обеспечить сохранность качества;
- наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
- должны быть помещены во флакон со специальным агентом (силикагель и др.), исключаяющим воздействие неблагоприятных факторов внешней среды;
- концентрация нистатина в диске – 100МЕ

1.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

1.5. Гарантия замены некачественных химических реактивов (реагентов) по заявке заказчика в срок не более 48 часов.