

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):**  
облучатель ртутно-кварцевый настольный для проведения общих и местных облучений - 2 шт.

**1. Состав 1-ого комплекта оборудования:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Облучатель ртутно-кварцевый	штук	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Напряжение, В	не более 220В
2.2	Частота, Гц	не более 50Гц
2.3	Эффективный диапазон излучений, нм	180-320
2.4	Потребляемая мощность, Вт,	не более 500
2.5	Источник излучения	лампа ДРТ 240 или аналог
2.6	Мощность лампы, Вт	не более 240
2.7	Длительность пускового режима лампы, мин.	не более 15
2.8	Масса, кг	не более 2

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

Гарантийный срок – согласно инструкции.

Разработчики:

1. Врач-физиотерапевт,  
заведующий физиотерапевтическим отделением \_\_\_\_\_ Л.П. Косик  
2. Врач-физиотерапевт \_\_\_\_\_ Л.И. Тимошук

Согласовано:

Главный внештатный специалист  
ГУЗО Брестского облисполкома по  
физиотерапии и нетрадиционным методам лечения \_\_\_\_\_ З.И. Хворост