

## ЛОТ 4

## Приложение 1 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Облучение на расстоянии 0,7м от облучаемой поверхности должно быть не более 1,0 Вт/м<sup>2</sup>.

2.2. облучение на срезе тубуса Ø 5мм – не менее 0,8 Вт/м<sup>2</sup>

2.3. облучение на срезе тубуса Ø 15мм – не менее 1,0 Вт/м<sup>2</sup>

2.4. эффективный диапазон излучений: 180-275 нм (коротковолновый);

2.5. потребляемая от сети питания мощность: не более 300 ВА;

2.6. время установления рабочего режима изделия: не превышает 1 минуты с момента загорания лампы облучателя;

2.7. режим работы: непрерывная работа в течение 16 часов в сутки в циклическом режиме - до 30 минут работа – 15 минут перерыв;

2.8. габаритные размеры облучателя — не более 275x145x140 мм;

2.9. масса комплекта: не более 1 кг;

2.10. питание от сети 220 В, частота 50 Гц;

2.11. Лампа типа ДКБУ (не менее 7 Вт).

Комплектация:

- очки защитные от УФ облучения - 1 шт.;
- тубус с выходным отверстием Ø 5 мм - 1 шт.;
- тубус с выходным отверстием Ø 15 мм - 1 шт.;
- тубус с выходным отверстием под углом 60° - 1 шт.;
- биодозиметр - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Гарантия не менее 12 месяца с момента инсталляции;

3.2 Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.

Разработчик:

Заместитель главного врача по технике

А.А.Молош

Заведующий физиотерапевтическим отделением

С.Л.Лакис

Согласовано:

Главный внештатный специалист по

физиотерапии и нетрадиционным методам лечения

ГУЗО Брестского облисполкома

З.И.Хворост