

## ЛОТ 1

## Приложение 1 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный	шт.	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха.

2.2. В комплект входит: шнур, вилка.

2.3. Применяется в помещениях в присутствии людей.

2.4. Количество ламп не менее двух. Мощность ламп не менее 30 Вт.

2.5. Ресурс лампы – не менее 8000 часов.

2.6. Материал корпуса – сталь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.2. Срок службы – не менее 5 лет.

## ЛОТ 2

## Приложение 1 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Облучатель воздуха бактерицидный настенный	шт.	83

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха.

2.2. В комплект входит: шнур.

2.3. Количество ламп не менее двух. Мощность ламп не менее 30 Вт.

2.4. Применяется в помещениях в отсутствии людей.

2.4. Материал корпуса – металл, покрытый порошковой краской.

2.5. Производительность облучателя – не менее 135 м<sup>3</sup> в час.

2.6. Ресурс лампы – не мене 8000 часов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

3.2. Срок службы – не менее 5 лет.

**ЛОТ 3****Приложение 1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Облучатель воздуха бактерицидный передвижной	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

- 2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха.
- 2.2. В комплект входит: шнур, вилка, колеса.
- 2.3. Применяется в помещениях в отсутствии людей.
- 2.4. Материал корпуса – металл, покрытый порошковой краской.
- 2.5. Мощность ламп не менее 30 Вт.
- 2.6. Производительность облучателя – не менее 500 м<sup>3</sup>.
- 2.8. Ресурс лампы – не менее 8000 часов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Гарантийный срок – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.
- 3.2. Срок службы – не менее 5 лет.

Разработчики:

Заместитель главного врача по технике

Главная медицинская сестра

Согласовано:

Главный внештатный специалист  
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям  
главного управления по здравоохранению  
Брестского облисполкома

«10» \_\_\_\_\_ 2023  
М.В.Шилович



А.А.Молош

Е.В.Медведева