


Утверждаю
Главный врач УЗ «Минская ЦРБ»
Барсамян Г.Т.
« _____ » _____ 2018г.

Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для
клинико-диагностической лаборатории.

Заказчик УЗ «Минская ЦРБ» в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» проводит процедуру закупки медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару предусмотренными в настоящей заявке.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ «Минская ЦРБ»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Ул. Фрунзенская д. 1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@yandex.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1. Описание предмета закупки - расходные материалы к иммунофлюоресцентному анализатору серии VIDAS производства компании «bioMerieux» (Франция).
2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.
3. Сведения о государственной закупке.

Лот №	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	расходные материалы к иммунофлюоресцентному анализатору серии VIDAS производства компании «bioMerieux» (Франция)
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков)	24.66.42.100
Объем (количество)	квартальная потребность
Срок (график поставки) товаров	2-ой квартал 2018 года
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	30 000 BYN
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором.
 Моженок Елена Петровна раб. 5052759 моб. +375295537364,
 Пунько Н.М. раб. 5052788.

Приложение 1

Расходные материалы к иммунофлюоресцентному анализатору серии VIDAS
 производства компании «bioMerieux» (Франция)

1. Состав: расходные материалы к иммунофлюоресцентному анализатору
 серии VIDAS производства компании «bioMerieux» (Франция)

	Наименование	Количество, уп.
1	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения изофермента MB креатинкиназы VIDAS® CK-MB (CKMB)	4
2	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения миоглобина VIDAS® Myoglobin (MYO)	4
3	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения тропонина VIDAS® Troponin I Ultra (TNIU)	3

4	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения прокальцитонина VIDAS®	2
5	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения онкомаркера CA-125 VIDAS®	1
6	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения онкомаркера CA-15-3 VIDAS®	1
7	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения аутоантител класса Ig G к тиреоидной пероксидазе VIDAS®	3
8	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения свободного тироксина VIDAS®	2
9	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения тиреотропного гормона VIDAS® TSH	2
10	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения эстрадиола VIDAS®	1
11	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения фолликулостимулирующего гормона VIDAS®	1
12	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения лютеинизирующего гормона VIDAS®	1
13	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения прогестерона VIDAS®	1
14	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения пролактина VIDAS®	1
15	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения тестостерона VIDAS®	2
16	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения простатспецифического антигена VIDAS® TPSA	2
17	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения IgG к цитомегаловирусу VIDAS® CMV IgG (CMVG)	1
18	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения IgM к цитомегаловирусу VIDAS® CMV IgG (CMVG)	1

19	стрипы к анализатору серии VIDAS® для качественного определения IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейн-Барра VIDAS® EBV EBNA IgG (EBNA)	1
20	стрипы к анализатору серии VIDAS® для качественного определения IgM к капсидного антигену вируса Эпштейн-Барра VIDAS® EBV VCA IgM (VCAM)	1
21	стрипы к анализатору серии VIDAS® для качественного определения IgG к возбудителю болезни Лайма VIDAS® Lyme IgG (LYG)	1
22	стрипы к анализатору серии VIDAS® для количественного определения IgG к токсоплазме VIDAS® TOXO IgG II (TXG)	1
23	стрипы к анализатору серии VIDAS® для качественного определения IgM к токсоплазме VIDAS® TOXO IgM (TXM)	1

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты (стрипы) и дополнительные материалы должны быть совместимы с иммунофлюоресцентным анализатором VIDAS производства компании «bioMérieux» (Франция), а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации к анализатору.

2.2. Поставщик должен документально подтвердить возможность обеспечения методического и технического сопровождения иммунофлюоресцентного анализатора VIDAS путем предоставления соответствующего сертификата от производителя оборудования.

3. Требования качества и срока годности товара:

3.1. Срок годности не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Председатель закупочной комиссии




О.П. Косякова

Врач лабораторной диагностики
(заведующий)



Е.П. Моженок

Фельдшер-лаборант



Е.М. Пугачева