

Технические характеристики (описание) Счетчики лейкоцитарной формулы крови для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав	Количество
ЛОТ №1 Счетчик лейкоцитарный	электронный	226 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Счетчик лейкоцитарный
<p>2.1. Счетчик лабораторный должен быть предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови при микроскопическом анализе.</p> <p>2.2. Количество обсчитываемых типов клеток – не менее 9.</p> <p>2.3. Максимальное количество обсчитанных клеток – не менее 950.</p> <p>2.4. Вывод и отображение на индикаторе результата.</p> <p>2.4.1. в виде количества подсчитанных клеток.</p> <p>2.4.2. в виде % от фактически набранного количества клеток.</p> <p>2.5. Звуковая сигнализация режимов.</p> <p>2.6. Защита от одновременного нажатия двух и более клавиш.</p> <p>2.7. Автономное питание, электрический.</p> <p>2.8. Потребляемая мощность не более 0,1 кВт.</p>

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок с момента поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

4.3. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.