

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
	компрессор системы охлаждения криостата F40, номер по каталогу производителя 459800491131 или аналог для магнитно-резонансного томографа «Philips Ingenia 1.5T» зав №70488	шт	1

2. Технические требования:

- запасные части должны быть новые, не бывшие в употреблении.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- гарантийный срок службы в течение не менее 6 месяцев с момента установки.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: сервисное обслуживание не требуется.

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемых запасных частей на русском или английском языке с переводом на русский либо белорусский яз

- При необходимости стоимость изделия может быть указана на условиях возврата замененного дефектного товара в адрес продавца

Разработчики технических требований:

- МОНТАЖ, НАЛАДКА В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ

1 Т.Ф. Богдан

Зав отделением
лучевой диагностики
Инженер кабинета
РКТ

2 Н.В. Гук

Согласовано

Главный внештатный

специалист ГУЗО по лучевой диагностике

и лучевой терапии



А.Г.Рачкевич