

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

# "БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

## А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «15» 02. 2021г.

ГУ «РКМЦ УА ПРБ»

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Напр. сис-ма С5-200.

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка С5-200. зав.№ 030.09019

год выпуска — завод-изготовитель Seifiller AG

имеет следующие дефекты: Отломанно крепление к

машине большой.

Заключение: Требуется замена крепления к машине большой для эргометра в кол-ве 1 шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А. 

(должность, подпись, ФИО)

Торгово-производственное  
частное унитарное предприятие

«15» «БЕЛМЕДСНАБ» 2021г.

(должность, подпись, ФИО)

«15» 02. 2021г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

# "БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

## А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «15» 02. 2021 г.

ГУ «РКМУЗ УА ДРБ»

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

наим. сис-ма СС-200.

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка СС-200 зав.№ 030.07019

год выпуска — завод-изготовитель Schiller AG.

имеет следующие дефекты: Узкое место большой  
для фгоспирометрии на базе СС-200.

Заключение: Требуется замена маски большой  
для фгоспирометрии с сис-ме наим. на  
базе СС-200 в кол-ве 2шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

Торгово-производственное  
частное унитарное предприятие  
«БЕЛМЕДСНАБ»

(должность, подпись, ФИО)

«15» 02 2021 г.

«15» 02 2021 г.

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

# "БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

## А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «15» 02. 2021 г.

Гу. РКМЦ ЧА ПРБ

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

Нафф. сис-ма. @S-200.

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка CS-200

зав.№ 030.07019

год выпуска —

завод-изготовитель

Schiller AG

имеет следующие дефекты:

Узнос маски средней для

эргоспирометрии на базе CS-200.

Заключение:

Требуется замена маски средней для

эргоспирометрии к сис-ме нафф. на базе

CS-200. в кол-ве 2 шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

*В.А. Плавский*

Торгово-производственное частное унитарное предприятие «БЕЛМЕДСНАБ»

(должность, подпись, ФИО)

«15» 02. 20 г.

«15» 02. 2021 г.