

Приложение 1

БелМТ №132/24

лот 1

Стенты периферические баллонрасширяемые

| №   | Наименование                            | Модель    | МОКБ | СЦРБ | МЦРБ | БЦРБ | ИТОГО |
|---|---|-----------|------|------|------|------|-------|
| 1.1.  | Стенты периферические баллонрасширяемые | 8,0 x 37  | 3    | 0    | 0    | 2    | 5     |
| 1.2.  | -«-                                     | 8,0 x 57  | 2    | 0    | 0    | 2    | 4     |
| 1.3.  | -«-                                     | 9.0 x 37  | 2    | 0    | 0    | 2    | 4     |
| 1.4.  | -«-                                     | 9.0 x 57  | 5    | 0    | 0    | 2    | 7     |
| 1.5.  | -«-                                     | 10.0 x 37 | 3    | 0    | 0    | 2    | 5     |
| 1.6.  | -«-                                     | 10.0 x 57 | 5    | 0    | 0    | 2    | 7     |
| Итого   |   |           | 20   | 0    | 0    | 12   | 32    |
| <p>2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совместимость с проводником 0,035, с интродьюсером 6F.</li> <li>2. Номинальное давление не менее 11 атм.</li> <li>3. Допускается отклонение по длине стента <math>\pm 2</math> мм.</li> </ol> |   |           |      |      |      |      |       |

БелМТ №132/24

лот 2

**Спиральи эмболизирующие отделяемые для висцеральной и периферической эмболизации**

| №    | Наименование            | Модель                           | МОКБ | СЦРБ | МЦРБ | БЦРБ | ИТОГО |
|------|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1.1. | Спиральи эмболизирующие | Отделяемые 0.018",<br>3мм x 6 см | 10   | 2    | 0    | 0    | 12    |
| 1.2. | -«-                     | Отделяемые 0.018",<br>4мм x 8см  | 10   | 2    | 0    | 0    | 12    |
| 1.3. | -«-                     | Отделяемые 0.018",<br>4мм x 15см | 10   | 2    | 0    | 0    | 12    |
| 1.4. | -«-                     | Отделяемые 0.018",               | 10   | 2    | 0    | 0    | 12    |

|  |     |  |     |    |   |   |     |
|--|-----|--|-----|----|---|---|-----|
|  |     | 5мм x 8см                                    |     |    |   |   |     |
| 1.5.   | -«- | Отделяемые 0.018",<br>5мм x 15см             | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.6.   | -«- | Отделяемые 0.018",<br>3мм x 6 см             | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.7.   | -«- | Отделяемые 0.035",<br>6мм x 10 см            | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.8.   | -«- | Отделяемые 0.035",<br>6мм x 20 см            | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.9.   | -«- | Отделяемые 0.035",<br>8мм x 10 см            | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.10.  | -«- | Отделяемые 0.035",<br>8мм x 20 см            | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.11.  | -«- | Отделяемые 0.035",<br>8мм x 40 см            | 5   | 2  | 0 | 0 | 7   |
| 1.12.  | -«- | Отделяемые 0.035",<br>10мм x 20 см           | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.13.  | -«- | Отделяемые 0.035",<br>10мм x 40 см           | 10  | 2  | 0 | 0 | 12  |
| 1.14.  |     | Микрокатетер для доставки<br>0.018" спиралей | 12  | 6  | 0 | 0 | 18  |
| Итого  |     |  | 137 | 32 | 0 | 0 | 169 |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |     |  |     |    |   |   |     |
| 1. Материал спиралей – сплав платины.  |     |  |     |    |   |   |     |
| 2. Спираль должна иметь дополнительное покрытие и/или элементы, для увеличения поверхности и ускорения тромбообразования.  |     |  |     |    |   |   |     |
| 3. Допускается отклонение по длине $\pm 2$ см.   |     |  |     |    |   |   |     |

БелМТ №132/24

лот 3

**Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий**

| №  | Наименование   | Модель | МОКБ | СЦРБ | МЦРБ | БЦРБ | ИТОГО |
|----|--|--------|------|------|------|------|-------|
| 1. | Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий | 150 см | 10   | 10   | 5    | 5    | 30    |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 1.1. внутренний диаметр не менее 0,057дюйм;
- 1.2. наличие проксимального и дистального маркеров;
- 1.3. наличие гидрофильного покрытия для лучшего прохождения через сложные, извитые сосуды;
- 1.4. совместимость с направляющим катетером 6F;
- 1.5. дистальный направляющий сегмент 25 (±5)см;
- 1.6. наружный диаметр дистального конца не более 1,65 мм.

БелМТ №132/24

лот 4

**Проводник с датчиком давления для FFR исследований**

| №  | Наименование                                       | Модель | МОКБ | СЦРБ | МЦРБ | БЦРБ | ИТОГО |
|--|--|--------|------|------|------|------|-------|
| 1.1  | Проводник с датчиком давления для FFR исследований | -      | 50   | 0    | 0    | 0    | 50    |
| Итого  |  |        | 50   | 0    | 0    | 0    | 50    |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |  |        |      |      |      |      |       |
| 1. Прямой кончик.  |  |        |      |      |      |      |       |
| 2. Длина – не менее 185 см   |  |        |      |      |      |      |       |
| 3. Полная совместимость с системой ультразвуковой визуализации IntraSight (Philips)  |  |        |      |      |      |      |       |

БелМТ №132/24

лот 5

**Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований**

| №  | Наименование   | Модель | МОКБ | СЦРБ | МЦРБ | БЦРБ | ИТОГО |
|--|--|--------|------|------|------|------|-------|
| 1.1  | Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований | -      | 50   | 0    | 0    | 0    | 50    |
| Итого  |  |        | 50   | 0    | 0    | 0    | 50    |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |  |        |      |      |      |      |       |

1. Прямой кончик.
2. Длина – не менее 150 см
3. Гидрофильное покрытие – не менее 24 см от кончика катетера
4. Полная совместимость с системой ультразвуковой визуализации IntraSight (Philips)

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).  
Согласно аукционным документам организатора.