

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Временный кардиостимулирующий электродный катетер

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Временный кардиостимулирующий электродный катетер 5F	5
2	Временный кардиостимулирующий электродный катетер 6F	5

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Стерильный,
- 2.2 Атравматичный (из материала типа Vialon или аналог),
- 2.3 Наличие соединения Luer-Lok,
- 2.4 Наличие инъекционного порта,
- 2.5 Наличие эластичных фиксирующих крыльев,
- 2.6 Наличие цветовой маркировки,
- 2.7 Одноразового использования
- 2.8 Временный кардиостимулирующий электродный катетер - не менее 95 mm
- 2.9 Наличие баллона

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора

БелМТ №194/24

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) интрадьюсеров для установки электрода для временной электрокардиостимуляции

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Интрадьюсер для установки временной ЭКС 7F	шт.	400

2. Показатели (характеристики):

2.1. Рентгенконтрастный;

2.2. с гибким основанием;

2.3. длиной не менее 10 см;

2.4. с гемостатическим клапаном;

2.5. с боковым портом;

2.6. с расширителем;

2.7. с проводником и иглой;

2.8. трехходовым краном;

2.9. шприц на 1 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
электродов для временной электрокардиостимуляции**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Электрод биполярный для временной электрокардиостимуляции 5F	шт.	200

2. Показатели (характеристики):

2.1. длина от 1000 мм;

2.2. диаметр электрода 5F;

2.3. раздувной баллон;

2.4. расстояние между контактами 10 мм;

2.5. коннектор, 2 штекера;

2.6. шприц 1 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №194/24

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
2	Интродьюсер к биполярному электроду 6-6,5F	шт.	240

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Набор, состоящий из (не менее):

2.1.1. Ангиографическая игла Сельдингера.

2.1.2. J-образный проводник.

2.1.3. Интрадьюсер с гемостатическим клапаном 6-6,5F.

2.1.4. Сосудистый дилататор

2.2. Гипоаллергенный, термолабильный материал.

2.3. Все расходные материалы – стерильные.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биполярный баллонный эндокардиальный электрод 5-5,5F	шт.	140

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Назначение: ЭКГ, эндокардиальная электрокардиостимуляция;
- 2.2 Внешний диаметр электрода 5-5,5F;
- 2.3 Наличие на электроде раздувающегося баллона для облегчения проведения;
- 2.4 Наличие в комплекте ЭКГ-адаптера;
- 2.5 Стерильность.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров.	Кол-во штук
1	Электроды для временных наружных электрокардиостимуляторов	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1.	Электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальным и дистальным полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения/ не требующий условий рентгенооперационной**
2.1.2	Рентген- контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15 мм друг от друга наличие не менее 2 маркеров
2.1.3	Кривизна - прямой или специальная для правого желудочка, облегчающая установку
2.1.4	Тип стимуляции биполярный
2.1.5	Покрытие антитромботическое гепаринизированное для профилактики тромбообразования
2.1.6	Диаметр электрода 4-5 F
2.1.7	Совместимость предлагаемого электрода с интродьюсером 5 F
2.1.8	Длина полезной части электрода не менее 110 см
2.1.9	В состав комплекта должны входить шприц для раздувания баллона, игла/ канюля для установки электрода и ЭКГ- адаптер, совместимый с временными ЭКС.

Примечание: **) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.