

ОМЧБ 15.07.24

август

1137

**Технические характеристики (описание)
Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог для инжектора SinoPower-D для учреждений здравоохранения Гомельской области**

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
ЛОТ №1 Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог	Шприц-колба 2 шт. Трубка соединительная 1шт. Трубка заполняемая 2 шт.	13 250 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Набор шприцевой 10-Н93466Е или аналог
2.1. совместимость с инжектором SinoPower-D для введения рентгеноконтрастных препаратов для компьютерной томографии
2.2. каждый набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку
2.3. шприц-колба 200 мл
2.4. трубка соединительная не менее 1500 мм

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

- 3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
- 3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».