

Лот 10 средство для очистки изделий медицинского назначения

1. Состав и комплектация:

№ п/п	Наименование и дозировка	Ед. изм.	Кол-во
1.	средство для очистки изделий медицинского назначения (ИМН)	кг	30

2. Технические требования:

2.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации;

2.2. Область применения: предстерилизационная очистка ИМН ручным и механическим способом, химическая очистка ИМН, уменьшении явлений коррозии, сохранение и реставрации металлических ИМН.

2.3. Состав: щелочь, органические и неорганические соли, ингибитор коррозии. Не должен содержать хлор, альдегиды, фенола и их производных.

2.4. Форма выпуска: порошок для приготовления рабочих растворов путем смешивания с водой.

2.5. Срок годности рабочего раствора не менее 7 суток.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Срок годности на момент поставки не менее 80%, срок хранения не менее 2 лет. Индивидуальная и групповая упаковки поставляемой продукции и их маркировка должны соответствовать действующим стандартам и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении от механических повреждений и атмосферных явлений.

Лот 11 – средство для усиления моющего эффекта

1. Состав и комплектация:

№ п/п	Наименование и дозировка	Ед. изм.	Кол-во
1.	средство для усиления моющего эффекта	л	35

2. Технические требования:

2.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации;

2.2. Средство предназначено для усиления эффективности очищающего действия при удалении стойких органических загрязнений с ИМН.

2.3. Средство должно быть малопеняющимся/непеняющимся для машинной обработки изделий медицинского назначения;

2.4. Средство должно быть предназначено для применения в моющих машинах (механизированный способ);

2.5. В составе активный кислород (высокая концентрация)

Врач-эпидемиолог

Ж. Г. Лазарчик

Главная медицинская сестра

И.Л. Ермакова