МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель
вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель
ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBBY2X УНП 400052327

18.05.26 № 4-17/181

№ _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Катетер фолея для дренирования мочевого пузыря»,** согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения *(Закон, Указ, прейскурант и т.д.)* о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **20.05.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу М.В.Саварина

Бессонова –375 232 35-67-14

Приложение №1
к заявке на закупку
Катетер фолея для
дренирования мочевого
пузыря Ch 20

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Катетер фолея для дренирования мочевого пузыря Ch 20

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Единица измерения	Количество
№1	Катетер фолея трехходовой для дренирования мочевого пузыря Ch 20	шт	150

2.Технические требования:

2.1. Катетер должен быть изготовлен из силикона

2.2 Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2- отверстий

2.3 Наличие баллона объемом от 5 до30 мл

2.4 Длина катетера не менее 360 мм

2.5 Наличие клапана

2.6 Наличие международной цветовой маркировки (для быстрого определения размера катетера)

2.7 Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета не прикасаясь к нему.

Приложение №2
к заявке на закупку
Катетер фолея для
дренирования мочевого
пузыря Ch 22

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Катетер фолея для дренирования мочевого пузыря Ch 22

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Единица измерения	Количество
№2	Катетер фолея трехходовой для дренирования мочевого пузыря Ch 22	шт	150

2.Технические требования:

2.1. Катетер должен быть изготовлен из силикона

2.2 Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2- отверстий

2.3 Наличие баллона объемом от 5 до30 мл

2.4 Длина катетера не менее 360 мм

2.5 Наличие клапана

2.6 Наличие международной цветовой маркировки (для быстрого определения размера катетера)

2.7 Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета не прикасаясь к нему.