

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**
(при необходимости с разделением на лоты)

Лот №1- Холодильник медицинский с выдвижными ящиками
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

<i>№ п/п</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество, шт</i>
1.1.	Холодильник медицинский	1 шт.
1.2.	Выдвижной ящик с комплектом разделителей (согласно стандартной комплектации производителя)	7 шт.

2. Технические требования

2.1	Тип	вертикальный
2.2*	Объем	не менее 600 л
2.3	Тип дверей	двойное стекло (допускается предложение большего количества стекол)
2.4	Допустимая нагрузка на выдвижной ящик	не менее 30 кг
2.5	Температурный режим	не уже +2 - +8 °С; равномерность температуры в пределах ± 2 °С
2.6	Контроллер	микропроцессорный
2.7	Освещение	наличие
2.8	Колеса	не менее 4 шт., из которых не менее 2 шт. со стопором
2.9	Электропитание	230± 10% В
2.10	Сигнал оповещения о неисправности	звуковой и световой сигналы
2.11	Защита от перепадов напряжения в электросети	наличие

Примечание: «*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика товара, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются. Пункты, намеченные знаком «*» - подлежат обязательному выполнению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

В стоимость предложения должны быть включены наладка, ввод в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

Лот №2 - Холодильник медицинский с выдвижными ящиками и полками
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Количество, шт
1.1.	Холодильник медицинский	1 шт.
1.2.	Выдвижной ящик с комплектом разделителей (согласно стандартной комплектации производителя)	4 шт.
1.3.	Полки	3 шт.

2. Технические требования

2.1	Тип	вертикальный
2.2*	Объем	не менее 600 л
2.3	Тип дверей	двойное стекло (допускается предложение большего количества стекол)
2.4	Допустимая нагрузка на выдвижной ящик/полку	не менее 30 кг
2.5	Температурный режим	не уже +2 - +8 °С; равномерность температуры в пределах ± 2 °С
2.6	Контроллер	микропроцессорный
2.7	Освещение	наличие
2.8	Колеса	не менее 4 шт., из которых не менее 2 шт. со стопором
2.9	Электропитание	230± 10% В
2.10	Сигнал оповещения о неисправности	звуковой и световой сигналы
2.11	Защита от перепадов напряжения в электросети	наличие

Примечание: «*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика товара, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются. Пункты, намеченные знаком «*» - подлежат обязательному выполнению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

В стоимость предложения должны быть включены наладка, ввод в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

Лот №3 - Морозильник медицинский с выдвижными ящиками и разделителями

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

<i>№ п/п</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество, шт</i>
1.1.	Морозильник медицинский	1 шт.
1.2.	Выдвижной ящик с комплектом разделителей (согласно стандартной комплектации производителя)	5 шт.

2. Технические требования

2.1	Тип	вертикальный
2.2*	Объем	не менее 550 л
2.3	Замок на двери морозильника	наличие
2.4	Допустимая нагрузка на полку	не менее 30 кг
2.5	Минимальная температура внутри морозильной камеры	не выше -29 °С; равномерность температуры в холодильной камере в пределах ± 5 °С
2.6	Контроллер	микропроцессорный
2.7	Дисплей	наличие
2.8	Колеса	не менее 4 шт., из которых не менее 2 шт. со стопором
2.9	Электропитание	230± 10% В
2.10	Сигнал оповещения о неисправности	звуковой и световой сигналы
2.11	Защита от перепадов напряжения в электросети	наличие
2.12	Автоматическая разморозка	наличие

Примечание: «*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика товара, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются. Пункты, намеченные знаком «*» - подлежат обязательному выполнению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

В стоимость предложения должны быть включены наладка, ввод в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

Лот №4 - Морозильник медицинский с выдвижными ящиками

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Количество, шт
1.1.	Морозильник медицинский	1 шт.
1.2.	Выдвижной ящик	1 шт.
1.3.	Выдвижной ящик с комплектом разделителей (согласно стандартной комплектации производителя)	4 шт.

2. Технические требования

2.1	Тип	вертикальный
2.2*	Объем	не менее 550 л
2.3	Замок на двери морозильника	наличие
2.4	Допустимая нагрузка на полку	не менее 30 кг
2.5	Минимальная температура внутри морозильной камеры	не выше -29 °С; равномерность температуры в холодильной камере в пределах ± 5 °С
2.6	Контроллер	микропроцессорный
2.7	Дисплей	наличие
2.8	Колеса	не менее 4 шт., из которых не менее 2 шт. со стопором
2.9	Электропитание	230± 10% В
2.10	Сигнал оповещения о неисправности	звуковой и световой сигналы
2.11	Защита от перепадов напряжения в электросети	наличие
2.12	Автоматическая разморозка	наличие

Примечание: «*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика товара, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются. Пункты, намеченные знаком «*» - подлежат обязательному выполнению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

В стоимость предложения должны быть включены наладка, ввод в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

Лот №5 - Морозильник медицинский с выдвижными ящиками и полками

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Состав (комплектация) оборудования	Количество, шт
1.1	Морозильник медицинский	1 шт.
1.2	Выдвижной ящик с комплектом разделителей (согласно стандартной комплектации производителя)	4 шт.
1.3	Полка	2 шт.

2. Технические требования

2.1	Тип	вертикальный
2.2*	Объем	не менее 550 л
2.3	Замок на двери морозильника	наличие
2.4	Допустимая нагрузка на полку	не менее 30 кг
2.5	Минимальная температура внутри морозильной камеры	не выше -29 °С; равномерность температуры в холодильной камере в пределах ± 5 °С
2.6	Контроллер	микропроцессорный
2.7	Дисплей	наличие
2.8	Колеса	не менее 4 шт., из которых не менее 2 шт. со стопором
2.9	Электропитание	230± 10% В

2.10	Сигнал оповещения о неисправности	о звуковой и световой сигналы
2.11	Защита от перепадов напряжения в электросети	наличие
2.12	Автоматическая разморозка	наличие

Примечание: «*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика товара, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются. Пункты, намеченные знаком «*» - подлежат обязательному выполнению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

В стоимость предложения должны быть включены наладка, ввод в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».