

## Технические характеристики (описание)

### Изделия медицинские для гинекологии для УЗ Гомельской области

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Цитощетка		230 810 штук
ЛОТ №2 Набор для гинекологического осмотра одноразовый	1. Подкладная пеленка – 1 шт. 2. Перчатки смотровые – 1 пара. 3. Зеркало гинекологическое по Куско – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана – 1 шт..	7 865 штук
	1. Подкладная пеленка – 1 шт. 2. Перчатки смотровые – 1 пара. 3. Зеркало гинекологическое по Куско – 1 шт. 4. Цитощетка – 1 шт.	82 800 штук
ЛОТ №3 Трубка для вакуумаспирации	диаметр 4,5 мм	585 штук
	диаметр 6,0 мм	785 штук
ЛОТ №4 Зонд аспирационный для аспирационной биопсии эндометрия	с пластиковым поршнем с уплотнительным кольцом внутри трубки	3 775 штук
ЛОТ №5 Зонд аспирационный для аспирационной биопсии эндометрия	с металлическим поршнем с уплотнительным кольцом внутри трубки	2 885 штук
ЛОТ №6 Зонд урогенитальный для забора материала из уретры		2 600 штук
ЛОТ №7 Ложка гинекологическая	типа Фолькмана	6 145 штук
ЛОТ №8 Зеркало гинекологическое по Куско		9 430 штук

#### 2. Технические требования:

<b>ЛОТ №1</b> <b>Цитощетка</b>
2.1. Изделия должны быть однократного применения. 2.2. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки (для сбора большего количества материала для различных видов исследований). 2.3. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку.
<b>ЛОТ №2</b> <b>Набор для гинекологического осмотра одноразовый</b>
2.1. Размеры зеркал гинекологических по Куско и/или перчаток смотровых в составе наборов должны быть средних размеров (М). 2.2. Все изделия в составе наборов должны быть однократного применения. 2.3. Каждый набор должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
<b>ЛОТ №3</b> <b>Трубка для вакуумаспирации</b>
2.1. Трубки должны быть предназначены для одноразового использования. 2.2. Трубки должны быть полимерные прозрачные или полупрозрачные, гибкие. 2.3. Трубки должны быть длиной 215мм +/- 10мм. 2.4. На дистальном конце трубок должны быть продольный паз длиной 30мм +/- 3мм. 2.5. Края паза должны быть закруглены и сглажены. 2.6. Трубки должны быть стерильными.

**ЛОТ №4 и ЛОТ №5**

**Зонд аспирационный для аспирационной биопсии эндометрия**

- 2.1. Зонд должен быть предназначен для одноразового использования.
- 2.2. Зонд должен быть прозрачный и гибкий.
- 2.3. Зонд диаметром 3мм +/- 0,1мм.
- 2.4. Дистальный конец трубки должен быть атравматически закругленный.
- 2.5. Наличие рабочих отверстий на дистальном конце трубки.
- 2.6. Зонд должен быть стерильный.

**ЛОТ №6**

**Зонд урогенитальный для забора материала из уретры**

- 2.1. Зонд должен быть предназначен для одноразового использования.
- 2.2. Зонд должен состоять из эргономичной рукоятки, на одном из концов которой размещена рабочая часть в виде оребренного по винтовой линии стержня из эластичного материала.
- 2.3. Зонд должен быть стерильный.

**ЛОТ №7**

**Ложка гинекологическая**

- 2.1. Ложка должна быть предназначены для одноразового использования.
- 2.2. Ложка должна состоять из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера.
- 2.3. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку.

**ЛОТ №8**

**Зеркало гинекологическое по Куско**

- 2.1. Зеркало должны быть изготовлено из прозрачного материала, позволяющее оценить состояние слизистой влагалища.
- 2.2. Конструкция замка должна обеспечивать фиксацию створок в выбранном положении.
- 2.3. Ширина рабочей части зеркала 28-32 мм.
- 2.4. Изделие должно быть однократного применения.
- 2.5. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.