

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) компонентов модульных конструкций для эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов

Лот 1

1. Состав (комплектация) предмета закупки:

№	Наименование:	Ед. изм.	Кол-во
1.	Компоненты для эндопротезирования дистального отдела бедренной кости Материал - CoCrMo, UHMWPE:	шт.	5
1.1	Маленький, правый, 60 - 57 мм	шт.	1
1.2	Маленький, левый, 60 - 57 мм	шт.	1
1.3	Средний, левый, 65 - 62 мм	шт.	1
1.4	Большой, правый, 75 - 65 мм	шт.	1
1.5	Большой, левый, 75 - 65 мм	шт.	1
2	Бедренные компоненты, модульные внутримышечковые Материал - CoCrMo, UHMWPE:	шт.	3
2.1	Маленький, правый, 63 - 57 мм	шт.	1
2.2	Большой, правый, 72.5 - 65 мм	шт.	1
2.3	Большой, левый, 72.5 - 65 мм	шт.	1
3	Тибialные компоненты Модульные, нейтральные Материал - CoCrMo, UHMWPE:	шт.	3
3.1	Маленький, 60x45мм	шт.	1
3.2	Средний, 65x45мм	шт.	2
4	Компоненты для эндопротезирования проксимального отдела большеберцовой кости, модульные, нейтральные Материал - Tilastan, UHMWPE:	шт.	2
4.1	Маленький, 60x45мм	шт.	1
4.2	Большой, 75x48мм	шт.	1
5	Соединительные компоненты для ротационных шарнирных коленных суставов:	шт.	6
5.1	Малые, нейтральные	шт.	3
5.2	Средние, нейтральные	шт.	1
5.3	Большие, нейтральные	шт.	2
6	Соединительные компоненты для тотального эндопротезирования бедренной кости и проксимального отдела бедренной кости Мат. CoCrMo:	шт.	4
6.1	Для эндопротезирования проксимального отдела бедренной кости короткий, высота - 30 мм	шт.	4
7	Чашка биполярная, самоцентрирующаяся:	шт.	5
7.1	Внутренний Ø - 28.1 мм, внешний Ø - 44 мм	шт.	1
7.2	Внутренний Ø - 28.1 мм, внешний Ø - 46 мм	шт.	1

7.3	Внутренний Ø - 28,1 мм, внешний Ø – 52 мм	шт.	2
7.4	Внутренний Ø - 28,1 мм, внешний Ø – 54 мм	шт.	1
8	Ножки модульные, цементной фиксации Материал - CoCrMo	шт.	6
8.1	Длина – 100 мм, Ø – 14/11 мм	шт.	2
8.2	Длина – 130 мм, Ø – 14/10 мм	шт.	2
8.3	Длина – 100 мм, Ø – 16/13 мм	шт.	1
8.4	Длина – 130 мм, Ø – 16/12 мм	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Компоненты модульных конструкций для эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, совместимые с имеющимися в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова частями эндопротезов коленного и тазобедренного суставов производства W. Link.

2.2. Имплант должен поставляться в стерильной двойной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности: согласно документам организатора.

Существенные условия: размеры комплектующих компонентов эндопротеза подлежат уточнению на этапе направления уведомления о готовности принять товар, с учетом индивидуальных характеристик пациента.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) эндопротезы суставов (конструкция для замены компонентов эндопротеза левой плечевой кости и плечевого сустава)

1. Состав (комплектация) предмета закупки:

№	Наименование:	Ед. изм.	Кол-во
1.	Эндопротезы суставов (конструкция для замены компонентов эндопротеза левой плечевой кости и плечевого сустава)	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Конструкция для замены компонентов эндопротеза левой плечевой кости и плечевого сустава., совместимая с компонентами установленного ранее эндопротеза левой плечевой кости производства W.Link для пациента Сильванович И.В.

2.2. Имплант должен поставляться в стерильной двойной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности: согласно документам организатора.

Существенные условия: размеры комплектующих компонентов эндопротеза подлежат уточнению на этапе направления уведомления о готовности принять товар, с учетом индивидуальных характеристик пациента.