

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

Набор для чрескожной эндоскопической гастростомии (PEG) на 2026 г.

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
4 Лот № 1 Набор для чрескожной эндоскопической гастростомии (PEG)	Набор для чрескожной эндоскопической гастростомии (PEG)	5 шт.

2. Технические требования к заказываемому оборудованию:

2.1 Технические требования к ~~лоту №1~~: 4

- 2.1.1 стерильность;
- 2.1.2 однократное применение;
- 2.1.3 индивидуальная упаковка;
- 2.1.4 размер катетера\зонда 20 Fr.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

- 3.1 срок годности и/или стерильности на дату поставки должен составлять не менее 11 месяцев. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и/или стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев, годность и/или стерильность на дату поставки товара должна составлять не менее

60% от срока годности и/или стерильности, установленного изготовителем (производителем).

4. **Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.**
- 4.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС;
- 4.2. для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию Министерства здравоохранения РБ, документы указанные в постановлении Министерства здравоохранения РБ от 19.05.2021 № 51 (ред. от 19.06.2024 № 106) «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»
- 4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.