

## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

### Системы для энтерального питания

#### 1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) медицинского изделия	Количество
5 -ЛОТ-1- Система для энтерального питания	Роликовый зажим Капельная камера У-порт (безыгольный) для лекарственных препаратов Адаптер Люэр Лок с конусным коннектором	300 штук

#### 2. Технические требования:

5 Лот 1. Система для энтерального питания
1. Устройство для прокалывания крышки ёмкости с питанием. 2. Фиксирующая пластина, совместимая с насосом (помпой) для энтерального питания. 3. Совместима с зондами для энтерального питания, основанными коническими коннекторами различного диаметра, а также коннекторами типа Люэр и Люэр Лок. 4. Длина трубки не менее 1900мм, наружный диаметр трубки не более 5,00мм. 5. Трубка прозрачная из ПВХ устойчива при перегибах и к слипанию. 6. Индивидуальная упаковка, стерильно, однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.