

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

Фиксатор удерживающий медицинский, тип 2 на 2026 г.

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
7 Лот №1 Фиксатор удерживающий медицинский, тип 2	Фиксатор удерживающий медицинский, тип 2	36 шт

2. Технические требования к заказываемому оборудованию:

2.1 Технические требования к лоту ~~№1~~: 7

2.1.1 состав сырья: ПА 17-19% ПШ 81-83%;

2.1.2 длина ремня – 169-171 см;

2.1.3 подушка – 8.4-8.6x27-29 см.;

2.1.4 металлические пряжки, прорезиненная подушка на липучке, лента ременная высокой прочности – наличие;

2.1.5 дополнительная липучка – наличие.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 срок годности и/или стерильности на дату поставки должен составлять не менее 11 месяцев. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и/или стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев, годность и/или стерильность на дату поставки товара должна составлять не менее

60% от срока годности и/или стерильности, установленного изготовителем (производителем).

4. **Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.**

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
