

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	цитометр проточный автоматический	1
2.	источник бесперебойного питания	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1.	длина волн излучения (количество лазеров 1)	488 -1,
2.2	канал флуорисценции-5(FITS, PE, ECD, PC5.5, PC7)	525\40 -FITS; 585\42-PE; 610\20 -ECD; 690\50 -PC5.5; 780\60-PC 7.
2.3.	чувствительность (для FITS и для PE)	FITS - 30 MESF PE- 10 MESF-PE
2.4.	режим подсчета	светопольный и флуоресцентный
2.5.	хранение данных	да
2.6.	сенсорный экран	да
2.7.	диапазон размера клеток	0.1-180 мкм
2.8.	индикаторы	подсчет абсолютного числа клеток в единице объема

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Цитометр проточный	шт.	1
2.	Принтер	шт.	1
3.	Источник бесперебойного питания	шт.	1
4.	Системный блок с ЖК монитором для управления проточным цитометром	шт.	1
5.	Стартовый набор реагентов и расходных материалов в составе: моноклональные антитела, меченые флуорохромами	набор	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Цитометр проточный должен обеспечивать возможность абсолютного и относительного подсчета клеток крови в автоматическом режиме.

2.2. Наличие не менее 4 флуоресцентных каналов.

2.3 Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе.

2.4. Наличие модуля автозагрузчика: не менее чем на 30 пробирок объемом 5 мл 12*75 мм.

2.5. Наличие системы перемешивания образца.

2.6. Наличие функции изменения скорости подачи пробы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.