



2026 г.

Техническое задание
на закупку услуг по ремонту анализатора

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по ремонту анализатора.

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.11.100 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (кроме оборудования для контроля производственных процессов)»

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 2 712,00
бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту анализатора Приложение № 1	На основании эксплуатационной документацией производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78» (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11)	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнения работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11).

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.5. По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.5. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 3-х месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Заказчика.

Разработал:

Инженер по метрологии

Т.З. Ляхнович

Согласовано:

Начальник отдела по ремонту
оборудования

Е.В. Хромова

Юрисконсульт

Е.Г. Вроуна

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту
анализатора

Но- мер лота	Наименование оборудования	Тип, марка / год выпуска	Кол- во, шт.	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Анализатор гемостаза	ACL Elite Pro / 2020 года выпуска	1	19094453	Производитель - Instrumentation Laboratory Co. Акты дефектные от 11.05.2026г.



БЕЛПРЕАС

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Л. Кижеватова 86 «А» - 15
Юридический адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова 22 - 403;
тел: +375-17-2339544; +375-17-2339553, факс: +375-17-3779544
р/с BY87PJCB30120394841000000933 (BYR) в ЦБУ № 115 ОАО «Приорбанк»,
код PJCBVY2X, УНП 100070676, ОКПО 14788316

ОТЧЕТ СЕРВИСА

№ 1 от 11.05.2026 г.

Организация: <i>РЭ, Навошанская государственная корпорация "Горбел" г. Минск</i>	Договор № <i>122/26-Д</i> от <i>30.04.2026</i>
Адрес: <i>г. Навошанск м. Радздары, 4</i>	Прибор: <i>ACL Elite Pro</i> Заводской номер: <i>19094453</i> Код работы: 01 02 <u>03</u> 04 05 06
Дата (период) выполнения работ (оказания услуг): <i>11.05.2026</i>	

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ:
<i>Нет претензий к качеству работы</i>

ВЫЯСЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
<i>Выход из строя механизма подачи топлива</i>

ОПИСАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ:
<i>Диагностика</i>
Запись в журнал сделана :

№	Кол-во	Каталожный номер	Наименование материалов для ремонта
<i>7</i>	<i>1</i>	<i>0018102532</i>	<i>Электровакуум</i>

ФИО и подпись пользователя:	ФИО и подпись инженера: <i>Корнея</i>
-----------------------------	--

01-ввод в эксплуатацию 02-методическая поддержка 03-дефектация и диагностика
04-ремонт 05-гарантийные работы 06-прочее



БЕЛРЕАС

Почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 86«А»-15
Юридический адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова 22-403;
тел/факс: +375-17-3779544; +375-17-2339553, +375-17-2339544
р/с BY87PJCB30120394841000000933 (BYR) в ЦБУ № 115 ОАО «Приорбанк»,
код PJCBVY2X, УНП 100070676, ОКПО 147883165000

Дефектный акт

11.05.2026

Изделие: анализатор *АК Elite Pro*, заводской номер *19094453*, установленный в лаборатории *УЗ НА ГБ*

После проведения работ по *диагностика* анализатора необходимо:


- *замена клапана блока диафрагмы*
- *pin 0018102532 Электроvalve 1559 1 шт.*

Для восстановления работоспособности данного анализатора необходима замена вышеуказанных запчастей.

ОДО «БЕЛРЕАС»

зам. дир. по тех. в.с. 

Заказчик

Нач. отдела по РО  *Кромова Е.В.*