

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий ме-  
дицинского назначения**

**Комплект одежды противэпидемиологический  
одноразовый нестерильный**

1.Состав (комплектация) оборудования

Номер лота	Наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2	Комплект одежды противэпидемиологический одноразовый нестерильный	1. Защитный комбинезон с капюшоном – 1 шт. или пижама, халат и капюшон – по 1 шт. 2. Перчатки – 2 пары. 3. Очки защитные – 1 шт. 4. Респиратор FFP3 – 1 шт. 5. Бахилы высокие ламинированные – 1 пара. 6. Фартук ламинированный– 1 шт. 7. Нарукавники ламинированные – 1 шт. 8. Шапочка - шарлотта– 1 шт.	15 штук

2. Технические требования:

2.1. все комплектующие вложены внутрь одной упаковки.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. согласно аукционных документов Организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий  
медицинского назначения**

Комплект белья акушерский одноразовый стерильный

1. Состав (комплектация) :

Номер лота	Наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот № 4	Комплект белья акушерский одноразовый стерильный	1. Халат хирургический (плотность материала не менее 25г/м <sup>2</sup> ) - 1 шт. 2. Бахилы (плотность материала не менее 25 г/м <sup>2</sup> ) - 1 пара 3. Шапочка (плотность материала не менее 18 г/м <sup>2</sup> ) - 1 шт. 4. Простыня влагонепроницаемая (не менее 140*70 см, плотность материала не менее 65 г/м <sup>2</sup> ) - 1 шт. 5. Пеленка влагонепроницаемая (не менее 70*70 см, плотность материала не менее 65 г/м <sup>2</sup> ) - 1 шт. 6. Пеленка впитывающая (не менее 60*60 см) - 2 шт. 7. Пеленка впитывающая многослойная (не менее 90*60 см) - 1 шт. 8. Салфетка (не менее 20*20 см) - 2 шт.	8 штук

2. Технические требования:

- 2.1. наличие индивидуальной, стерильной упаковки;
- 2.2. все комплектующие вложены внутрь одной упаковки.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. согласно аукционных документов Организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

лот 9

Приложение № 1

к заявке на закупку

**Комплект белья и одежды хирургической одноразовый стерильный**

(наименование предмета государственной закупки согласно формуляру медицинских изделий)

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**Комплект одежды хирургической одноразовый стерильный**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	ЕД.изм	Количество
1.	<b>Комплект одежды хирургической одноразовый стерильный</b>		
1.1.	халат хирургический	1 шт	250 комплектов
1.2.	маска хирургическая	1 шт	
1.3.	шапочка хирургическая	1 шт	
1.4.	бахилы высокие хирургические	1 шт	

2. Технические требования

9

<b>ЛОТ 4. Комплект одежды хирургической одноразовый стерильный</b>	
1.1	Халат хирургический 140см+/-15 см, рукав на манжете
1.2	Бахилы высокие хирургические 360мм+/-20 мм, без подошвы
1.3	Одежда должна быть изготовлена из нетканного материала
1.4	Бактериальная проницаемость материала должна быть не более 3-5%
1.5	Материал должен быть воздухопроницаемым
1.6	Материал должен обладать прочностью и устойчивостью на разрыв
1.7	Материал должен быть влагостойким
1.8	Комплект одежды должен быть подвергнут стерилизации с отметкой о стерильности на упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.  
Разработчики

лот 10

Приложение № 2

к заявке на закупку

**Комплект белья и одежды хирургической  
одноразовый стерильный**

(наименование предмета государственной закупки согласно  
формуляру медицинских изделий)

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**Комплект белья для операции одноразовый стерильный**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	ЕД.изм	Количество
1.	<b>Комплект белья для операции одноразовый стерильный</b>		
1.1.	Простыня большая операционная	3 шт	250 комплектов
1.2.	Пеленка операционная средняя	3 шт	

2. Технические требования 10

<b>ЛОТ 2. Комплект белья для операции одноразовый стерильный</b>	
2.1	Простыня большая операционная 210x140 см +/-10 см
2.2	Пеленка операционная средняя 70X70 см +/-10 см
2.3	Белье должно быть изготовлено из нетканного материала
2.4	Бактериальная проницаемость материала должна быть не более 3-5%
2.5	Материал должен быть воздухопроницаемым
2.6	Материал должен обладать прочностью и устойчивостью на разрыв
2.7	Материал должен быть влагостойким
2.8	Комплект белья должен быть подвергнут стерилизации с отметкой о стерильности на упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.