

**Технические характеристики (описание)**  
**Дозаторы механические одно- и восьмиканальные с переменным и**  
**фиксированным объемом для УЗ Гомельской области**

*1. Состав (комплектация) оборудования:*

<i>№ ЛОТа</i>	<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав</i>	<i>Количество</i>
<del>8</del>	<del>Дозатор гингочный-механический (переменного объема, одноканальный)</del>	<del>0,5-5 мкл</del>	<del>7 штук</del>
19.	Дозатор шагового дозирования (степпер)	10-5000 мкл	21 штук

*2. Технические требования:*

~~2.1. ЛОТа №1-18. Наличие механизма сброса наконечников.~~

~~2.2. ЛОТа №8-18. Наличие цифрового окна (для дозаторов переменного объема).~~

2.3. ЛОТ №19. Степпер должен иметь не менее 5 выставляемых объемов дозирования с одним наконечником.

2.4. ЛОТ №19. Степпер должен иметь таблицу объемов дозирования на рукоятке.

2.5. ЛОТ №1-19 Все предоставляемые документы должны быть представлены на русском языке.