

**Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром
«Finetest Auto-coding™ premium» (Infopia Co., Ltd., Корея)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови	штука	10 000 000

2. Технические требования:

- 2.1. Совместимость тест-полосок с глюкометром «Finetest Auto-coding™ premium», пр-ва Infopia Co., Ltd., Корея;
- 2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;
- 2.3. Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;
- 2.4. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.5. Минимальная капля крови – не более 2 мкл;
- 2.6. Индивидуальная упаковка с указанием:
 - товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
 - наименования изделия;
 - количества;
 - даты изготовления (месяц, год);
 - номера партии;
 - гарантийного срока хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) тест-полосок для определения гликемии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии	штука	5 000 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 Совместимость тест-полосок с глюкометром PRO Life PM200, производства Bionime Corporation, Тайвань;

2.2 Количество в упаковке - не менее 25 штук;

2.3 Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.4 Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.5 Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.6 Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.7 Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- наименования изделия;
- количества;
- даты изготовления (месяц, год);
- номера партии;
- гарантийного срока хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) тест-полосок для определения гликемии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии	штука	9 000 000
Итого по лоту 3:		штука	9 000 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Совместимость тест-полосок с глюкометром «Rightest® GM100», производства Bioline Corporation, Тайвань;
- 2.2 Количество в упаковке - не менее 25 штук;
- 2.3 Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;
- 2.4 Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;
- 2.5 Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.6 Минимальная капля крови - не более 2 мкл;
- 2.7 Индивидуальная упаковка с указанием:
- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
 - наименования изделия;
 - количества;
 - даты изготовления (месяц, год);
 - номера партии;
 - гарантийного срока хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) тест-полосок для определения гликемии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии	штука	11 000 000
Итого по лоту 4:		штука	11 000 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 Совместимость тест-полосок с глюкометром «Сателлит экспресс», производства ООО «Элта», Российская Федерация;

2.2 Количество в упаковке - не менее 25 штук;

2.3 Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.4 Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.5 Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.6 Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.7 Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- наименования изделия;
- количества;
- даты изготовления (месяц, год);
- номера партии;
- гарантийного срока хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) тест-полосок для определения гликемии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии	штука	35 250
Итого по лоту 5:		штука	35 250

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Совместимость тест-полосок с глюкометром «GluNeo Lite», производства Infopia Co., Ltd., Корея;
- 2.2 Количество в упаковке - не менее 25 штук;
- 2.3 Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;
- 2.4 Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;
- 2.5 Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.6 Минимальная капля крови - не более 2 мкл;
- 2.7 Индивидуальная упаковка с указанием:
- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
 - наименования изделия;
 - количества;
 - даты изготовления (месяц, год);
 - номера партии;
 - гарантийного срока хранения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.